

Este formato es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

RESULTADO I.TÉCNICO PAPC 2023-1-22 INV SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESAS QUIRURGICAS Y DE UN ECOGRAFO PARA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Lote	Descripción Lote	Referencia	Proveedor	Valoración		
				CERTIFICADO CE (SI/NO)	CERTIFICADO COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA (SI/NO)	CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
1	Mesa quirófano multidisciplinar (Urgencias, neurocirugía y atención al ICTUS)	PST500	HILL-ROM IBERIA S.L	SI	SI	No cumple, de acuerdo con el Manual de Uso, cuando se utiliza el pelvistato no soporta los 180 Kg solicitados en el PPT ya que solo alcanza 160Kg.
		113322B414 1901HC	GETINGE GROUP SPAIN SLU(ANTES MAQUET)	SI	SI	SI cumple con el PPT

Getafe,