

Este documento es copia del original firmado. Se han ocultado datos personales en aplicación de la normativa vigente.

| | |
|-------------|---|
| EXPEDIENTE: | GCASU2300009 |
| OBJETO: | SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS PARA LA RECOGIDA DE ORINA, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS |

TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 21 de junio de 2023, la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

| Nombre/Razón social | NIF |
|------------------------|-----------|
| IZASA HOSPITAL, S.L.U. | B08438731 |
| OIARSO SDAD. COOP. | F20061412 |

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

| Licitador NIF | Nombre/Razón social |
|------------------|---|
| A28838555 | AMEVISA, S.A. |
| A08092744 | B.BRAUN MEDICAL, S.A. |
| B70405923 | BATIST MEDICAL ESPANHA S.L |
| A50140706 | BECTON DICKINSON, S.A. |
| B73912479 | BIOMEDICA DIVISION HOSPITALARIA SELECT S |
| B43285592 | C.V. MEDICA, S.L. |
| B61435079 | DISTRAUMA MEDICAL, S.L. |
| B80196934 | GARRIC MEDICA, S.L. |
| B81933830 | HELIANTHUS MEDICAL, S.L. |
| A08630063 | IBERHOSPITEX, S.A. |
| B87583019 | IBERIAN CARE 2016,SL. |
| A59077941 | IHT MEDICAL, S.A. |
| B08438731 | IZASA HOSPITAL S.L.U. |
| A28329704 | KRAPE, S.A. |
| A08432247 | LABOLISER, S.A. |
| B82665373 | LABORATORIOS CAIR ESPAÑA SL. |
| B98011505 | NACATUR 2 ESPAÑA.S.L. |
| F20061412 | OIARSO SDAD. COOP. |
| B80213788 | OXIGEM S.L. |
| A58710740 | PALEX MEDICAL, S.A. |
| B83886176 | SMITHS MEDICAL ESPAÑA SLU |
| A03142114 | TELEFLEX MEDICAL,S.A. |

Seguidamente se procede a la valoración técnica de cumplimiento de PPT:

Lote 1: Sistema de suero

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|--------|----|---|
| DISTRAUMA MÉDICAL S.L. | | NO | Carece de filtro hidrófobo en el extremo distal. |
| GARRIC MEDICA S.L. | SI | | |
| OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA | | NO | Carece de filtro hidrófobo en el extremo distal. |
| BECTON DICKINSON, S.A. | SI | | |
| BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT | | NO | Dispone de un solo orificio de entrada. |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U. | | NO | Dispone de un solo orificio de entrada. |
| BATIST MEDICAL ESPANHA, S.L. | | NO | Carece de filtro hidrófobo en el extremo distal. |
| C.V. MEDICA, S.L. | | NO | Dispone de un solo orificio de entrada y carece de filtro hidrófobo en la parte distal. |
| KRAPE, S.A. | | NO | Tiene punto de inyección y carece de filtro hidrófobo en la parte distal |
| IHT MEDICAL, S.A. | | NO | Carece de filtro hidrófobo en el extremo distal. |
| IBERIAN CARE 2016, S.L. | | NO | Carece de filtro hidrófobo en el extremo distal. |
| B. BRAUN MEDICAL, S.A. | | NO | Dispone de un solo orificio de entrada y carece de filtro hidrófobo en la parte distal. |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.U. (ICU MEDICAL) | | NO | Dispone de un solo orificio de entrada. |

Lote 2: Sistema de transfusión de sangre

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---|--------|----|---|
| OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA | | NO | Carece de dispositivo de punción pico flauta. |
| BECTON DICKINSON, S.A. | SI | | |
| BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT | | NO | El tubo presenta aplastamientos antes de ser abierto el producto que impide su correcta utilización. Se solicita sin memoria y antiacodamiento. Se solicita protector transparente en el dispositivo de punción y oferta no transparente. |
| KRAPE, S.A. | | NO | Carece de dispositivo de punción pico flauta. |
| IBERIAN CARE 2016, S.L. | | NO | Carece de dispositivo de punción pico flauta. En DEUC hace referencia a lotes 1,4,5 y 6 y no hace referencia al lote 2. No presenta documentación técnica para verificación de cumplimiento de PPT para este lote. |
| SMITHS MEDICAL ESPAÑA, S.L.U. (ICU MEDICAL) | SI | | |

Lote 3: Equipo de infusión intravenosa

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|--|--------|----|---|
| OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA | | NO | Tiene punto de inyección y se solicita sin él. |
| BECTON DICKINSON, S.A. | | NO | Tiene punto de inyección y se solicita sin él. |
| BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT | | NO | No tiene conector luer-lock giratorio ni filtro hidrófobo distal. |

Lote 4: Llave de 3 vías sin alargadera

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|--|--------|----|--|
| NACATUR 2 ESPAÑA S.L. | SI | | |
| DISTRAUMA MÉDICAL S.L. | | NO | El luer-lock giratorio gira con dificultad. Se atasca. No figura el volumen residual en ficha técnica. |
| GARRIC MEDICA S.L. | | NO | No figura en ficha técnica ni los bares ni el volumen residual. |
| OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA | | NO | No presenta ficha técnica para verificar el PPT. |
| BECTON DICKINSON, S.A. | | NO | No figuran los bares de presión en la ficha técnica. |
| BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT | | NO | No presenta muestra. |
| HELIANTHUS MEDICAL, S.L. | | NO | No figura el volumen residual en la ficha técnica. |
| AMEVISA, S.A. | | NO | No figura el volumen residual en la ficha técnica. |
| KRAPE, S.A. | | NO | El luer-lock giratorio gira con dificultad. Se atasca. Presenta 1,99 bares y se solicitan 3 bares. |
| PALEX MEDICAL, S.A. | | NO | No figuran los bares de presión en la ficha técnica. |
| IBERHOSPITEX, S.A. | | NO | Presenta volumen residual de 0,23 y se solicita de 0,22 ml |
| IBERIAN CARE 2016, S.L. | SI | | |
| LABOLISER, S.A. | SI | | |
| OXIGEM, S.L. | | NO | Se solicitan 3 bares y se oferta 1,5 bares. |

Lote 5: Llave de 3 vías con alargadera

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|--|--------|----|--|
| NACATUR 2 ESPAÑA S.L. | | NO | El conector luer-lock no es giratorio |
| GARRIC MEDICA S.L. | | NO | No figuran los bares ni el volumen residual en ficha técnica. |
| OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA | | NO | El conector luer-lock no es giratorio |
| BECTON DICKINSON, S.A. | | NO | El conector luer-lock no es giratorio |
| BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT | SI | | |
| HELIANTHUS MEDICAL, S.L. | | NO | No figura el volumen residual en ficha técnica. |
| IBERIAN CARE 2016, S.L. | | NO | El conector luer-lock no es giratorio. Oferta volumen residual de 1,9 y se solicita de 1,19 ml |
| OXIGEM, S.L. | | NO | El conector luer-lock no es giratorio. Se solicitan 3 bares de presión se ofertan 1,5 bares. |

Lote 6: Regulador de flujo

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---------------------------------|--------|----|---|
| BECTON DICKINSON, S.A. | | NO | No presenta muestras. No se puede valorar |
| LABORATORIOS CAIR ESPAÑA S.L.U. | SI | | |
| OIARSO SOCIEDAD COOPERATIVA | SI | | |

| | | | |
|--|----|----|--|
| BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT | SI | | |
| IZASA HOSPITAL, S.L.U. | SI | | |
| PALEX MEDICAL, S.A. | SI | | |
| IBERIAN CARE 2016, S.L. | | NO | Se solicita sin punto de inyección y lo presenta con él. |

Lote 7: Sistema de 3 lúmenes

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|--|--------|----|---|
| BECTON DICKINSON, S.A. | SI | | |
| BIOMÉDICA DIVISIÓN HOSPITALARIA SELECT | | NO | Se solicita que no se mezclen los fluidos y durante 4 cms se pueden mezclar. Se piden longitudes diferentes de la válvulas y se presentan iguales. No figuran los volúmenes de purga. Se solicita en uno de los conectores que esté reforzado y no lo está. |

Lote 8: Bolsa de orina sin grifo

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|---------------------|--------|--|---------------|
| GARRIC MEDICA S.L. | SI | | |
| PALEX MEDICAL, S.A. | SI | | |

Lote 9: Bolsa de orina con grifo

| LICITADORES | CUMPLE | | OBSERVACIONES |
|------------------------|--------|--|---------------|
| GARRIC MEDICA S.L. | SI | | |
| KRAPE, S.A. | SI | | |
| TELEFLEX MEDICAL, S.A. | SI | | |

Quedando excluidos del procedimiento los licitadores para los lotes presentados que no cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,
F. mado d g almen e po TORCAL OCHOA JOSE ALBERTO
Fecha 2023 06 22 12 20

Fdo.: José Alberto Torcal Ochoa.