

EXPTE. A/SUM-017739/2023

CRITERIOS TÉCNICOS DE ADJUDICACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE ECÓGRAFO DE ALTAS PRESTACIONES

Puntuación máxima de criterios: Total 30 puntos.

JUSTIFICACIÓN

Todos los criterios de valoración están vinculados directamente con el objeto del contrato, en cuanto que afectan a características específicas de los equipos convocados y suponen una mejora sobre las prestaciones bases definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

La puntuación máxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicación de la "Circular de criterios de homogeneización de la actividad contractual de la Comunidad de Madrid", remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la CAM con fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de carácter automático para la fase técnica y con un peso del 30% de la puntuación, otorgándose 70% a los relacionados con el precio.

El peso de los subcriterios es proporcional a la importancia que estos tienen en cuanto a la mejora que aportan a las características definidas en el Pliego de Prescripciones.

En estos criterios prima la seguridad y funcionalidad. Se valoran criterios tales como las opciones de ampliación de software que posibilita la eficiencia y eficacia en el diagnóstico ya que permite diferenciar al detalle patologías malignas, así como el tamaño del monitor principal y la pantalla táctil lo cual posibilita una imagen superior.

Puntuaciones del lote

LOTE 1: ECÓGRAFO ALTAS PRESTACIONES

1. Software con reporte de imágenes de mama y tiroides con sistema de datos:

- Presenta sistema TI-RADS y BI-RADS:
 - Presenta SI.....20 puntos
 - Presenta NO.....0 puntos

Los sistemas TI-RADS y BI-RADS son muy importantes para el diagnóstico de las patologías mamarias y tiroideas, contar con estos sistemas garantiza un diagnóstico más preciso:

- **EI TI-RADS** es un sistema de clasificación ecográfica que describe los hallazgos encontrados en un nódulo: benignos y no benignos, formas histológicas foliculares y no foliculares y así poder definir qué nódulos tiroideos son electivos para realizar biopsia o punción y aspiración con aguja fina, también diferencia las calcificaciones, la vascularización, ecogenicidad y estructura del nódulo.
- El sistema **BI-RADS** es un método para clasificar los hallazgos encontrados en la patología mamaria. Permite estandarizar la terminología y la sistemática del informe

ecográfico y categorizar las lesiones estableciendo el grado de sospecha y poder determinar la actuación a seguir en cada caso.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

2. Monitor principal superior a 23" pulgadas:

- Presenta monitor superior a 23" pulgadas integrado en el ecógrafo
 - Presenta SI.....5 puntos
 - Presenta NO..... 0 puntos

El mayor tamaño del monitor facilita su fácil visualización tanto por el profesional que realiza la técnica como para el resto de los profesionales presentes permitiendo consensuar las imágenes con mayor claridad.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

3. Panel táctil igual o superior a 14" pulgadas:

- Presenta pantalla táctil igual o superior a 14" pulgadas integrado en el ecógrafo
 - Presenta SI.....5 puntos
 - Presenta NO.....0 puntos

El panel de control, donde se ubican los mandos/botones/teclas que se manejan, de mayor tamaño, permiten su mejor localización.

Forma de acreditación: Declaración responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o manual de uso queda descrita esta prestación (página, párrafo).

Móstoles a 3 de mayo de 2023
LA JEFE DEL SERVICIO
DE RADIOLOGÍA

Firmado digitalmente por: CALVO CORBELLA CAROLINA LUISA

Carolina CALVO CORBELLA