 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	---------------------------	----------

EXP: 2023400001

## OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de una INCUBADORA-CUNA TERMICA para el Servicio de UCI-PEDIATRIA.

EQUIPO	LOCALIZACION	UD.	PRECIO(€)*	TOTAL(€)*
INCUBADORA-CUNA TERMICA	UCI PEDIATRIA	1	30.333,49	30.333,49
TOTAL				30.333,49


\* IVA incluido

## CARACTERISTICAS:

- Incubadora híbrida, convertible de incubadora a cuna térmica.
- Capacidad de proporcionar una temperatura estable en el paciente mediante ajustes manual y servocontrolado de la temperatura de la incubadora. Debe permitir la monitorización de dos temperaturas del paciente (con 2 sondas).
- Capacidad de humidificación con regulación automática para el ajuste definido.
- Posibilidad de acceso por ambos laterales. Pasatubos en las esquinas de la canopia.
- Altura de la incubadora regulable en altura de forma eléctrica.
- Bascula Integrada con sistema de tara. Con precisión mínima de 10 gramos y un rango de medida entre 300 y 7.000 gramos, al menos.
- Capacidad para regular la concentración de oxígeno en el interior de la incubadora, de forma servocontrolada.
- Superficie del paciente inclinable y extraíble para la realización de técnicas.
- Cajón de rayos X.
- Nivel de ruido interior de la canopia inferior a 50 dB.
- Sistema jerárquico de alarma, tanto visual como acústica.


Dr. José Luis Vázquez Martínez

RESPONSABLE DE SERVICIO UCI PEDIATRIA

VAZQUEZ MARTINEZ  
JOSE LUIS - 


Finalizado digitalmente por VAZQUEZ  
MARTINEZ JOSE LUIS  
Fecha: 2023.01.30 08:03:05 +01'00'

30/01/2023


**Hospital Universitario  
Ramón y Cajal**  
**SUBDIRECCIÓN MÉDICA**

Vº Bº SUBDIRECCIÓN AREA MEDICA

Dr. FERNANDO ROLDAN MOLL

	<b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	---	----------------------------------	-----------------

- Sistema de medición de la exposición a la luz dentro del compartimento del paciente, con visualización en pantalla.
- Sistema de medición de la exposición al ruido dentro del compartimento del paciente, con visualización en pantalla.
- Sistema de estimulación sonora del paciente mediante conexión de reproductores de audio, con altavoz silencioso dentro del compartimento del bebé.

**En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un correcto funcionamiento del equipo.**

**Repuestos:**

El adjudicatario deberá garantizar el repuesto de piezas al menos durante 10 años

**Garantía:**

El plazo de garantía será al menos de 2 años

**Contrato de mantenimiento:**

El licitador deberá presentar propuesta de contrato de mantenimiento, indicando precio y los distintos tipos (correctivo, preventivo, integral...)

VAZQUEZ  
MARTINEZ  
JOSE LUIS -

Firmado  
digitalmente por  
VAZQUEZ  
MARTINEZ JOSE

LUIS - [REDACTED]  
Fecha: 2023.01.30  
07:59:20 +01'00'

Dr. José Luis Vázquez Martínez  
RESPONSABLE DE SERVICIO UCI PEDIATRIA

30/01/2023

  
SUBDIRECCIÓN MÉDICA

Vº Bº SUBDIRECCIÓN AREA MEDICA

Dr. FERNANDO ROLDAN MOLL



**Hospital Universitario  
Ramón y Cajal**  
SERVICIO DE SUMINISTROS  
**SUMC**

ANEXO AL PLIEGO DE  
ESPECIFICACIONES  
TÉCNICAS

ANEXO 25

**P.N.S.P. 20234000001**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	010151	INCUBADORA-CUNA TERMICA	UNIDAD	25.069,00	25.069,00	21,00	5.264,49	30.333,49

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>25.069,00</b>	<b>21,00</b>	<b>5.264,49</b>	<b>30.333,49</b>
-----------------------	------------------	--------------	-----------------	------------------

DIRECTOR MEDICO  
SERVICIOS MEDICOS  
  
F.4. Fernando Roldán Moll