

ANEXO I

EXPEDIENTE: 2023-0-32

Material: REACTIVOS Y MATERIAL NECESARIO PARA DETERMINACIÓN DE PANELES FARMACOLÓGICOS Y METABÓLICOS POR HPLC-MS/MS EN EL SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS-BIOQUÍMICA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	
LOTE	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	PANELES FARMACOLOGICOS Y METABÓLICOS POR HPLC-MS/MS TOTAL, PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Posibilidad de tener interfaz para cromatografía de gases fácilmente intercambiable ... 10 PUNTOS 2. Al menos, el 50% de los estándares internos serán iguales al compuesto principal de deuteración 10 PUNTOS 3. Sensores de fugas y canalización de vertidos hasta contenedor de desecho en el sistema cromatográfico 10 PUNTOS	INGENIERÍA ANALITICIA, S.L. TOTAL PUNTOS: 30 1.- Si Dispone..... 10 PUNTOS. 2.- El 56,36% de los estándares internos son iguales al del compuesto principal de deuteración. 10 PUNTOS. 3.- El sistema presenta una canalización de residuos líquidos hasta un contenedor de desechos y sensores de fugas en cada módulo del equipo. 10 PUNTOS	

Madrid, a 3 de julio de 2023

FEA ESPECIALISTA DE AREA, TECNICAS ESPECIALES

Firmado por DELMIRO MAGDALENA
AITOR - el día
05/07/2023 con un certificado

Fdo.: Aitor Delmiro Magdalena