

**EXPEDIENTE: 2023-0-017 (A/SUM-019891/2023)**

### REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES

Habiéndose procedido, en reunión de la Mesa de Contratación del Hospital Universitario Infanta Leonor, celebrada el día 11 de julio de 2023, a la lectura del Informe Técnico, de fecha 7 de julio de 2023, emitido por el Jefe de Sección de Anatomía Patológica, responsable del contrato, en relación con la tramitación del expediente de contratación para la adjudicación del contrato: “ADQUISICIÓN DEL MATERIAL NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS DE HISTOQUÍMICA, FARMACODIAGNÓSTICO, HIBRIDACIÓN IN SITU, INMUNOHISTOQUÍMICA, TINCIONES DE HEMATOXILINA EOSINA Y UN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN EN EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA, ADEMÁS DE LA CESIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA DICHAS TÉCNICAS, PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR (2 LOTES), la Mesa acuerda solicitar aclaraciones, a las empresas y por los motivos que se indican a continuación, relativas al cumplimiento de los requisitos, previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en relación con el lote 2, al que presentan oferta, ya que con la documentación aportada no queda claro el cumplimiento de las mismas.

LICITADOR	REQUISITO EXIGIDO EN EL PPT	OFERTA PRESENTADA
VITRO, S.A	Flexibilidad de programación pudiendo incorporar nuevos reactivos y protocolos de trabajo durante la sesión de trabajo sin interrupción.	Con la documentación técnica presentada por el licitador, no puede comprobarse el cumplimiento de este requisito.
AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S.L	En la oferta técnica se deberá indicar la vida útil de los equipos cedidos. Si la vida útil de los equipos se entendiese caducada a lo largo del presente contrato, la empresa adjudicataria procederá a la renovación de los equipos afectados	El licitador no especifica la vida útil de la totalidad de los equipos ofertados.
	Para el sistema integral de gestión y trazabilidad, indicado en el lote 2, se requiere que este conste de una serie de puntos de control, con un número mínimo de puestos.	El licitador no especifica el número mínimo de puestos ofertados para cada punto de control del sistema de trazabilidad.

La presentación de la citada documentación deberá tener entrada en Servicio de Contratación del Hospital Universitario Infanta Leonor en el plazo de **tres días naturales** a contar desde el siguiente a la publicación/notificación de este requerimiento y se remitirá a través del servicio de Gestiones y Trámites de la página web de la Comunidad de Madrid: <https://gestionesytramites.madrid.org>.

Este requerimiento se hace a través del Perfil de Contratante (Portal de la contratación Pública de la Comunidad de Madrid) donde se ha anunciado el contrato referido en el encabezamiento, advirtiéndose que la no presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento fehaciente de los requisitos establecidos en el PPT, dentro del plazo concedido, será causa de exclusión de la proposición.

Madrid, a día de la fecha  
El Secretario de la Mesa de contratación

Firmado digitalmente por: ANGULO HOYAS DAVID  
Fecha: 2023.07.11 10:58