

RESULTADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE EFC 2023-1-23 CATÉTERES Y ELECTRODOS PARA ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA						
LOTE	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	RESULTADO DOCUMENTACIÓN			CUMPLE/NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
			CERTIFICADO CE DE PRODUCTO SANITARIO (CUMPLE/NO CUMPLE)	DECLARACIÓN EXENCIÓN LÁTEX (CUMPLE/NO CUMPLE)	DECLARACIÓN BIOCOMPATIBILIDAD (CUMPLE/NO CUMPLE)	
1	CATÉTER-ELECTRODO CUATRIPOLOAR 6F LONG.120 CM CURVA JOSEPHSON 2-5-2 Y CONECTOR	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		BOSTON SICIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
2	CATÉTER ELECTRODO DEFLECTOR CUATRIPOLOAR 6F LONG.110 CM CURVA DEFLECTABLE 2-5-2 Y CONECTOR	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
3	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR DECAPOLAR 6F LONG.115 CM CURVA SENO CORONARIO 1-10-1 Y CONECTOR	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
4	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR DECAPOLAR 6F LONG.115 CM CURVA SENO CORONARIO 2-5-2 Y CONECTOR	BOSTON SICIENTIFIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
5	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR PARA CATATERISMO SENO CORONARIO TETRAPOLAR 7F LONG.110 CM CURVA DISTAL 2-5-2 Y CONECTOR	MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS


RESULTADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE EFC 2023-1-23 CATÉTERES Y ELECTRODOS PARA ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA						
L O T E	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	RESULTADO DOCUMENTACIÓN			CUMPLE/NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
			CERTIFICADO CE DE PRODUCTO SANITARIO (CUMPLE/NO CUMPLE)	DECLARACIÓN EXENCIÓN LÁTEX (CUMPLE/NO CUMPLE)	DECLARACIÓN BIOCOMPATIBILIDAD (CUMPLE/NO CUMPLE)	
6	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR MULTIPOLAR (20 POLOS) 7F LONG.95 CM Y CONECTOR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
7	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR MULTIPOLAR (20 POLOS) 7F LONG.110 CM Y CONECTOR	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
8	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR CIRCULAR MULTIPOLAR (10 POLOS) 7F/5F LONG.99 CM PARA MAPEO VENAS PULMONARES Y CONECTOR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
9	CATÉTER-ELECTRODO ABLACION TETRAPOLAR 7F LONG.110 CM CON CURVA MEDIANA 2-5-2 Y CONECTOR	MICROPORT CRM MEDICAL, S.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
10	CATÉTER-ELECTRODO ABLACION CUATRIPOLOAR 7F LONG.110 CM Y CONECTORES	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS No tiene "Capacidad de deflexión lateral progresiva y bidireccional de la punta del catéter desde el mango con mecanismo de rueda, para evitar giros completos del catéter y facilitando maniobrabilidad en anatomías complejas.
		MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

RESULTADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXPEDIENTE EFC 2023-1-23 CATÉTERES Y ELECTRODOS PARA ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA						
L O T E	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	RESULTADO DOCUMENTACIÓN			CUMPLE/NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
			CERTIFICADO CE DE PRODUCTO SANITARIO (CUMPLE/NO CUMPLE)	DECLARACIÓN EXENCIÓN LÁTEX (CUMPLE/NO CUMPLE)	DECLARACIÓN BIOCOMPATIBILIDAD (CUMPLE/NO CUMPLE)	
11	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR ABLACIÓN CUATRIPOlar 7F LONG.110 CM Y ELECTRODO 8 MM Y CONECTOR	JOHNSON & JOHNSON, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
12	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR ABLACIÓN CUATRIPOlar 7F LONG.110 CM CURVA L 2-5-2 ELECTRODO DISTAL 3,5-4MM Y CONECTOR	BIOTRONIK SPAIN, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
13	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR ABLACIÓN CUATRIPOlar 8F LONG.115 CM CURVA L 1-4-1 ELECTRODO DISTAL 4 MM Y CONECTOR	NO OFERTAN				
14	CATÉTER-ELECTRODO DEFLECTOR MULTIPOLAR (18 POLOS) 8F LONG.105 MM CURVA BIDIRECCIONAL Y CONECTOR	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
15	KIT PARCHE PARA EQUIPO NAVEX	ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
16	INTRODUCTOR VASCULAR VALVULADO 6F LONG.11 CM TOMA LATERAL DE IRRIGACIÓN CON CIERRE POR LLAVE DE PASO	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		VYGON, S.A.U.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



<b>RESULTADO DOCUMENTACIÓN TÉCNICA</b> <b>EXPEDIENTE EFC 2023-1-23 CATÉTERES Y ELECTRODOS PARA ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA</b>						
L O T E	DESCRIPCIÓN LOTE	PROVEEDOR	RESULTADO DOCUMENTACIÓN			CUMPLE/NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
			CERTIFICADO CE DE PRODUCTO SANITARIO (CUMPLE/NO CUMPLE)	DECLARACIÓN EXENCIÓN LÁTEX (CUMPLE/NO CUMPLE)	DECLARACIÓN BIOCOMPATIBILIDAD (CUMPLE/NO CUMPLE)	
17	INTRODUCTOR VASCULAR VALVULADO 8F LONG.11 CM TOMA LATERAL DE IRRIGACIÓN CON CIERRE POR LLAVE DE PASO	TELEFLEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		VYGON, S.A.U.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
18	INTRODUCTOR VASCULAR VALVULADO 8F LONG.11 CM TOMA LATERAL DE IRRIGACIÓN CON CIERRE POR LLAVE DE PASO	CORDIS MEDICAL SPAIN, S.L.U.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		TELEFLEX MEDICAL, S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
19	CATÉTER-ELECTRODO PARA ESTIMULACIÓN CARDIACA TRANSITORIA 5F LONG.110 CM CON BALÓN HINCHABLE. DIAMETRO 5F. DESECHABLE	BECTON DICKINSON, S.A.U.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
		EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
20	CATÉTER PARA MONITORIZACIÓN DE HEMODINÁMICA DE CIRCULACIÓN PULMONAR 7,5F LONG.110 CM CON BALÓN HINCHABLE.	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
21	SONDA DE ESTIMULACIÓN PARA CATÉTER SWAN-GANZ	EDWARDS LIFESCIENCES, S.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Getafe, 16 de agosto de 2023



Fdo. Dr. Alonso Martín, Joaquín Jesús  
 Jefe de Servicio de Cardiología