

**SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A VIH, VHC  
y HTLV EN SUERO Y PLASMA  
(PA SUM 009-2023 / A/SUM-020772/2023)**

**INFORME TECNICO**

Una vez analizada la documentación técnica presentada por el licitador FUJIREBIO IBERICA S.L., se determina que la oferta cumple las condiciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Con la siguiente valoración de los criterios cualitativos Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas:

CALIDAD TECNICA		
1	Incorporación para VHC de bandas de antígenos derivados de la región principal (C1 y C2), de la región hipervariable (RHV) E2, de la región helicasa NS3 y de las regiones NS4A, NS4B y NS5A	15
2	En HTLV técnica que incorpore dos bandas de antígenos gag (p19 I/II, p24 I/II) y dos bandas de antígenos env (gp46 I/II, gp21 I/II)	15
		<b>30</b>

Firmado por LUIS ALBERTO  
RICHART LOPEZ - [REDACTED] el  
día 07/06/2023 con un  
certificado emitido por AC  
CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS Madrid, 5 de junio de 2023  
- 2016

Firmado por  
MARIA DEL ROCÍO  
GONZÁLEZ DÍEZ -

Fdo. Alberto Richart López  
RESPONSABLE DE SEROLOGIA

Fdo. Rocío González Díez  
RESPONSABLE DE SEROLOGIA Y NAT