

**APERTURA DOCUMENTACION PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO
RESULTADO**

Expediente:	A/SUM-013773/2023
Denominación:	Adquisición de aparataje y equipamiento de fisioterapia con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

Tipo de procedimiento:	Abierto simplificado abreviado pluralidad de criterios aplicación de fórmulas
Número de lotes:	4

En el expediente de referencia se han presentado las proposiciones relacionadas a continuación:

NIF	Licitador
B61566006	BASTOS MEDICAL,S.L.
B86801495	BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.
B96497540	CALVO IZQUIERDO S.L.
B20669800	DJO IBERICA, PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.
B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.
B10065837	OFICACERES, S.L.
B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.
B82286857	PSYMTEC MATERIAL TECNICO, S.L.
A28610889	SANROSAN, S.A.
A08733578	TELIC, S.A.
B30243737	VIALTA SL

Efectuada con fecha 09/06/2023 la apertura de la documentación correspondiente, quedan todas las empresas admitidas, excepto las relacionadas a continuación, según informe técnico:

Lote 1 BICICLETA ERGONOMETRICA

NIF	Licitador	Motivo
B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	Respaldo no regulable en altura
B10065837	OFICACERES, S.L.	Respaldo no regulable en altura

Lote 2 LAMPARA INFRARROJOS

NIF	Licitador	Observaciones
B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	No indica regulación intensidad. No especifica diámetro del foco.

Lote 4 T.E.N.S.

NIF	Licitador	Observaciones
B20669800	DJO IBERICA, PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.	Ofertan ancho de pulso 60-400 us y se requiere de 50-300 us. Oferta frecuencia 1-120 Hz y se requiere de 2-150 Hz No especifica autoapagado y bloqueo automático. No especifica estándar de seguridad EN 60601-1-2 para EMC. Oferta cable lanza y se requiere jack de 2 mm.
B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	No indica corriente constante hasta una resistencia de 1000 ohm.
B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	No indica corriente constante hasta una resistencia de 1000 ohm.
A28610889	SANROSAN, S.A.	No incluye cargador
A08733578	TELIC, S.A.	Ofertan pilas requerimos Baterías recargables con cargador de baterías
B30243737	VIALTA SL	No consta corriente constante hasta una resistencia de 1000 ohm. No tiene la forma de onda bifásico asimétrica compensada al 100%. No especifica estándar de seguridad EN 60601-1-2 para EMC.

Las ofertas económicas presentadas han sido las siguientes:

Lote	NIF	Licitador	Ofertas (sin IVA)	% IVA	Ofertas (con IVA)
1	BICICLETA ERGONOMETRICA				
	Importe de licitación		12.540,00	21	15.173,40
	B86801495	BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.	11.940,00	21	14.447,40
	B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	11.880,00	21	14.374,80
	B10065837	OFICACERES, S.L.	11.280,00	21	13.648,80
	B82286857	PSYMTEC MATERIAL TECNICO, S.L.	11.976,00	21	14.490,96
	A28610889	SANROSAN, S.A.	12.360,00	21	14.955,60
2	LAMPARA INFRARROJOS				
	Importe de licitación		3.624,39	21	4.385,51
	B96497540	CALVO IZQUIERDO S.L.	2.497,19	21	3.021,60
	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO,S.L.	2.937,90	21	3.554,86
3	ONDA CORTA, EQUIPO DE				
	Importe de licitación		19.662,50	21	23.791,63
	B86801495	BOLD TECHNOLOGIES LEADING ESPAÑA, S.L.	18.900,00	21	22.869,00

4	T.E.N.S.				
	Importe de licitación		9.917,60	21	12.000,30
	B61566006	BASTOS MEDICAL, S.L.	6.968,78	21	8.432,22
	B20669800	DJO IBERICA, PRODUCTOS ORTOPEDICOS, S.L.	8.777,86	21	10.621,21
	B48434096	NACIL MEDICA4 GROUP, S.L.	6.742,40	21	8.158,30
	B10065837	OFICACERES, S.L.	8.305,50	21	10.049,66
	B82032467	PEREZ FERNANDEZ, MATERIAL MEDICO, S.L.	5.782,00	21	6.996,22
	A28610889	SANROSAN, S.A.	8.722,00	21	10.553,62
	A08733578	TELIC, S.A.	8.722,00	21	10.553,62
	B30243737	VIALTA SL	6.615,00	21	8.004,15

Se expide y firma en Madrid, para su publicación en el tablón de anuncios electrónico del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas que regula el presente procedimiento.

UNIDAD DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

Firmado digitalmente por: PONCE GONZALEZ MARIA ANTONIA
Fecha: 2023.06.13 11:50

Fdo.: