

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-34 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dra. López Gude, Jefe de Sección de Cirugía Cardíaca.

Fecha: 19 de julio de 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-34 para el "CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENDOPROTESIS HIBRIDAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIACA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **MERCÉ V. ELECTROMEDICINA S.L. cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **BIOMED SA cumple** con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	ENDOPROTESIS HIBRIDA REPARACION DE AORTA DESDENDENTE Y ARCO AORTICO C. ABIERTA	MERCÉ V. ELECTROMEDICINA, S.L.	SI	30
2	ENDOPROTESIS HIBRIDA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DISECCIONES DE AORTA TIPO A	BIOMED, S.A.	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Fdo.: Dr. Muñoz Guijosa
Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca

EXPEDIENTE: 2023-0-34

SUMINISTRO ENDOPROTESIS HIBRIDAS PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA CARDIACA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>ENDOPROTESIS HIBRIDA REPARACION DE AORTA DESDENDENTE Y ARCO AORTICO C. ABIERTA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Presencia de marcadores radiopacos en la zona de stent.....15 PUNTOS.</p> <p>2. Liberación controlada del stent que permita el reposicionamiento en el eje longitudinal de la aorta distal..... 15 PUNTOS.</p>	<p>MERCÉ V. ELECTROMEDICINA, S.L....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Si presenta marcadores radiopacos..... 15 PUNTOS</p> <p>2. Si presenta liberación controlada del stent.....15 PUNTOS</p>
2	<p>ENDOPROTESIS HIBRIDA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS DISECCIONES DE AORTA TIPO A</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Disponible en configuración recta y en embudo.....30 PUNTOS.</p>	<p>BIOMED, S.A.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Disponible en las dos configuraciones..... 30 PUNTOS</p>

Madrid, a fecha de la firma

Fdo.: Dr. Muñoz Guijosa
Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca

Firmado por MUÑOZ GUIJOSA CHRISTIAN
- el día 20/07/2023 con
un certificado emitido por SIA
SUB01