

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE: 2023000038

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de PINZAS DE CAPSULORREXIS, para cubrir las necesidades del Hospital

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	300417	PINZA CAPSULORREXIS DESECHABLE P/MICS PUNTA CURVA <ul style="list-style-type: none"> - Pinza libre de látex, PVC, ftalatos y componentes de origen animal. - Ramas curvas de acero inoxidable 304 o equivalente. - Puntas afiladas para que permitan desgarrar la cápsula sin necesidad de utilizar cistitomo. - Mango redondeado de material poliestireno de alto impacto al menos 90 mm de longitud. - La densidad del material del mango debe ser baja ($1,04\text{g/cm}^3 \pm 0,1 \text{ gr/cm}^3$) para reducir al máximo el peso de la pinza. - En cada pinza debe aparecer el símbolo "CE" junto al número del organismo notificado. - El grosor de las puntas cerradas debe ser de $0,65 \text{ mm} \pm 0,1 \text{ mm}$.

El adjudicatario, tendrá que ceder **EQUIPO COMBINADO LASER YAG-SLT CON LÁMPARA DE HENDIDURA Y MESA ELÉCTRICA** con las siguientes características:

- Debe combinar diferentes ópticas y una potente cavidad laser, para ofrecer una fotodisrupción óptima en procedimientos de iridectomía y capsulotomía, además de SLT.
- El punto de luz rojo de intensidad ajustable.
- Lámpara de hendidura iluminación LED.
- Tres posiciones de magnificación.
- Refrigeración mediante aire.

Las características del sistema láser SLT deben ser:

- Fuente de láser Q-Switched Nd: YAG de doble frecuencia
- Longitud de onda 532 nm
- Niveles de energía de 0,3 a 2 mJ
- Duración del pulso 4 ns
- Tamaño del spot 400 μm
- Tasa de repetición hasta 2.5Hz
- Pulso único

Las características del YAG deben ser:

- Fuente de láser Q-Switched Nd: YAG
- Longitud de onda 1064 nm
- Niveles de energía de 0,3 a 10 mJ (1 pulso)
- Duración del pulso 4 ns

Fdo.: Dr. Fco. José Muñoz Negrete
JEFE DE SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Fdo. DR. EL ARACIL SANUS
SUBDIRECTOR QUIRÚRGICO



- Tamaño del spot 10 μm
- Tasa de repetición hasta 2Hz
- Desenfoque -150 μm , +30 μm , +150 μm
- Tipo de pulso: 1, 2 y 3 pulsos por disparo

El adjudicatario deberá suministrar, sin cargo añadido al Hospital, el material necesario para el correcto funcionamiento del equipo.

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.
2. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
3. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
4. Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
5. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.

6. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **SI**

Numero de muestras solicitadas: 5 Unidades

En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrán ser solicitadas con posterioridad.

El procedimiento será:

- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4 dcha.).
 - Cada licitador deberá entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca indicado lo siguiente:
 - Nº Procedimiento.
 - Nº de Lote – Orden.
 - Nombre del proveedor.
 - Al entregar en Almacén las muestras le sellarán las 2 copias, una de ellas se quedará en el Almacén, y la otra copia sellada será entregada al Proveedor.
 - Las muestras deben estar bien identificadas con su número de lote, orden y referencia de la misma, siendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
7. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
 8. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

Fdo.: Dr. Fco. José Muñoz Negrete
JEFE DE SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA

Fdo. DR. E. ARACIL SANUS
SUBDIRECTOR QUIRÚRGICO

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
---	--	----------

P.A. 2023000038

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	300417	PINZA CAPSULORREXIS DESECHABLE P/MICS PUNTA CURVA	UNIDAD	5440	25,00	136.000,00	21	28.560,00	164.560,00

IMPORTE TOTAL:	136.000,00	21	28.560,00	164.560,00
-----------------------	-------------------	-----------	------------------	-------------------