

EXPEDIENTE PNSP 2023-1-026

SUMINISTRO DE LOS CATÉTERES EDI NAVA PARA LOS EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA "SERVO-N" PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

INFORME TÉCNICO

PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XX

Por favor, para cumplimentar el documento, haga clic en la casilla de la opción que corresponda (en caso de modificación, vuelva a hacer clic para borrar la opción errónea). En caso de incumplimiento, debe justificarse el motivo del mismo. Muchas gracias

LOTE 1: CATÉTERES EDI CON CONEXIÓN ENFIT.

- ☒ Material del tubo gástrico: Poliuretano de calidad médica (sin ftalatos).
- ☒ Material de los electrodos: Acero inoxidable.
- ☒ Número de electrodos: 10.
- ☒ Identificación radiográfica: Tira de sulfato de bario.
- ☒ Esterilización: Mediante radiación gamma.
- ☒ Período de validez: 2 años.
- ☒ Tiempo de uso: ≤ 5 días.
- ☒ Clase de voltaje de prueba: 5 kV, de acuerdo con IEC 60601-1.

Datos de funcionamiento:

- ☒ Temperatura: Entre 10 y 45 °C (ambos inclusive).
- ☒ Humedad: Entre 15 y 100% HR (ambos inclusive) como ambiente húmedo en el esófago.
- ☒ Presión atmosférica: Entre 500 y 1.500 mbar (ambos inclusive) como presión en el esófago.

CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRECIPCIONES TÉCNICAS: Haga clic aquí para escribir texto.

Procedimiento Abierto. Pluralidad de Criterios.

PNSP 2023-1-026 Suministro de los catéteres EDI NAVA para los equipos de ventilación mecánica "SERVO-N" para el Hospital Clínico San Carlos.

En Madrid, a 17 de mayo de 2023

Fdo.: **ENRIQUE
ALBERTO
CRIADO VEGA**
- DNI [REDACTED]
[REDACTED]

Firmado digitalmente por ENRIQUE ALBERTO CRIADO VEGA - DNI [REDACTED]
Fecha: 2023.05.17 14:21:32 +02'00'

Director del Instituto del Niño y del Adolescente