

**CONSULTA Nº 2****ASUNTO:** Aclaracion pliegos expediente PA2023-0-101 Hospital Clínico San Carlos**La persona solicitante actúa como**☐ Interesado/a ☒ Representante ☐ Autorizado/a para presentación (no es interesado/a ni representante)**Datos de la persona interesada**

NIF/NIE:	B63229611			Razón social/Entidad:	QIAGEN Iberia		
Tipo de vía:	CALLE			Nombre de vía:	Baldiri Reixac		
Número/Km:	4	Piso:		Puerta:		Código postal:	08028
Provincia:	Barcelona			Municipio:	Barcelona		
Otros datos de localización:							
e-mail:	qiagen@hubtenders.es			Teléfono 1:	916307050	Teléfono 2:	

**Datos de la persona o entidad representante**

NIF/NIE	[REDACTED]						
Nombre:	Nik			Apellido 1:	Baumann	Apellido 2:	
Tipo de vía:	CALLE			Nombre de vía:	Baldiri Reixac		
Número/Km:	4	Piso:		Puerta:		Código postal:	08028
Provincia:	Barcelona			Municipio:	Barcelona		
Otros datos de localización:							
e-mail:	qiagen@hubtenders.es			Teléfono 1:	916307050	Teléfono 2:	
En calidad de:	Apoderado						

**Medio de notificación**☐ Interesado/a ☒ Representante (Indique a quién desea que se envíe la notificación)

Si selecciona notificación electrónica, debe tener una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a [este enlace](#)

**Relación de documentos que aportará junto a la solicitud (Estos documentos se adjuntarán después de enviar la solicitud a registro)**

Aclaracion pliegos expediente PA2023-0-101 Hospital Clínico San Carlos

**Expone**

SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LOS PLIEGOS RECTORES DEL EXPEDIENTE N° PA 2023-0-101, CONVOCADO PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CESIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA LA DETECCIÓN Y TIPADO AUTOMÁTICO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV) PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

**Solicita**

QUE SE TENGA POR ENTREGADA SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LOS PLIEGOS RECTORES DEL EXPEDIENTE N° PA 2023-0-101, CONVOCADO PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CESIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA LA DETECCIÓN Y TIPADO AUTOMÁTICO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV) PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

**FECHA:**

En	Madrid	a	13/06/2023
----	--------	---	------------

**FIRMA**

Huella digital de NIK BAUMANN - NIF Y [REDACTED] // Entidad: QIAGEN IBERIA - CIF B63229611 // Nombre de reconocimiento(DN): BAUMANN NIK // Fecha: 13.06.2023 10:13:25

**DESTINATARIO**

DIRECCIÓN GENERAL / ORGANISMO:	Hospital Clinico San Carlos-Servicio de Contratacion
CONSEJERÍA:	Consejería de Sanidad



ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACIONES SOBRE LOS PLIEGOS RECTORES DEL EXPEDIENTE Nº PA 2023-0-101, CONVOCADO PARA EL SUMINISTRO DE REACTIVOS Y CESIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA LA DETECCIÓN Y TIPADO AUTOMÁTICO DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (HPV) PARA EL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

En Barcelona, a 12 de junio de 2023

Estimados Sres.:

La empresa QIAGEN IBERIA, S.L., con CIF Nº B-63229611 y con domicilio social en Barcelona (08028), C/ Baldiri Reixac, 4, tiene intención de concurrir al Expediente Nº PA 2023-0-101, convocado por su entidad para el suministro de "Reactivos y cesión de Equipamiento necesarios para la detección y tipado automático del virus del Papiloma Humano (HPV)".

Tras la lectura de los Pliegos rectores de la convocatoria, esta parte ha podido observar la mediación de una serie de aspectos que, con base en las indicaciones que en adelante se realizarán, han determinado que dirijamos a su entidad la presente SOLICITUD DE ACLARACIÓN y, en su caso, RECTIFICACIÓN, en aplicación del artículo 138 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP).

Concretamente, las referencias han de ser realizadas respecto del Apartado 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas. En dicho apartado se refiere la descripción técnica del equipamiento en cesión sobre el Lote 1, listando las características y criterios de compatibilidad que deberá cumplir el "EQUIPO PARA LA DETECCIÓN DE HPV EN CITOLOGÍA LÍQUIDA" y, particularmente, se indica:

"El equipo deberá admitir los tubos de recogida de muestras en solución ThinPrep que se utilizan actualmente en el Servicio sin ningún tipo de manipulación más allá de destapar los tubos"

Pues bien, la definición de esta característica técnica adolece de una falta de detalle en su descripción, pues no describe ni las medidas ni el tipo de tubo utilizado "actualmente en el Servicio". Este dato es del todo necesario para la realización de la mejor de las proposiciones y, por medio de las presentes, se ruega su indicación y es que, otra cosa, conduciría a un oscurantismo en el Pliego de Contratación pernicioso a todos los efectos, máxime, a efectos de salvaguardar la máxima concurrencia a la licitación.

Por todo ello, se solicita que sea clarificada la tipología de tubos Thin Prep actualmente utilizados en el laboratorio y las medidas de estos a efectos de potenciar la realización de proposiciones tendentes a la búsqueda de la mejor relación calidad-precio y de salvaguardar los principios rectores en materia de contratación pública.

Por cuanto antecede, esta entidad

SOLICITA

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 138 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y con el ánimo de salvaguardar el cumplimiento de los principios rectores en materia de contratación, se acepte el contenido del escrito en todos sus términos y se proceda a la ACLARACIÓN y, en su caso, CORRECCIÓN, sobre los extremos señalados

## Aclaración

En la actualidad los tubos utilizados tienen la siguientes medidas:

altura: 70 mm

diámetro bote: 35.3 mm

diámetro tapón: 41.6 mm

Fdo.: **LUIS ORTEGA  
MEDINA -**

Firmado digitalmente por LUIS ORTEGA MEDINA -  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=LUIS ORTEGA  
MEDINA, givenName=LUIS, sn=ORTEGA  
MEDINA, serialNumber=IDCE, o=EMPLEADO PUBLICO, 2.5.4.97=VATES-S/800001E,  
ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,  
o=COMUNIDAD DE MADRID, c=ES  
Fecha: 2023.06.21 11:39:36 +02'00'

**Jefe del Servicio de Anatomía Patológica**