

ACLARACIONES AL EXPEDIENTE PA HUPA 70/23: SUMINISTRO DE MATERIAL TERAPIA INTRAVENOSA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

Según el Informe emitido por el Servicio Promotor del expediente, como aclaración al PA HUPA 70/23, se indica lo siguiente

En el Pliego de Prescripciones Técnicas debe indicar en el lote 11 en el número de orden 11.2, página 12:

“JERINGA PRECARGADA 20 ML. CLORURO P/SALINIZAR CATETERES VASCULARES ESTÉRIL”

Y en la descripción del producto:

“Jeringa precargada de suero salino (0,9% NaCl), 20 ml. Cono concéntrico luer Lock con tapón, en envase individual estéril, para el salinizado y mantenimiento de catéteres que requieren manejo estéril”

Alcalá de Henares
La Jefe del Servicio de Suministros

