 SaludMadrid <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

**EXPEDIENTE: 2023000040**

## OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de CATÉTERES, GUIAS E INTRODUCIDORES para cubrir las necesidades del Hospital


LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
1	1	<b>CATÉTER BALÓN DILATACIÓN DE ALTA PRESIÓN VARIAS MEDIDAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catéter balón de alto rendimiento que consta de un catéter sobre una guía con balón fijo en el extremo distal.</li> <li>- Presión de al menos 18 atmósferas.</li> <li>- Que pasen por French de entre 7 y 12.</li> <li>- Dos marcadores radiopacos.</li> <li>- Catéter coaxial con punta cónica atraumática.</li> <li>- Cono Luer Lock hembra conectado a la luz inflado y otro conectado a la luz guía.</li> <li>- Compatible con guía de 0.035".</li> <li>- Diámetro del balón de 12 a 26 mm.</li> </ul>
2	2 3	<b>CATÉTER BALON ANGIOPLASTIA Y VALVULOPLASTIA DIAMETROS 8 A 20 MM</b> <b>CATÉTER BALON ANGIOPLASTIA Y VALVULOPLASTIA DIAMETROS 23 A 40 MM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catéteres coaxiales de doble luz con un pequeño balón distal. La vía externa sirve para inflar y desinflar el balón de dilatación y la vía interna permite el uso de guías para facilitar su progresión.</li> <li>- Marcas radiopacas de oro.</li> <li>- Uniones Luer lock.</li> <li>- Catéter y balón de poliamida.</li> <li>- Que pasen por una vaina de 9 Fr hasta el diámetro de 20 mm y de 10 Fr hasta el diámetro de 30 mm.</li> <li>- Diámetro del balón de 8 a 40 mm y longitud del balón de 20, 30 y 40 mm.</li> </ul>
3	4	<b>CATÉTER DOBLE BALÓN VARIAS MEDIDAS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catéter doble balón para implante de stents.</li> <li>- Cuerpo del catéter de plástico, balón de nylon termosensible no distensible.</li> <li>- Catéter de triple luz con un orificio terminal con doble balón en su extremo distal.</li> <li>- La longitud del balón interno es 1 cm menor que la del externo.</li> <li>- Compatible con guía de 0.035".</li> <li>- Diámetro del balón de 8 a 30 mm</li> <li>- Longitud de 110 cm</li> </ul>
4	5	<b>GUIA SUPER RIGIDA PARA PROTESIS AORTA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Guía extrarrígida de acero inoxidable con revestimiento de PTFE</li> <li>- Diámetro de 0.035"</li> <li>- Longitud de 260 cm</li> <li>- Punta flexible de 15 cm</li> <li>- Radio de la curvatura de la punta de 4 mm</li> </ul>



Fdo. Dra. M.J. del Cerro Marin  
Jefa de Servicio de Cardiología infantil



Fdo. Fr. F. Roldán Moll  
SUBDIRECTOR AREA MÉDICA

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

LOTE	Nº ORDEN	ARTÍCULO
5	6	<b>INTRODUCTOR CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO DE 33 CM DE 12 A 18 F</b>
	7	<b>INTRODUCTOR CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO DE 33 CM DE 20 A 26 F Y DE 45 CM DE 12 F</b>
	8	<b>INTRODUCTOR CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO DE 65 CM DE 14 A 24 F</b>
	9	<b>INTRODUCTOR CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO DE 65 CM DE 26 F</b> - La válvula hemostática posee un mecanismo regulador de la apertura mediante un manguito que se llena de suero hasta 2,5 ml para abrirlo o cerrarlo durante el procedimiento (bloqueo temporal). - Calibres de 12 a 26 F. - Longitud de trabajo del introductor de 33, 45 y 65 cm

#### ANEXO:


- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.
- Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
- Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**.  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
  - La denominación del artículo.
  - El método de esterilización utilizado.
  - Las fechas de caducidad del producto.
  - El número de lote.
  - La referencia comercial.
  - Marcado CE.
  - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.

Fdo. Dra. M.J. del Cerro Marin  
Jefa de Servicio de Cardiología infantil

EL SUBDIRECTOR MÉDICO  
DE SERVICIOS MÉDICOS

Fdo. F. E. Roldán Moll  
SUBDIRECTOR AREA MÉDICA

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> <b>SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</b>	<b>ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 25</b>
--	---	-----------------

**P.A. 2023000040**

LOTE	N.O.	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD (12 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	CATÉTER BALÓN DILATACIÓN DE ALTA PRESIÓN VARIAS MEDIDAS	UNIDAD	135	270,00	36.450,00	21	7.654,50	44.104,50

2	2	CATÉTER BALON ANGIOPLASTIA Y VALVULOPLASTIA DIAMETROS 8 A 20 MM	UNIDAD	36	425,00	15.300,00	21	3.213,00	18.513,00
2	3	CATÉTER BALON ANGIOPLASTIA Y VALVULOPLASTIA DIAMETROS 23 A 40 MM	UNIDAD	26	845,00	21.970,00	21	4.613,70	26.583,70
<b>TOTAL LOTE 2:</b>						<b>37.270,00</b>		<b>7.826,70</b>	<b>45.096,70</b>

3	4	CATÉTER DOBLE BALÓN VARIAS MEDIDAS	UNIDAD	22	1.195,00	26.290,00	21	5.520,90	31.810,90
---	---	------------------------------------	--------	----	----------	-----------	----	----------	-----------

4	5	GUIA SUPER RIGIDA PARA PROTESIS AORTA	UNIDAD	290	95,60	27.724,00	21	5.822,04	33.546,04
---	---	---------------------------------------	--------	-----	-------	-----------	----	----------	-----------

5	6	INTRODUCTOR CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO DE 33 CM DE 12 A 18 F	UNIDAD	60	250,00	15.000,00	21	3.150,00	18.150,00
5	7	INTRODUCTOR CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO DE 33 CM DE 20 A 26 F Y DE 45 CM DE 12 F	UNIDAD	45	400,00	18.000,00	21	3.780,00	21.780,00
5	8	INTRODUCTOR CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO DE 65 CM DE 14 A 24 F	UNIDAD	19	450,00	8.550,00	21	1.795,50	10.345,50
5	9	INTRODUCTOR CON REVESTIMIENTO HIDROFILICO DE 65 CM DE 26 F	UNIDAD	11	450,00	4.950,00	21	1.039,50	5.989,50
<b>TOTAL LOTE 5:</b>						<b>46.500,00</b>		<b>9.765,00</b>	<b>56.265,00</b>

<b>IMPORTE TOTAL:</b>	<b>174.234,00</b>		<b>36.589,14</b>	<b>210.823,14</b>
-----------------------	-------------------	--	------------------	-------------------

\*\* La oferta de los licitadores no podrá superar el precio máximo del lote , ni los precios máximos unitarios de cada número de orden.