

A/SUM-020681/2023 denominado "Adquisición de Sillones Odontológicos con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria"

INFORMACIÓN Y ACLARACIONES

A continuación se da respuesta a las preguntas planteadas por los interesados en este procedimiento de licitación:

Pregunta: Solicitan en el pliego de prescripciones técnicas:

Compresor de un cilindro:.. **Dispositivo Medico (MD CLASE 11a)**

Motor de Aspiración: **Dispositivo Medico (MD CLASE IIa)**. Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios.

Podrían aclararme si lo que piden es que sean equipos CLASE IA o CLASE IIA.

Respuesta. Aclaramos que lo que solicitamos es **MD CLASE IIa**. Tanto para el compresor porque tira aire dentro de la boca como para el motor de aspiración que extrae sangre de la boca.

Madrid, fecha