

A/SUM-020681/2023 denominado "Adquisición de Sillones Odontológicos con destino a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria"

INFORMACIÓN Y ACLARACIONES

A continuación se da respuesta a las preguntas planteadas por los interesados en este procedimiento de licitación:

Pregunta 1ª Podrían aclarar a que se refieren con Dotado de sistema de desinfección de las mangueras del elemento del elemento odontólogo.

Respuesta “El sistema de desinfección de las mangueras” consiste en un sistema de desgerminación cuando existe un riesgo de contaminación cruzada en pacientes especiales.

Madrid, fecha