



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Dirección Técnica de Compras, Suministros y Gestión Económica
Gerencia Adjunta de Gestión y Servicios Generales

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SILLONES ODONTOLÓGICOS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS

A/SUM- 020681-2023

OBJETO DEL CONTRATO:

Esta adquisición de material se encuadra dentro del Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, financiado con fondos del presupuesto nacional, con el fin de llevar a cabo el Plan para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental mediante la adquisición de sillones odontológicos y su dotación a los Centros de Salud dependientes de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria

CONSIDERACIONES GENERALES:

Los ofertantes dispondrán de 15 días naturales para visitar previamente los Centros de Salud de destino de los equipos (Anexo III), así como solicitar al Responsable designado por la Gerencia de Atención Primaria las aclaraciones técnicas que consideren necesarias. Las posibles variaciones de información descritas en el anexo III no podrán ser utilizadas como argumento para variar el precio de adjudicación en el transcurso de la ejecución del expediente.

La distribución e instalación de los equipos será realizada por el adjudicatario y puestos en funcionamiento en los centros de salud de destino. La distribución e instalación será planificada y organizada con el Responsable designado por la Gerencia de Atención Primaria y el Responsable designado por el Centro de destino del equipo.

Para proceder a la entrega, instalación y recepción de los equipos la empresa adjudicataria se pondrá en contacto con el Responsable designado desde donde se darán las instrucciones oportunas, incluyéndose el desmontaje y retirada de los equipos actuales a sustituir.

La instalación de los sillones odontológicos debe realizarse de forma coordinada con las necesidades de funcionamiento de los Centros donde se instalarán.

El precio de adjudicación, incluirá el desmontaje y retirada de todos los equipos existentes que permiten el funcionamiento del conjunto, en particular:

- Sillón odontológico
- Compresor
- Filtros de amalgama
- Filtros HEPA
- Material rotatorio

La GAAP indicará en cada caso, el destino de los equipos desmontados.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN:

Estos equipos descritos en las ofertas incluirán los trabajos de montaje e instalación utilizando las mismas conexiones actuales.

La distribución e instalación de los equipos será realizada por el adjudicatario y puestos en funcionamiento en los centros de salud de destino. La distribución e instalación será planificada y organizada con el Responsable designado por la Gerencia de Atención Primaria y el Responsable designado por el Centro de destino del equipo.

Para proceder a la entrega, instalación y recepción de los equipos la empresa adjudicataria se pondrá en contacto con el Responsable designado desde donde se darán las instrucciones oportunas, incluyéndose el desmontaje y retirada de los equipos actuales a sustituir.

La instalación de los sillones odontológicos debe realizarse de forma coordinada con las necesidades de funcionamiento de los Centros donde se instalarán.

Los equipos descritos en las ofertas incluirán los trabajos de acondicionamiento necesarios, tanto mano de obra como materiales, para realizar las conexiones del equipo. Tales como, entre otros:

- Acondicionamiento de acometidas de agua y desagües, así como todas las modificaciones necesarias en la instalación existente para su correcta puesta en funcionamiento.
- Acondicionamiento de instalaciones de aire comprimido, así como todas las modificaciones necesarias en la instalación existente para su correcta puesta en funcionamiento.
- Acondicionamiento de instalaciones eléctricas, así como todas las modificaciones necesarias en la instalación existente para su correcta puesta en funcionamiento.
- Suministro e instalación de todos los elementos necesarios para llevar a cabo el acondicionamiento acústico de las instalaciones, así como todas las modificaciones necesarias en la instalación existente para su correcta puesta en funcionamiento.
- Suministro de todos los accesorios e instalaciones de interconexión, accesorios de anclajes y fijación necesarios para el correcto funcionamiento del equipo.
- Medios auxiliares necesarios, tales como, elevadoras, andamios, etc.
- Trabajos auxiliares necesarios, tales como albañilería, pintura, etc.

El adjudicatario se encargará de la retirada de elementos de embalaje y restos de material de obra que se produzca en el montaje.

Será responsabilidad del adjudicatario, a la hora de la instalación, cualquier necesidad no prevista que no haya sido especificada en la oferta presentada y que impida su adecuado funcionamiento en el lugar físico exacto de su instalación definitiva.

Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.

Deberá incluir el Mantenimiento Preventivo durante el periodo de garantía legal especificando el detalle y la periodicidad del mismo.

El tiempo de duración de la garantía será de 36 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.

Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.

El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:

- Manual de uso los equipos en castellano.
- Ficha técnica de los equipos
- Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.

En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.



Normativa general

Certificados acreditativos del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios. Certificados acreditativos del cumplimiento del Reglamento UE 2017/745 de productos sanitarios.

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos, en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos y en el Anexo III los centros a los que se les va a sustituir los sillones.

ANEXO I

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000543	SILLON ODONTOLOGICO	<p>Sillón odontológico con lámpara y motor de aspiración húmeda con sistema de separación de amalgama</p> <ul style="list-style-type: none">- Sillón electromecánico anclado al suelo y con el grupo hídrico unido a él, con subida vertical, con dos motores independientes, movimientos de subida y bajada con trendelembourg compensado con al menos tres posiciones programables, retorno automático a posición de reposo y stop, caja de conexiones integradas en el sillón, con cabezal articulado con posición pediátrica y posición inversa para pacientes con movilidad reducida. Comando a pie multifuncional para activación del instrumental rotatorio incluyendo chip blower y selección de agua y control del reostato de los rotatorios, tapizado sin costuras visibles de gran resistencia y fácil limpieza. Con protector de tapicería en los pies. <p>Elemento Odontólogo: Brazo articulado y compensado (auto balanceado), con bandeja porta instrumentos, de dotación base:</p> <ul style="list-style-type: none">-1 manguera con jeringa de tres funciones: agua, aire, spray con carcasa extraíble y compatible con puntas desechables universales-1 manguera neumáticas para instrumentos rotatorios con luz con salida Midwest 4 y chip blower .y acoplamiento tipo Multiflex- 1manguera con micromotor eléctrico con luz- 1mangueta con ultrasonido + punta <p>Pértigas con mecanismos anti tracción,</p> <p>-Acoplamiento con luz midwest 4 vías al sillón y salida para conexión multiflex</p> <p>. Control mediante pulsadores tipo folio o similar de los movimientos del sillón y de los programas; del llenado del vaso y barrido de la taza temporizado memorias</p> <p>-Brazo articulado, porta bandejas accesorio.</p> <p>Pedal Reóstato regulador de intensidad de turbina, micromotor y ultrasonido. Movimientos del sillón</p> <p>Material rotatorio:</p> <p>Turbina con luz completa de cabeza estándar, compatible con enlace tipo multiflex con: Sistema para prevenir la contaminación cruzada en la cabeza y en el acoplo, esterilizable en autoclave, triple spray, cambio de fresas por botón, cojinetes cerámicos, alta rotación 300-400 rpm con sistema de auto limpieza CLEAN-HEAD</p> <p>Contra-ángulo con luz estándar, sistema auto limpieza (CLEAN-HEAD), esterilizable en autoclave, triple spray interno, transmisión 1:1, cambio de fresa por botón, cojinetes cerámicos.</p> <p>Pieza de mano: Recta, con luz, sistema de auto limpieza, esterilizable, Spray interno, de baja velocidad (rotación máxima 20-30.000 rpm), transmisión 1:1</p> <p>Micromotor: Eléctrico con luz y sistema de cambio de sentido de la rotación en el cuadro de mandos, hasta 40.000 rpm, esterilizable, unión directa a manguera, válvula antiretorno.</p> <p>Ultrasonido: integrado de serie</p> <ul style="list-style-type: none">- Lámpara. Lámpara de luz LED con reflector parabólico con pantalla dicrónica o similar (sin sombra) con filtro protector, sostenida sobre un soporte y brazo articulado con gran capacidad de giro con intensidad luminosa regulables. <p>Grupo hídrico: Escupidera de porcelana completa o similar y portavasos y taza, con giro de al menos 60º. Bandeja auxiliar con soporte de cánulas y pulsadores temporizados de llenado de vaso y barrido de taza. Sistema de válvulas preparado para motor de aspiración con recuperador de amalgama, Sistema de aspiración con acoples universales para cánulas de aspiración de 11 y 16 mm, de sección circular, que no sean específicos para una marca concreta.</p> <ul style="list-style-type: none">- Compresor de un cilindro: Desprovisto de lubricación de aceite, equipado con instalación de secador y con filtros esterilizadores, para suministrar aire seco, de gran calidad y pureza, que suministre al equipo un flujo de aire efectivo cercano 6.1 NL/min a 5 bar con un nivel sonoro menor o igual a 65 Db (A). Con capacidad del depósito cercana a 20 l. Potencia aproximada de 0.55 KW. Y dimensiones aproximadas de 550x550x735 (mm), manómetro, filtro de aire antivirius y bacterias integrado, regulador de presión de salida presostato, válvula de purga, válvula de seguridad de sobrepresión, interruptor general externo, purga de calderín externo... Dispositivo Médico (MD CLASE Ila) <p>Motor de Aspiración: En aspiración y en la empuñadura con filtros para residuos de amalgama según normativa CE.</p> <p>Motor de aspiración combinada con separación y recuperación de amalgama. Dispositivo Médico (MD CLASE Ila). Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios. . Caudal aproximado 700 litros por minuto. . Rendimiento de separación de amalgama aprox 97 %.</p> <p>Preferiblemente con control electrónico con display indicador del estado de llenado del contenido de recuperación. Contenedor de recuperación de amalgama de un solo uso, intercambiable y de fácil sustitución. Campana insonorizante con nivel sonoro máximo 54 dBa</p> <p>Filtro HEPA 14 expresando que aspiración dental y compresor dispongan de ese filtro. Normativa UNE-EN 1822-1:2020.Jeringa con punta extraíble y sistema de acoplamiento de dicha punta universal compatible con puntas desechables</p>

ANEXO II

RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Grupo de materiales	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	301599	3000543	SILLON ODONTOLOGICO	15.454,55	123	1.900.909,65	21	2.300.100,68
						1.900.909,65	399.191,03	2.300.100,68

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA

Resolución 342/2021, de 13 de septiembre

(BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: QUINTANA MORGADO ALMUDENA

Fecha: 2023.06.01 15:14

ANEXO III

RELACION DE CENTROS

CENTRO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	UBICACIÓN SILLÓN	ASPIRACIÓN (VGA-indica amalgama añadida)	ASPIRACIÓN UBICACIÓN	COMPRESOR 1 UBICACIÓN	COMPRESOR 2 UBICACIÓN
C.S. ALMENDRALES	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106748	SALA 6	HUMEDA SIN AMALGAMA	ALMACÉN	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO
C.S. ALMENDRALES	FEDESA	SAMOA GALA PLUS COLIBRI		SALA 7	SECA SIN AMALGAMA	ALMACÉN	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO
C.S. ESPRONCEDA	FEDESA	RUBI ST	1403104		SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. ESPRONCEDA	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106738		HUMEDA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. GENERAL FANJUL	FEDESA	RUBI ST	1401142	SALA 20	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SÓTANO	
C.S. GENERAL RICARDOS	FEDESA	SAMOA		SALA 308	SECA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	SÓTANO	
C.S. GENERAL RICARDOS	FEDESA	SAMOA GALA PLUS	1105018	SALA 309	SECA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO	
C.S. GOYA	KAVO	ESTETICA E30S	2015-10-10104953	SALA 119	HUMEDA CON AMALGAMA VGA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. GOYA	FEDESA	GALA PLUS	1204088	SALA 120	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. GOYA	FEDESA	GALA PLUS	1206030	SALA 119	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. LAS AGUILAS	FEDESA	SAMOA GALA	2804079	SALA 203	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	JARDÍN - CAJÓN METÁLICO	
C.S. LOS ANGELES	FEDESA	PENTA 2012 SMS	1701099	SALA 104	SECA SIN AMALGAMA	ASEO PERSONAL	SALA ANEXA (ASEO PERSONAL)	
C.S. LOS ANGELES	FEDESA	PENTA 2012 SMS	1701104	SALA 106	SECA SIN AMALGAMA	ASEO PERSONAL	SALA ANEXA (ASEO PERSONAL)	
C.S. LOS CARMENES	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106745	SALA 25	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CONSULTA	
C.S. LUCERO	FEDESA	PENTA 2012 SMS	1701096	SALA 5	SECA SIN AMALGAMA	SALA INDEPENDIENTE	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. LUCERO	FEDESA	SAMOA ECO	2701245	SALA 6	SECA SIN AMALGAMA	SALA INDEPENDIENTE	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. SAN FERMIN	FEDESA	SAMOA PENTA LUX	1701106	SALA 115	SECA SIN AMALGAMA	SALA ARCHIVO	SALA ANEXA (ARCHIVO)	
C.S. BENTA DE AVILA	KAVO	ESTETICA E30S	2015-10-10104951	SALA 110	HUMEDA CON AMALGAMA VGA	EN EXTERIOR	CUBIERTA	
C.S. CANAL DE PANAMA	FEDESA	RUBI ST	1403105	SALA 9	SECA SIN AMALGAMA	ARMARIO DE LA SALA	CONSULTA	
C.S. DR. CIRAUAS	KAVO	ESTETICA E30S	2015-10-10105000	SALA 113	HUMEDA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	SALA ANEXA (LIMPIEZA)	
C.S. GARCIA NOBLEIAS	FEDESA	ESCORIAL	9809065	SALA 8	SECA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	CONSULTA	
C.S. JAZMIN	FEDESA	SAMOA	9510088	SALA 5	SECA CON AMALGAMA VGA	GARAJE - CAJÓN	GARAJE - CAJÓN	

CENTRO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	UBICACIÓN SILLÓN	ASPIRACIÓN (VGA-indica amalgama añadida)	ASPIRACIÓN UBICACIÓN	COMPRESOR 1 UBICACIÓN	COMPRESOR 2 UBICACIÓN
C.S. JUAN DE AUSTRIA	FEDESA	SAMOA	2701242	SALA 9	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	
C.S. JUAN DE AUSTRIA	FEDESA	SAMOA	2701241	SALA 10	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	
C.S. JUNCAL	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106743	SALA 4	HUMEDA SIN AMALGAMA	EN EXTERIOR	CUBIERTA	
C.S. LOS ALPES	FEDESA	SAMOA	2110055	SALA 24	HUMEDA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	CONSULTA	
C.S. LOS FRESNOS	FEDESA	JEREZ	2610131	SALA 7 A	SECA CON AMALGAMA VGA	FUERA	SÓTANO	
C.S. LOS FRESNOS	FEDESA	JEREZ	2610130	SALA 7 B	SECA SIN AMALGAMA	FUERA	SÓTANO	
C.S. LUIS VIVES	FEDESA	SAMOA ECO	2505206	SALA 12	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	ESCALERA	
C.S. MIGUEL DE CERVANTES	FEDESA	SAMOA ECO	2709130	SALA 2	SECA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. MIGUEL DE CERVANTES	FEDESA	SAMOA ECO	2709131	SALA 3	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. REYES MAGOS	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10116732	SALA 24	HUMEDA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	
C.S. SANCHINARRO	FEDESA	SAMOA CONFORT	2701050	SALA 14	SECA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. SILVANO	FEDESA	SAMOA CONFORT	2701230	SALA 101	SECA CON AMALGAMA VGA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. SILVANO	FEDESA	SAMOA	2701231	SALA 102	SECA CON AMALGAMA VGA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. ARGÜELLES	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106740	SALA 12	HUMEDA SIN AMALGAMA	BAJO ENCIMERA EN CONSULTA	SALA ANEXA (INSTALACIONES)	
C.S. COLLADO VILLALBA ESTACION	FEDESA	PENTA V	2807122	SALA 207	SECA SIN AMALGAMA	JUNTO AL SILLÓN EN CONSULTA	CUBIERTA	CUBIERTA (EN DESUSO)
C.S. COLLADO VILLALBA ESTACION	KAVO	ESTETICA E30S	2015-10-10105046	SALA 208	HUMEDA SIN AMALGAMA	JUNTO AL SILLÓN EN CONSULTA	CUBIERTA	CUBIERTA (EN DESUSO)
C.S. LA MARAZUELA	FEDESA	PRICE LUX	1710085		SECA SIN AMALGAMA	EN EXTERIOR	CUBIERTA	
C.S. LA MARAZUELA	FEDESA	PRICE LUX	1710086		SECA CON AMALGAMA VGA	EN EXTERIOR	CUBIERTA	
C.S. LEGAZPI	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106736	SALA 301	HUMEDA SIN AMALGAMA	CUARTO INSTALACIONES CONTIGUO	SALA ANEXA (INSTALACIONES)	
C.S. LEGAZPI	FEDESA	SAMOA			SECA SIN AMALGAMA	CUARTO INSTALACIONES CONTIGUO	SALA ANEXA (INSTALACIONES)	
C.S. PASEO IMPERIAL	FEDESA	SAMOA CONFORT	2701234	SALA 109	SECA CON AMALGAMA VGA	EN SALA ANEXA	SALA ANEXA	
C.S. PASEO IMPERIAL	FEDESA	PENTA 2012 SMS	1701097	SALA 108	SECA SIN AMALGAMA	EN SALA ANEXA	SALA ANEXA	
C.S. POZUELO-ESTACION	FEDESA	GALA PLUS	1309096	SALA 3	SECA SIN AMALGAMA	EN SALA ANEXA	SALA ANEXA	
C.S. POZUELO-ESTACION	KAVO	ESTETICA E-30	2016-11-10106739	SALA 4	HUMEDA CON AMALGAMA VGA	EN EXTERIOR	CUBIERTA	
C.S. SAN CARLOS	FEDESA	SAMOA ECO	2611168	SALA 13	SECA SIN AMALGAMA	JUNTO AL SILLÓN EN CONSULTA	PATIO INTERIOR- CAJÓN METÁLICO	

CENTRO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	UBICACIÓN SILLÓN	ASPIRACIÓN (VGA-indica amalgama añadida)	ASPIRACIÓN UBICACIÓN	COMPRESOR 1 UBICACIÓN	COMPRESOR 2 UBICACIÓN
C.S. SIERRA DE GUADARRAMA	FEDESA	SAMOA ECO	2701067	SALA 201	SECA SIN AMALGAMA	JUNTO AL SILLÓN EN CONSULTA	CUBIERTA 3ª PLANTA	
C.S. VALLE DE LA OLIVA	FEDESA	SAMOA ECO	2701069	SALA 1	SECA SIN AMALGAMA	JUNTO AL SILLÓN EN CONSULTA	SALA ANEXA (VESTUARIO EN DESUSO PLANTA-1)	
C.S. VALLE DE LA OLIVA	FEDESA	SAMOA ECO	2701070	SALA 2	SECA SIN AMALGAMA	JUNTO AL SILLÓN EN CONSULTA	SALA ANEXA (VESTUARIO EN DESUSO PLANTA-1)	
C.S. VILLANUEVA DE LA CAÑADA	FEDESA	PRINCE LUX	1710087	SALA 208	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. VILLANUEVA DE LA CAÑADA	FEDESA	PRINCE LUX	1710088	SALA 207	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.L. SAN AGUSTIN DE GUADALIX	KAVO	ESTETICA E30S	2015-10-10104954	SALA 7	HUMEDA SIN AMALGAMA	CUARTO DE INSTALACIONES	SALA ANEXA (INSTALACIONES)	
C.S. ALGETE	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106724	SALA 10	HUMEDA SIN AMALGAMA	CASETA EN JARDÍN DE USO PRIVADO	JARDIN - CASETA	
C.S. BARRIO DEL PILAR	KAVO	ESTETICA E30S	2015-10-10104950	SALA 1	HUMEDA SIN AMALGAMA	BAJO MUEBLE EN CONSULTA	JARDIN - CAJÓN METÁLICO	
C.S. COLMENAR VIEJO NORTE	KAVO	ESTETICA E30	2016-11-10106747/10050000	SALA 26	HUMEDA SIN AMALGAMA	JUNTO AL SILLÓN EN CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO
C.S. COLMENAR VIEJO NORTE	FEDESA	SAMOA ECO	2005113	SALA 27	SECA CON AMALGAMA VGA	JUNTO AL SILLÓN EN CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO
C.S. DR. CASTROVIEJO	FEDESA	PENTA 2012	1701100	SALA 18	SECA CON AMALGAMA VGA	JARDIN- JAULA DE LADRILLO	JARDIN - JAULA DE LADRILLO	
C.S. MIRAFLORES	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106699	SALA 5	HUMEDA SIN AMALGAMA	BAJO ENCIMERA EN CONSULTA	SALA ANEXA - CAJÓN METÁLICO	
C.S. REINA VICTORIA	FEDESA	PENTA III	2304153	SALA 4	SECA SIN AMALGAMA	BAJO ENCIMERA EN CONSULTA	SALA ANEXA (INSTALACIONES)	CUBIERTA- JAULA METÁLICA
C.S. REINA VICTORIA	FEDESA	PENTA III	2304154	SALA 5	SECA CON AMALGAMA VGA	BAJO ENCIMERA EN CONSULTA	SALA ANEXA (INSTALACIONES)	CUBIERTA- JAULA METÁLICA
C.S. TRES CANTOS 1	FEDESA	SAMOA	9512112	SALA ODONTOLOGÍA	SECA SIN AMALGAMA	BAJO ENCIMERA EN CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	
C.S. ALICANTE	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106740	SALA 31	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO
C.S. ALICANTE	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106729	SALA 32	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO
C.S. ALICANTE	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106731	SALA 34	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO
C.S. ALICANTE	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106737	SALA 35	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO
C.S. ALICANTE	FEDESA	GALA	1007068	SALA 37	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO
C.S. ALICANTE	FEDESA	PENTA 2012 SMS	1701101	SALA 36	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO
C.S. BARCELONA	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106748	SALA 114	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	ESCALERA - CAJÓN	ESCALERA - CAJÓN
C.S. DOS DE MAYO	FEDESA	SAMOA CONFORT	2710030	SALA 306	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SALA ANEXA (2ª PLANTA)	

CENTRO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	UBICACIÓN SILLÓN	ASPIRACION (VGA-indica amalgama añadida)	ASPIRACIÓN UBICACIÓN	COMPRESOR 1 UBICACIÓN	COMPRESOR 2 UBICACIÓN
C.S. DR. LUENGO RODRIGUEZ	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106730	SALA 26	HUMEDA SIN AMALGAMA	SALA SEPARADA DE CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. DR. PEDRO LAIN ENTRALGO	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106696	SALA 5	HUMEDA SIN AMALGAMA	CASETA EXTERIOR	JARDIN - CAJÓN METÁLICO 1	JARDIN - CAJÓN METÁLICO 2
C.S. DR. PEDRO LAIN ENTRALGO	FEDESA	GALA PLUS	1204088 // 168271	SALA 6	SECA SIN AMALGAMA	CASETA EXTERIOR	JARDÍN - CAJÓN METÁLICO 1	JARDÍN - CAJÓN METÁLICO 2
C.S. EL SOTO	FEDESA	SAMOA CONFORT	2411026	SALA 6	SECA SIN AMALGAMA	SÓTANO	SÓTANO	
C.S. LA PRINCESA	FEDESA	SAMOA CONFORT	2605083	SALA 15	SECA SIN AMALGAMA	SALA SÓTANO	SÓTANO	
C.S. LA PRINCESA	FEDESA	SAMOA CONFORT	2605084	SALA 14	SECA SIN AMALGAMA	SALA SÓTANO	SÓTANO	
C.S. LA RIVOTA	FEDESA	SAMOA CONFORT	2605079	SALA 8	SECA SIN AMALGAMA	SALA SÓTANO	SÓTANO	
C.S. LA RIVOTA	FEDESA	SAMOA CONFORT	2605080	SALA 7	SECA SIN AMALGAMA	SALA SÓTANO	SÓTANO	
C.S. LOS CASTILLOS	FEDESA	SAMOA CONFORT	2701232	SALA 4	HUMEDA SIN AMALGAMA	SALA SÓTANO	SÓTANO	SALA SÓTANO
C.S. LOS CASTILLOS	FEDESA	SAMOA CONFORT	2701233	SALA 5	SECA SIN AMALGAMA	SALA SÓTANO	SÓTANO	SALA SÓTANO
C.S. PRESENTACIÓN SABIO	FEDESA	SAMOA	2702002	SALA 109	SECA SIN AMALGAMA	CUBIERTA-CAJÓN	CUBIERTA	
C.S. RAMON Y CAJAL	FEDESA	GALA PLUS	1305063	SALA 29	SECA SIN AMALGAMA	CASETA EXTERIOR	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO	
C.S. RAMON Y CAJAL	FEDESA	RUBI ST	1043103	SALA 28	SECA SIN AMALGAMA	CASETA EXTERIOR	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO	
C.S. ARANJUEZ	FEDESA	GALA PLUS	1106032	SALA 301	SECA CON AMALGAMA VGA	ALMACÉN CONTIGUO	SALA ANEXA	
C.S. CIUDADES	FEDESA	SAMOA CONFORT	2002193	SALA 106	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	JARDÍN - CAJÓN METÁLICO	JARDÍN - CAJÓN METÁLICO
C.S. CIUDADES	FEDESA	SAMOA CONFORT	2002031	SALA 105	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	JARDÍN - CAJÓN METÁLICO	JARDÍN - CAJÓN METÁLICO
C.S. EL RESTON	FEDESA	SAMOA CONFORT	2703038	SALA 1	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	PATIO INTERIOR - CAJÓN METÁLICO	
C.S. GRINÓN	FEDESA	PENTA 2012 SMS	1701105	SALA 4	SECA SIN AMALGAMA	GARAJE- CAJÓN	GARAJE - CAJÓN	
C.S. ISABEL II	KAVO	ESTETICA E30S	2015-11-10105095	SALA 30	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA Y VESTIDOR	SALA ANEXA (VESTIDOR) - CON CAJÓN	SALA ANEXA (VESTIDOR) - CON CAJÓN
C.S. ISABEL II	FEDESA	PENTA V	2610157	SALA 29	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA Y VESTIDOR	SALA ANEXA (VESTIDOR) - CON CAJÓN	SALA ANEXA (VESTIDOR) - CON CAJÓN
C.S. JUAN DE LA CIERVA	FEDESA	PENTA 2012	1701095	SALA 231	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. JUAN DE LA CIERVA	FEDESA	PRINCE AIR	1310078	SALA 230	SECA SIN AMALGAMA	SALA CONTIGUA	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. LAS OLIVAS	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106697	SALA 7	HUMEDA SIN AMALGAMA	SALA COLINDANTE	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. LAS OLIVAS	KAVO	ESTETICA E30S	2015-10-10105053	SALA 8	HUMEDA SIN AMALGAMA	SALA COLINDANTE	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. LOS PINTORES	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106744	SALA 9	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SÓTANO	

CENTRO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	UBICACIÓN SILLÓN	ASPIRACIÓN (VGA-indica amalgama añadida)	ASPIRACIÓN UBICACIÓN	COMPRESOR 1 UBICACIÓN	COMPRESOR 2 UBICACIÓN
C.S. SANTA ISABEL	FEDESA	SAMOA GALA	2812097	SALA 30	SECA SIN AMALGAMA	FUERA CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. SANTA ISABEL	FEDESA	SAMOA GALA	2812098	SALA 31	SECA SIN AMALGAMA	FUERA CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. SANTA ISABEL	FEDESA	SAMOA GALA	2812100	SALA 32	SECA SIN AMALGAMA	FUERA CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. SANTA ISABEL	FEDESA	SAMOA GALA	2812099	SALA 33	SECA SIN AMALGAMA	FUERA CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. SANTA ISABEL	FEDESA	SAMOA GALA	2812101	SALA 34	SECA SIN AMALGAMA	FUERA CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. SANTA ISABEL	FEDESA	SAMOA		SALA 35	SECA SIN AMALGAMA	FUERA CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. ARGANDA DEL REY	FEDESA	PENTA	1701098	SALA 209	SECA SIN AMALGAMA	SALA ANEXA ESTERILIZACIÓN	SALA ANEXA	SALA ANEXA
C.S. ARROYO MEDALEGUA	FEDESA	SAMOA ECO	9701188	SALA 107	SECA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	SALA ANEXA - CAJÓN METÁLICO	
C.S. ARROYO MEDALEGUA	FEDESA	SAMOA ECO	9702190	SALA 108	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SALA ANEXA - CAJÓN METÁLICO	
C.S. BUENOS AIRES	FEDESA	SAMOA CONFORT	2702001	SALA 301	SECA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	CONSULTA	
C.S. BUENOS AIRES	FEDESA	PENTA 2012 SMS	1701103	SALA 302	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CONSULTA	
C.S. ENSANCHE DE VALLECAS	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106746	SALA 10	HUMEDA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. ENSANCHE DE VALLECAS	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106698	SALA 11	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. ENTREVIAS	FEDESA	PENTA LUX 2012	1701102	SALA 11	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	PATIO INTERIOR - CAJÓN METÁLICO	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO
C.S. IBIZA	KAVO	ESTETICA E30S	2016-11-10106733	SALA 64	HUMEDA SIN AMALGAMA	ASEO	SALA ANEXA (ASEO PERSONAL)	
C.S. IBIZA	KAVO	ESTETICA E30S	2015-11-10105096	SALA 65	HUMEDA SIN AMALGAMA	ASEO	SALA ANEXA (ASEO PERSONAL)	
C.S. JAIME VERA - COSLADA	FEDESA	SAMOA	2605069/2006	SALA 105	SECA SIN AMALGAMA	FUERA CONSULTA	SALA ANEXA	
C.S. MEJORADA DEL CAMPO	FEDESA	SAMOA	2611157	SALA 106	SECA CON AMALGAMA VGA	FUERA CONSULTA	FORJADO SANITARIO	
C.S. MEJORADA DEL CAMPO	FEDESA	SAMOA	9804128	SALA 104	SECA SIN AMALGAMA	FUERA CONSULTA	FORJADO SANITARIO	
C.S. NUMANCIA	FEDESA	SAMOA	2105171	SALA 06	SECA SIN AMALGAMA	BAJO ENCIMERA EN CONSULTA	PATIO INTERIOR - CAJÓN METÁLICO	PATIO EXTERIOR - CAJÓN METÁLICO
C.S. PAVONES	FEDESA	SAMOA ECO	2202215	SALA 42	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SALA ANEXA (ESTERILIZACIÓN)	
C.S. PAVONES	FEDESA	SAMOA ECO	2202216	SALA 43	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	SALA ANEXA (ESTERILIZACIÓN)	
C.S. SANTA MONICA	FEDESA	SAMOA ECO	2201140	SALA 12	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	PATIO INTERIOR - CAJÓN METÁLICO	
C.S. SANTA MONICA	FEDESA	SAMOA ECO	2202214	SALA 13	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	PATIO INTERIOR - CAJÓN METÁLICO	

CENTRO	MARCA	MODELO	NUMERO DE SERIE	UBICACIÓN SILLÓN	ASPIRACION (VGA-indica amalgama añadida)	ASPIRACIÓN UBICACIÓN	COMPRESOR 1 UBICACIÓN	COMPRESOR 2 UBICACIÓN
C.S. TORITO	KAYO	ESTETICA E30S	2015-10-10104952	SALA 103	HUMEDA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CONSULTA	CONSULTA
C.S. VALDEBERNARDO	FEDESA	SAMOA	2105172	SALA 1	SECA SIN AMALGAMA	CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	
C.S. VALDEBERNARDO	FEDESA	SAMOA	2105169	SALA 2	SECA CON AMALGAMA VGA	CONSULTA	CUBIERTA- CAJÓN METÁLICO	
C.S. VILLA DE VALLECAS	FEDESA	SAMOA ECO	2103150	105	SECA SIN AMALGAMA		CONSULTA	