 SaludMadrid <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> SERVICIO DE SUMINISTROS <b>SUMC</b>	<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>	<b>ANEXO 24</b>
---	----------------------------------	-----------------

**EXPEDIENTE: 2023000019**

## OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 5 CC. PUTTY para cubrir las necesidades del Hospital.

LOTE	Nº ORDEN	CODIGO	ARTICULO
1	1	303274	<b>MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 5 CC. PUTTY</b>  -Indicada para cualquier cirugía reconstructiva osteoarticular (cirugía traumatológica, ortopédica y de columna, también de lesiones tumorales, etc.)  -Debe ser moldeable sin fraccionarse.  -De un solo uso y esterilizada.  -Biocompatible.  -Debe ser osteoconductiva, osteogénica y osteoinductiva.  -De origen humano.


## ANEXO:

- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.
- Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
- En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
  - Relación de productos ofertados.
  - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**  
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
  - La denominación del artículo.
  - El método de esterilización utilizado.
  - Las fechas de caducidad del producto.
  - El número de lote.
  - La referencia comercial.
  - Marcado CE.
  - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
- Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.

Fdo. Dr. Basilio de La Torre Escuredo  
JEFE SERVICIO TRAUMATOLOGIA.

22/05/2023

Fdo. Dr. E. Aracil Sanus  
SUBDIRECTOR AREA QUIRURGICA

 <b>Hospital Universitario Ramón y Cajal</b> Servicio de Suministros <b>SUMC</b>	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
--	--	----------

**P.A. 2023000019**

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD (36 MESES)	PRECIO UNIDAD MEDIDA	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	303274	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA 5 CC. PUTTY	UN	228	600,00	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00

<b>TOTAL</b>	<b>228</b>		<b>136.800,00</b>		<b>136.800,00</b>
--------------	------------	--	-------------------	--	-------------------