

INFORME TÉCNICO SOBRE LA VALORACIÓN DE LA OFERTAS PRESENTADA PARA EL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DOBLE OSMOSIS INVERSA PARA LA UNIDAD DE DIÁLISIS DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS". EXPEDIENTE: A/SUM-027196/2023 PLANTA DE AGUA

Tras la valoración de las características técnicas de la propuesta presentada por la empresa Fresenius Medical Care para el Suministro e Instalación de una planta de tratamiento de agua de doble ósmosis inversa para la unidad de diálisis del servicios de nefrología a adjudicar por procedimiento abierto simplificado con pluralidad de criterios, se informa que la planta ofertada, cumple con las características técnicas básicas indicadas en el Pliego de Características Técnicas, siendo idóneas para cubrir las necesidades del Servicio de Nefrología.

En cuanto a los criterios evaluables de forma automática, la empresa Fresenius ofrece los criterios indicados en la siguiente tabla:

Lote Único. PLANTA DE OSMOSIS.	
DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTOS
Ampliación de la garantía más allá del período mínimo exigido legalmente.	0 a 5 puntos
2 años de ampliación	5
Instalación de desagües secos en monitores y anti-ensuciamiento	0 ó 15 puntos
Sí	15
Sistema de monitorización en línea del pretratamiento.	0 ó 20 puntos
Sí	20
MÁXIMO 40 PUNTOS	40

Aranjuez, 26 de julio de 2023

██████████
██████████

Juan Antonio Morán Rodríguez

Jefe Sección de Mantenimiento