 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

EXPEDIENTE: 2023400038

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de ASA BIPOLAR 0,30 MM 2 VARILLAS GUIA 24/26, para cubrir las necesidades del Servicio de Urología del Hospital.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	323600	ASA BIPOLAR 0,30 MM 2 VARILLAS GUIA 24/26 <ul style="list-style-type: none"> - 2 Vástagos guías. - Para resectores tamaño 24/26 ch, 22ch, 15 ch. - Tamaño del alambre 0,40 mm y 0,30 mm. - Retorno de la energía a través del propio electrodo y separado del asa para evitar posibles derivaciones de corriente, compatible con el Generador Autocon III 400 propiedad del Hospital.

ANEXO:


- En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.
- Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
- Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
- Aquellos productos que lo requieran, deberán incluir el certificado de exención de látex.
- Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica:
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna, para la realización de informe técnico.

A la hora de valorar dicho informe, solo se tendrá en cuenta la documentación presentada en castellano.
- Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias un mayor nº de unidades para completar el informe técnico correspondiente podrían ser solicitadas con posterioridad.
- Etiquetado en el que figure:
 - La denominación del artículo.
 - El método de esterilización utilizado.
 - Las fechas de caducidad del producto.
 - El número de lote.
 - La referencia comercial.
 - Marcado CE.
 - Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.
- Si durante el plazo de ejecución del contrato, incluido el período prorrogado, se presentan nuevos artículos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios están obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que incorporen avances o innovaciones tecnológicas que mejoren las prestaciones o características de los adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los requisitos legales y administrativos determinados en la contratación del artículo primitivo. Asimismo, se puede aceptar ampliación de referencias para un mismo artículo permaneciendo invariable el precio.

Fdo.: Fco. Javier Burgos Revilla
JEFE DE SERVICIO UROLOGIA

08/05/2023

Fdo.: Enrique Afacil Sanus
SUBDIRECTOR QUIRÚRGICO
Comunidad de Madrid
Planta: 0 Dcha.

 <div>Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</div>	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
--	---	-----------------

P.N 2023400038

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA (24 meses)	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no ncluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	323600	ASA BIPOLAR 0,30 MM 2 VARILLAS GUIA 24/26	UNIDAD	820	185,00	151.700,00	21	31.857,00	183.557,00

IMPORTE TOTAL:	151.700,00	21	31.857,00	183.557,00
-----------------------	------------	----	-----------	------------