

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-22 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

Elaborado por:

Dr. Muñoz Guijosa, Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca y Dr. Boni, Jefe de Sección de Cirugía Cardíaca

Fecha: 4 de septiembre de 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-22 para el "CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREAS Y MÓDULOS DE NORMOHIPOTERMIA, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **GETINGE GROUP SPAIN SLU** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **PALEX MEDICA SA** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **GETINGE GROUP SPAIN SLU** cumple con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **PALEX MEDICA SA** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	SISTEMA DE BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA PROCEDIMIENTOS EN ADULTOS	GETINGE GROUP SPAIN SLU	SI	30
2	SISTEMA DE BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA PROCEDIMIENTOS INFANTILES E HIPOTERMIA PROFUNDA	PALEX MEDICA SA	SI	30
3	MÓDULO NORMO HIPOTERMIA	GETINGE GROUP SPAIN SLU	SI	20
		PALEX MEDICA SA	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

MUÑOZ
GUIJOSA
CHRISTIAN -

Dr. Muñoz Guijosa AUTH

Jefe de Servicio de Cirugía Cardiaca

Firmado digitalmente por MUÑOZ GUIJOSA CHRISTIAN - AUTH
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, o=CONSEJERÍA DE SANIDAD DE MADRID, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, title=FACULTATIVO, serialNumber=IDCES, sn=MUÑOZ GUIJOSA, givenName=CHRISTIAN, cn=MUÑOZ GUIJOSA CHRISTIAN - AUTH
Fecha: 2023.09.05 10:31:21 +02'00'

EXPEDIENTE: 2023-0-22


SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREAS Y MÓDULOS DE NORMOHIPOTERMIA, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>SISTEMA DE BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA PROCEDIMIENTOS EN ADULTOS</p> <p>TOTAL PUNTOS: HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Unidad de lámpara LED con brazo flexible ... 15 PUNTOS</p> <p>2. Unidad de mezclador de gases 15 PUNTOS</p>	<p>GETINGE GROUP SPAIN SLU ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Si Dispone..... 15 PUNTOS</p> <p>2. Si Dispone..... 15 PUNTOS</p>
2	<p>SISTEMA DE BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA PARA PROCEDIMIENTOS INFANTILES E HIPOTERMIA PROFUNDA</p> <p>TOTAL PUNTOS: HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Panel compuesto por varias pantallas (<i>displays</i>) con módulos de control: Posibilidad de sustitución rápida de las pantallas en caso de emergencia permitiendo seguir trabajando sin interrupción y evitando pérdida de información 10 PUNTOS</p> <p>2. Diseño del rodillo con forma de herradura que minimice al máximo los picos de presión durante el funcionamiento ... 10 PUNTOS</p> <p>3. Capacidad máxima de medición de al menos 8 canales de presión y temperatura 10 PUNTOS</p>	<p>PALEX MEDICA SA TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2. Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3. 8 Canales..... 10 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2023-0-22

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBAS DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREAS Y MÓDULOS DE NORMOHIPOTERMIA, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	MÓDULO NORMO HIPOTERMIA TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS 1. Poder calorífico del tanque de “paciente” igual o superior a 2500 W 10 PUNTOS 2. Poder calorífico del tanque de “cardioplegia” igual o superior a 1250 W ... 10 PUNTOS 3. Volumen del tanque del circuito de paciente entre 4,5 y 6,5 litros 10 PUNTOS	GETINGE GROUP SPAIN SLU ... TOTAL PUNTOS: 20 1. 3.000W..... 10 PUNTOS 2. 1.352W..... 10 PUNTOS 3. Capacidad TOTAL del tanque, 28L..... 0 PUNTOS PALEX MEDICA SA ... TOTAL PUNTOS: 30 1. 2.500W..... 10 PUNTOS 2. 1.250W..... 10 PUNTOS 3. Volumen entre 4,5 y 6,5 L 10 PUNTOS

Madrid, a fecha de firma

Fdo.: Dr. Muñoz Guijosa



Jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca