

EXPEDIENTE 2023-0-22

AUTOEVALUACIÓN

LOTE 01: SISTEMA DE BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA ADULTOS

<u>Concepto: 1.01. Sistema de bomba de circulación extracorpórea adultos</u>	<u>Modo de valoración</u>	<u>Autoevaluación</u>	<u>Nº Pág donde se indica</u>
• Unidad de lámpara LED con brazo flexible	Sí: 15 puntos NO: 0 puntos		
• Unidad de mezclador de gases.	Sí: 15 puntos No: 0 puntos		

LOTE 02: SISTEMA DE BOMBA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA INFANTIL

<u>Concepto: 2.01. Sistema de bomba de circulación extracorpórea infantil</u>	<u>Modo de valoración</u>	<u>Autoevaluación</u>	<u>Nº Pág donde se indica</u>
• Panel compuesto por varias pantallas (displays) con módulos de control: Posibilidad de sustitución rápida de las pantallas en caso de emergencia permitiendo seguir trabajando sin interrupción y evitando pérdida de información	Sí: 10 puntos No: 0 puntos		
• Diseño del rodillo con forma de herradura que minimice al máximo los picos de presión durante el funcionamiento	Sí: 10 puntos No: 0 puntos		
• Volumen del tanque del circuito de paciente entre 4,5 y 6,5 litros.	Sí: 10 puntos No: 0 puntos		

LOTE 3: MÓDULO NORMO-HIPOTERMIA

<u>Concepto:3.01. Módulo normo-hipotermia</u>	<u>Modo de valoración</u>	<u>Autoevaluación</u>	<u>Nº Pág donde se indica</u>
• Poder calorífico del tanque de “paciente” igual o superior a 2500 W	Sí: 10 puntos No: 0 puntos		
• Poder calorífico del tanque de “cardioplegia” igual o superior a 1250 W.	Sí: 10 puntos No: 0 puntos		
• Volumen del tanque del circuito de paciente entre 4,5 y 6,5 litros.	Sí: 10 puntos No: 0 puntos		