

A/SUM-021790/2023 denominado "Adquisición de tensiómetros digitales con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud"

INFORMACIÓN Y ACLARACIONES

A continuación se da respuesta a las preguntas planteadas por los interesados en este procedimiento de licitación:

Pregunta 1ª

En el pliego de prescripciones técnicas, en el anexo de especificaciones técnicas que deben cumplir los tensiómetros se establece en el punto 7 "Comprobación doble de mediciones"

Podrían dar algo más de información sobre este requisito, cómo funciona esa doble comprobación?

Respuesta

La comprobación doble de mediciones corresponde con que el dispositivo presenta doble pantalla para la comprobación de las tensiones para poder evaluar de forma rápida y precisa si existen diferencias entre las tomas.

Madrid, 28/06/2023