



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.



PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE ADQUISICION DE TENSÍOMETROS DIGITALES CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURARIDAD DE CRITERIOS

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. El presente contrato se adjudicará por artículos independientes. En los anexos a este documento figuran las relaciones de precios y características técnicas de los artículos en licitación.
2. Las empresas en caso de ser adjudicatarias, deberán:
 - Realizar el montaje, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento e instrucción al personal que vaya a manejar el material en un plazo máximo de 5 días desde la entrega en el Centro de destino.
 - Retirada de cajas, embalajes o envoltorios.
 - Garantizarán el suministro de accesorios y repuestos necesarios para mantener el material en perfecto estado de funcionamiento durante un mínimo de 10 años.
 - El tiempo de duración de la garantía será de 36 meses, contando desde la recepción del equipamiento en el Centro o puesta en marcha en los casos que lo requiera.
 - Todos los equipos y aparatos médico-asistenciales incluirán manual de uso en castellano.
 - El adjudicatario entregará a la firma del contrato en soporte electrónico:
 - Manual de uso los equipos en castellano.
 - Ficha técnica de los equipos
 - Relación de los fungibles necesarios para el funcionamiento del equipo.
3. En el caso de no ser conforme la recepción del material, el suministrador dispondrá de un plazo a determinar por la Gerencia para corregir las eventuales deficiencias, al final del cual y si no llegar a hacerlo, se producirá el rechazo definitivo del artículo.

Normativa general

1. Certificados acreditativos del cumplimiento del Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios o Reglamento UE 2017/745

En el Anexo I figura la relación de artículos con sus características técnicas de cada uno de ellos y en el Anexo II la relación de artículos con precios y unidades de cada uno de ellos.





Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD



ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	3000807	TENSIOMETRO DIGITAL	<ul style="list-style-type: none">- Monitor de presión arterial oscilo métrica digital automático de brazo.- Con manguito que permita la medición más precisa de 360 grados.- Inflado rápido e indoloro- Manguitos y conectores incluidos para medidas mediana y grande de 22 a 42 cm.- Detector de ajuste corrector de manguito.- Detector de arritmias y movimiento corporal para evitar errores de lectura.- Comprobación doble de mediciones.- Pantalla con números grande de fácil lectura e indicador LED de presión alta.- Indicador de presión arterial alta- Control de presión de insuflado en cada medición.- Alimentación a red con adaptador incluido y posibilidad de pilas incluidas- Apagado automático. Indicador de batería- Rango de medición para P.A. 0/290. Rango medición F.C. 40/180.- Presión: de 0 a 299 mmHg / Pulso: de 40 a 180 /minuto Presión: ± 3 mmHg / Pulso: $\pm 5\%$ de la lectura del visor- Incluir estuche o bolsa de transporte.- Validado clínicamente según el protocolo internacional de la SEH.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-021790-2023 TENSIO METRO DIGITAL



ANEXO II
RELACION PRECIOS Y UNIDADES:

Lote	Material	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic. (unitario sin IVA)	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote con IVA
1	3000807	TENSIOMETRO DIGITAL	UNIDAD	122,310000	2.500	305.775,00	21	369.987,75

POR EL ADJUDICATARIO
Fecha y firma:

Madrid,
LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre
(BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: QUINTANA MORGADO ALMUDENA
Fecha: 2023.06.19 11:40

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Expediente: A/SUM-021790-2023 TENSIOMETRO DIGITAL

