

## EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 15 MONITORES DESFIBRILADORES PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (EXP.PASO-SUM 022/23)

El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de 15 monitores desfibriladores de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad detalladas en el Pliego de Descripciones Técnicas del PASO - SUM 022/23.

Una vez abierto el sobre que contiene la documentación administrativa, se ha realizado la lectura y evaluación de la documentación técnica y las muestras presentadas por los licitadores en el expediente de referencia.

Por tanto, se procede a la emisión del informe con la valoración técnica final exponiendo en la siguiente tabla, las calificaciones concluyentes de APTA/NO APTA.

Licitador	Garrie Medica S.L.	Palex S.A.
Modelo	Cardiomax 8 marca Instramed	Efficia DFM 100 marca Philips
Lote 1	NO APTO	APTO

### Consideraciones particulares de las ofertas presentadas a los lotes integrados en el EXP. PASO - SUM 022/23

EMPRESA EXCLUIDA				
EMPRESA	MODELO		MINIMO SOLICITADO	MOTIVOS DE EXCLUSIÓN
Garrie S.L.	Cardiomax 8 marca Instramed		Con un peso menor de 6 Kg con batería incluida y palas.	Peso acreditado: 6,6 kg.
		SpO2	Configuración con compatibilidad con los sensores Nellcor y Maximo.	Solo acredita compatibilidad con sensores Nellcor.
			Precisión +/- 2% y 1Lpm.	Precisión acreditada +/-3% entre 50 a 69%, +/- 2Lpm.
			Neonatos: Al menos +/- 2 dígitos (En situaciones sin movimiento); +/- 3 dígitos (en situaciones con movimiento).	No acredita cumplimiento de estas características técnicas. Tampoco acredita que la SpO2 pueda usarse en pacientes neonatales.
		Desfibrilación	Selección de energía; Máxima seleccionable de 200 julios y secuencias configurables entre 1-200 julios, mediante rueda selectora de energía con las distintas opciones de energía visibles para una rápida selección.	Energía máxima seleccionable 360 J.
		Marcapasos	Precisión de frecuencia +/- 1,5 % en todo el intervalo.	Precisión acreditada +/-2%
		Batería	Vida útil de la batería entre 3 y 5 años.	Vida útil acreditada 2 años.

En Alcorcón, a la fecha de la firma.

GREGORIO  
BONILLA ZAFRA  
- DNI 04586788J

Firmado digitalmente por  
GREGORIO BONILLA ZAFRA  
- DNI [REDACTED]  
Fecha: 2023.07.31 07:45:01  
+02'00'