

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría comprobar el original

**INFORME DE ACLARACIÓN DE COBERTURA DE LOS EQUIPOS INCLUIDOS EN EL EXPEDIENTE 15/2023(A/SER-016023/2023). CONTRATO PÚBLICO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE ENSAYO DEL ÁREA DE CROMATOGRFÍA DEL LABORATORIO REGIONAL DE SALUD PÚBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.**

Con fecha 4 de julio de 2023, se recibe desde la empresa AGILENT TECHNOLOGIES S.L. una petición de aclaración sobre la descripción del servicio indicado en el punto 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) de la contratación del servicio de mantenimiento sujeto a licitación.

En el punto 3 del PPT se habla de “mantenimiento preventivo y correctivo en caso necesario”, entendiéndose que esto es de aplicación exclusivamente a los equipos en los que ese mantenimiento pueda prestarse comercialmente y no se solicitará ninguna acción sobre equipos obsoletos por estar descatalogados.

Como consecuencia **queda expresamente excluido** el mantenimiento correctivo para todos los componentes del equipo 2/238 (cromatógrafo de líquidos Waters 2795 Alliance con detector espectrómetro de masas Waters QuatroMicro) y el mantenimiento preventivo de todos los módulos incluidos en el cromatógrafo Waters 2795 Alliance.

En Madrid, (a la fecha que figura en la firma electrónica)

Firmado por MARÍA CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ GARCÍA -

Doña María Concepción Fernández García, Técnico de Apoyo del Laboratorio Regional de Salud Pública, por ausencia de la Directora del Laboratorio Regional de Salud Pública.