

## EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE 2 LÁMPARAS QUIRÚRGICAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN (EXP.PASA-SUM 026/23)

El objeto del presente expediente es la contratación del suministro de 2 lámparas quirúrgicas de acuerdo con las especificaciones técnicas y de calidad detalladas en el Pliego de Descripciones Técnicas del PASA - SUM 026/23.

Una vez abierto el sobre que contiene la documentación administrativa, se ha realizado la lectura y evaluación de la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia.

Por tanto, se procede a la emisión del informe con la valoración técnica final exponiendo en la siguiente tabla, las calificaciones concluyentes de APTA/NO APTA.

| Licitador  | GALMÉDICA         | GETINGE                          |
|------------|-------------------|----------------------------------|
| Modelo     | ACEM_STARLED 5 NX | VOLISTA ACCESS VCSII 60 SF SAT 5 |
| Lote único | NO APTA           | APTA                             |

### Consideraciones particulares de las ofertas presentadas a los lotes integrados en el EXP. PASA SUM 026/23.

| EMPRESA EXCLUIDA |                   |  |   |
|------------------|-------------------|--|---|
| EMPRESA          | MODELO            | MINIMO SOLICITADO  | MOTIVOS DE EXCLUSIÓN  |
| GALMEDICA        | ACEM_STARLED 5 NX | Tecnología libre de infrarrojos (IR) que genere bajos niveles de energía radiante proporcionando una luz fría. Incremento máximo de temperatura a la cabeza del profesional @1°C.  | No acredita el cumplimiento de esta característica solicitada en el PPT.  |
|                  |                   | La cúpula debe de poseer en el mismo cuerpo un panel de control táctil e intuitivo de alto grado higiénico y fácil de limpiar, que soporte los productos desinfectantes de uso frecuente en el medio hospitalario.   | No acredita que el panel de control táctil se pueda limpiar con los productos desinfectantes de uso frecuente en el medio hospitalario. |
|                  |                   | Dilución de sombras (medida y certificada según norma UNE 60601): La disposición de los LED deben proporcionar una iluminación ininterrumpida del campo quirúrgico:<br>- En el fondo de un tubo 100%.<br>- Presencia de una máscara en el fondo de un tubo 60%.<br>- En presencia de dos máscaras 50%. | No acredita la dilución de sombras en presencia de dos máscaras.  |

En Alcorcón, a la fecha de la firma.

GREGORIO  
BONILLA ZAFRA  
- DNI 04586788J

Firmado digitalmente  
por GREGORIO BONILLA  
ZAFRA  
Fecha: 2023.08.04  
11:31:02 +02'00'