

 Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	----------------------------------	-----------------

EXP: 2023400018

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto la adquisición de un MONITOR HEMODINÁMICO Y DE GASES RESPIRATORIOS para el Servicio de Anestesia y Reanimación.

OBJETO	LOCALIZACION	UD.	PRECIO(€)*	TOTAL(€)*
MONITOR HEMODINÁMICO Y DE GASES RESPIRATORIOS	SCIO. DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN	1	79.739,00	79.739,00
TOTAL				79.739,00

* IVA incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Validado para su utilización en entornos de hasta 3 Teslas.
- Pantalla mínima de 15 pulgadas y alta resolución.
- Monitorización en pantalla de al menos 6 canales con representación gráfica de curvas y numérica.
- Incluirá los siguientes parámetros: ECG, presión no invasiva, saturación periférica de oxígeno, presión arterial invasiva, analizador de gases (CO2 y halogenados) y frecuencia respiratoria.
- Alarmas regulables de todos los parámetros monitorizados.
- Sensores SpO2 y ECG sin cables.
- Accesorios de ECG, SpO2 y PNI para adultos y niños (desde neonatos).
- Batería no inferior a 6 horas con una de reserva por cada una que venga de serie.
- Carro soporte con ruedas, compatible con la RMN (3 Teslas).
- Repetidor en la sala exterior de la RMN con pantalla de, al menos, 19 pulgadas.

Repuestos

- El adjudicatario deberá garantizar el repuesto de piezas al menos durante 10 años.

Garantía

- El plazo de garantía será de al menos **2 AÑOS**

Contrato de mantenimiento

- El licitador deberá presentar propuesta de contrato de mantenimiento, indicando precio y los distintos tipos (correctivo, preventivo, integral...)

DR. D. PESTAÑA LAGUNA

JEFE DE SERVICIO ANESTESIA Y REANIMACIÓN

Página 1 de 2

27/02/2023

VP B. SUBDIRECCIÓN ÁREA QUIRÚRGICA

Dr. E. ARACIL SANUS

	Hospital Universitario Ramón y Cajal SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 24
---	---	----------------------------------	-----------------

Servicio técnico

- El licitador deberá presentar documentación acreditativa de la capacitación para la asistencia técnica correspondiente.
- El tiempo de respuesta a las averías será máximo de 24 horas.
- El plazo máximo de resolución de las averías será de 48 horas.
- Si la avería no se resuelve en 1 semana, el adjudicatario deberá ceder un equipo similar.

Fungibles

- El licitador deberá incluir el listado de los fungibles necesarios para el correcto funcionamiento del equipo, junto con sus precios, fichas técnicas y marcados CE.



PNSP: 2023400018

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD ESTIMADA	PRECIO UNIDAD MEDIDA (IVA no incluído)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluído)
1	1	298851	MONITOR HEMODINÁMICO Y DE GASES RESPIRATORIOS	UN	1	65.900,00	65.900,00	21	13.839,00	79.739,00

IMPORTE TOTAL:	65.900,00	21	13.839,00	79.739,00
-----------------------	------------------	-----------	------------------	------------------