

**MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA ADQUISICIÓN DE MONITOR  
HEMODINÁMICO Y DE GASES RESPIRATORIOS CON DESTINO AL SERVICIO DE  
ANESTESIA-REANIMACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL**

- **OBJETO DEL CONTRATO:**

Este contrato tiene por objeto la adquisición de un monitor que incluya parámetros hemodinámicos y analizador de gases respiratorios compatible con la resonancia magnética (3 Teslas).

- **JUSTIFICACIÓN NECESIDAD:**

El material es necesario para la realización de técnicas anestésicas (sedación/anestesia general) en la nueva sala de RMN-HIFU. Dado que se espera un uso intensivo de las instalaciones, es crucial que el monitor disponga de baterías intercambiables para no tener que parar mientras se cargan la batería de las petacas (no se puede monitorizar si la petaca debe cargarse en el monitor). En este momento el único monitor que cumple estas características es el Invivo MR400 (Philips).

- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Información contenida en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PPT).

- **CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:**

**1.- CRITERIO COSTES:**

- Precio

(PUNTOS .....100 PTOS)



**2.- CUALITATIVOS:**

- Evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas (PONDERACIÓN PUNTOS o %) (que se puedan medir con la información que ofrece el proveedor (SI o NO))

(PUNTOS .....)

- Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor (PONDERACIÓN PUNTOS o %) (se evalúan mediante informe técnico del Jefe de Servicio)

Pantalla 15 pulgadas o superior


(PUNTOS .....)

TOTAL 100 PUNTOS

- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 2023

MADRID a 24 FEB. 2023

EL JEFE DE SERVICIO



David Pestaña Lagunas