



**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
SERVICIO DE SUMINISTROS
SUMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 24

EXPEDIENTE: 2023000009

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de **HOLTER INYECTABLE SUBCUTÁNEO**, para cubrir las necesidades del Servicio de Cardiología – Unidad de Arritmias del Hospital Ramón y Cajal.

LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
1	1	303004	HOLTER INYECTABLE CON ACTIVADOR EXTERNO CONVENCIONAL <ul style="list-style-type: none">- Incluye herramienta de inserción rápida.- Incluye activador externo, no dependiente de aplicaciones de telefonía móvil, y dispositivo de transferencia de datos a plataforma de seguimiento remoto.- Incluye monitorización remota.- Capacidad de almacenaje de eventos activados por el paciente y de eventos automáticos por diferentes tipos de arritmias.- Tamaño menor de 5 cm en su eje largo.- Recopilación de tendencias de los últimos 14 meses de las variables clínicas monitorizadas, incluyendo actividad del paciente y variabilidad de la frecuencia.- Límites de detección de arritmias programables.- Programabilidad variable de la duración de la memoria dedicada a los episodios sintomáticos.- Compatibilidad resonancia magnética de cuerpo entero de al menos 1-5T sin necesidad de reprogramación.- Capacidad de registro de más de 55 minutos.- Vida útil media de al menos 3 años.
2	2	260795	HOLTER INYECTABLE DE LARGA DURACION CON ACTIVADOR EXTERNO <ul style="list-style-type: none">- Incluye herramienta de inserción rápida sin necesidad de ensamblar partes.- Incluye activador externo, no dependiente de aplicaciones de telefonía móvil.- Incluye monitorización remota.- Capacidad de almacenaje de eventos activados por el paciente y de eventos automáticos por diferentes tipos de arritmias.- Límites de detección de arritmias programables.- Capacidad de modificar la variabilidad R-R para mejorar la detección de FA.- Compatibilidad resonancia magnética de cuerpo entero de 1.5 y 3T de cuerpo entero sin necesidad de reprogramación.- Vida útil media de al menos 4 años.

Fdo. Dr. J.L. Zamorano López
JEFE SERVICIO CARDIOLOGIA

10/04/23

EL SUBDIRECTOR MEDICO

Fdo. Dr. E. Roldán Molle

SUBDIRECTOR AREA MEDICA



LOTE	Nº ORDEN	CÓDIGO	ARTÍCULO
3	3	316151	HOLTER INYECTABLE CON ACTIVADOR POR TELEFONÍA MÓVIL (SMARTPHONE) <ul style="list-style-type: none">- Incluye herramienta de inserción rápida.- Incluye aplicación de telefonía móvil para uso como activador externo y transmisión de datos.- Capacidad de almacenaje de eventos activados por el paciente y de eventos automáticos por diferentes tipos de arritmias.- Tamaño menor de 5 cm en su eje largo.- Límites de detección de arritmias programables.- Tecnología inalámbrica bluetooth.- Incluye monitorización remota.- Compatibilidad resonancia magnética de cuerpo entero de 3T sin necesidad de reprogramación.- Capacidad de registro de más de 55 minutos.- Vida útil media de al menos 2 años.- Posibilidad de asociar el tipo de síntomas del paciente con el ritmo subyacente.- Posibilidad de no borrado automático de episodios al enviar a monitorización remota, pudiendo analizar remota y presencialmente los episodios incluso de forma simultánea.- Posibilidad de limitar el número de episodios claves diarios que envía el dispositivo.

ANEXO:

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.
2. Todas las medidas de cada una de la referencia de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
3. Todos los artículos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso.
4. En cualquier caso, todos los productos que lo requieran deberán incluir el certificado de exención de látex.
5. Los licitadores deberán presentar la siguiente documentación técnica (en castellano o traducida al castellano):
 - Relación de productos ofertados.
 - Ficha técnica del producto, catálogos y toda aquella información que el licitante considere oportuna.
6. Muestras solicitadas para la evaluación de los productos: **NO**
En caso de ser necesarias se solicitarían con posterioridad.
7. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado.
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano

Fdo. Dr. J.L. Zamorano López
JEFE SERVICIO CARDIOLOGÍA

10/04/23

EL SUBDIRECTOR MÉDICO
DE SERVICIOS MÉDICOS
Vº Bº Dr. F. Roldán Mallat
SUBDIRECTOR ÁREA MÉDICA



**Hospital Universitario
Ramón y Cajal**
SERVICIO DE SUMINISTROS
SUMC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ANEXO 24

8. Garantía de actualización Tecnológica. En caso de producirse un cambio en la tecnología del material adquirido por este expediente, con renovación de la gama, los modelos adjudicados se actualizarán a los de la nueva gama que corresponda, manteniendo como mínimo el nivel tecnológico del adjudicado y los precios.
9. Posibilidad de cursos de formación y actualización tanto a nivel médico, de enfermería y de gestión.

Fdo. Dr. J.L. Zamorano López
JEFE SERVICIO CARDIOLOGÍA

10/04/23

EL SUBDIRECTOR MEDICO
[Redacted Signature]
Vº Bº Dr. F. Roldán Molle
SUBDIRECTOR AREA MEDICA

 Hospital Universitario Ramón y Cajal Servicio de Suministros	ANEXO AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	ANEXO 25
SUMC		

P.A. 2023000009

LOTE	N.O.	CODIGO	ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD (12 MESES)	PRECIO/UNIDAD MEDIDA (IVA no incluido)	BASE IMPONIBLE	TIPO IVA	TOTAL IVA	IMPORTE TOTAL ESTIMADO (IVA incluido)
1	1	303004	HOLTER INYECTABLE C/ACTIVADOR EXTERNO CONVENCIONAL	UN	35	1.800,00	63.000,00	10,00	6.300,00	69.300,00
2	2	260795	HOLTER INYECTABLE DE LARGA DURACION CON ACTIVADOR EXTERNO	UN	35	1.495,00	52.325,00	10,00	5.232,50	57.557,50
3	3	316151	HOLTER INYECTABLE CON ACTIVADOR POR TELEFONIA MOVIL (SMARTPHONE)	UN	10	1.800,00	18.000,00	10,00	1.800,00	19.800,00
TOTAL									13.332,50	146.657,50