

EVALUACIÓN DE LOS KITS OFERTADOS PARA EL SUMINISTRO DE SISTEMA DE CONCENTRACIÓN DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS (PRP) CON DESTINO AL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL

Características del suministro:

1º.- Sistema cerrado con el que se realice la extracción de sangre, el centrifugado, el aspirado del plasma rico en plaquetas y su posterior infiltración al paciente, evitando la manipulación por trasvase del producto y el riesgo de contaminación.

MEDCOMTECH "TROPOCELLS PRP": NO CUMPLE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL P.P.T. No es un sistema cerrado ni sencillo como se pide en el PPT requiriendo excesivas manipulaciones y trasvases del producto hasta la obtención final del PRP.

IBOR MÉDICA "PRP HD": NO CUMPLE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL P.P.T. No es un sistema cerrado ni sencillo como se pide en el PPT requiriendo excesivas manipulaciones y trasvases del producto hasta la obtención final del PRP. Además, para obtener la cantidad mínima exigida de 4 ml de PRP hay que utilizar 2 tubos para la extracción sanguínea, aumentando aún más el número de trasvases y manipulaciones del producto.

FARMAMIX VISION, S.L. "ENDORET-PRFG": NO CUMPLE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL P.P.T. No es un sistema cerrado ni sencillo como se pide en el PPT, precisando realizar trasvase de los dos tubos de extracción de sangre a dos tubos de fraccionamiento y nuevo trasvase a la jeringuilla de recogida del PRP.

FIDIA FARMACEUTICA, S.L. "Hy-Tissue PRP 20/50": NO CUMPLE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL P.P.T. No es un sistema cerrado ni sencillo como se pide en el PPT requiriendo excesivas manipulaciones y trasvases del producto hasta la obtención final del PRP.

ARTHREX ESPAÑA, S.L.M "ACP": CUMPLE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL P.P.T.

Evita tener que añadir anticoagulante/activadores:-----SÍ-----5 PUNTOS

Concentración plaquetas-----94,57%-----5 PUNTOS

TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA:-----10 PUNTOS

ZIMMER BIOMET SPAIN, S.L.U. "Recover LR-PRP": CUMPLE LOS CRITERIOS TÉCNICOS DEL P.P.T.

Evita tener que añadir anticoagulante/activadores:-----NO-----0 PUNTOS

Concentración plaquetas-----90%-----4,75 PUNTOS

TOTAL PUNTUACIÓN TÉCNICA:-----4,75 PUNTOS

San Lorenzo de El Escorial, 23 de septiembre de 2023

Edo.: Raúl Carretero Calzón

Jefe Sección C.O.T. HUEE