

PAS 70-2023 "ADQUISICIÓN EQUIPO DE ECOGRAFÍA PARA EL SERVICIO DE DIGESTIVO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN SOBRE 1 (ÚNICO): INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

LOTE: ÚNICO

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE ÚNICO)				CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE ÚNICO)			
LICITADOR	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA LICITADOR	CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS	1.- Rango dinámico superior a 430 Db:	2.- Monitor mayor de 23,5";	3.- Profundidad de trabajo mayor a 60 cm:	4.- La oferta incluirá Sonda inalambrica dual Doppler:
				> 430 Db = 5 PUNTOS ≤ 430 Db = 0 PUNTOS	> 23,5 " = 10 PUNTOS ≤ 23,5 " = 0 PUNTOS	> 60 cm = 5 PUNTOS ≤ 60 cm = 0 PUNTOS	SI = 15 PUNTOS NO = 0 PUNTOS
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	ECÓGRAFO PARA SERVICIO DE DIGESTIVO	LOGIC FORTIS	JUSTIFICACIÓN SI NO CUMPLE	Db	PUNTOS	CM	SI / NO
				431	5,00	100	SI

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (SOBRE ÚNICO)			
LICITADOR	5.- Tecnología sin focos:		TOTAL (MÁXIMO 45 PUNTOS)
	SI = 10 PUNTOS NO = 0 PUNTOS	PUNTOS	
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	SI / NO		
	SI	10,00	45,00

DIRECTORA MÉDICA

Firmado digitalmente por María Teresa Requena Burgos
Fecha: 2023.07.26 14:13