

**SUMINISTRO DE REACTIVOS NECESARIOS PARA LA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO
Y ANTICUERPOS IRREGULARES EN DONANTES DE SANGRE**

(PA SUM 008-2023) (A/SUM-028734/2023)

Informe Técnico

Lote 2: LOTE 2: ANTISUEROS PARA LA DETERMINACIÓN DEL GRUPO SANGUÍNEO



Una vez analizada la documentación presentada por los licitadores, se determina que las ofertas cumplen la totalidad de las prescripciones técnicas.

Se procede a la valoración de las muestras presentadas con el siguiente resultado:

Nº.	LICITADOR	TECNICA
1	IMMUCOR, S.L.	40,00
2	DIAGAST IBERICA, S.L.	40,00

La valoración se ha realizado de acuerdo con los criterios establecidos en el PCAP dando como resultado los cuadros adjuntos.

Madrid,

ARRUGA
MANZANO
ANA MARÍA - 
 Firmado digitalmente por
ARRUGA MANZANO
ANA MARÍA -
Fecha: 2023.08.24
15:57:12 +02'00'

Fdo. Fdo.: Ana M^a Arruga Manzano

Responsable del L. de Fraccionamiento

VALORACIÓN OFERTA TÉCNICA: IMMUCOR

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE CALIDAD	PUNTOS
Inspección visual		Ausencia de cualquier anomalía	2
		Presencia de alguna anomalía	
Reactividad / especificidad	Determinación de la reactividad y especificidad en técnica de placa Hematíes A,B,0 para el tipaje AB0.Hematíes Rh(+) y (-) para el tipaje Rh	Reacciones claras frente a eritrocitos que tengan expresión débil del antígeno correspondiente y ausencia de hemólisis inmune, formación de de rouleaux, o efecto prozona	3
		Reacciones dudosas frente a eritrocitos que tengan expresión débil del antígeno correspondiente y presencia de hemólisis inmune, de rouleaux, o efecto prozona	-
Titulación	Ha de ser lo suficientemente alto, como para asegurar la fiabilidad de los resultados obtenidos.	Igual o Superior a 1/512	5
		Igual o Superior a 1/256	3
		Inferior a 1/256	0
Potencia	Deberá de ser superior a 3+ ó 4+ enfrentados a hematíes complementarios en técnica de placa	4+	10
		3+	-
		Inferior a 3+	-
Avidez	Velocidad de reacción del antisuero en técnica de placa	Inferior a 6 '' (anti A/B/AB) y a 15''(Anti D)	10
		Superior a 6 ''(anti A/B/AB) y a 15''(Anti D)	0
Envase	Facilidad de uso	Dispensador blando y capacidad > 500 microlitros	10
		Dispensador duro y capacidad > 500 microlitros	-
		Dispensador blando y capacidad < 500 microlitros	-
TOTAL			40

VALORACIÓN OFERTA TECNICA: DIAGAST IBERICA

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	REQUISITO DE CALIDAD	PUNTOS
Inspección visual		Ausencia de cualquier anomalía	2
		Presencia de alguna anomalía	0
Reactividad / especificidad		Reacciones claras frente a eritrocitos que tengan expresión débil del antígeno correspondiente y ausencia de hemólisis inmune, formación de de rouleaux, o efecto prozona	3
		Reacciones dudosas frente a eritrocitos que tengan expresión débil del antígeno correspondiente y presencia de hemólisis inmune, de rouleaux, o efecto prozona	0
Titulación		Igual o Superior a 1/512	5
		Igual o Superior a 1/256	3
		Inferior a 1/256	
Potencia		4+	10
		3+	-
		Inferior a 3+	-
Avidez		Inferior a 6 '' (anti A/B/AB) y a 15''(Anti D)	10
		Superior a 6 ''(anti A/B/AB) y a 15''(Anti D)	0
Envase		Dispensador blando y capacidad > 500 microlitros	10
		Dispensador duro y capacidad > 500 microlitros	-
		Dispensador blando y capacidad < 500 microlitros	-
TOTAL			40