



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitían acceder al original.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SUMINISTRO DE JERINGAS TRES PIEZAS CONO LUER CONCENTRICO CON DESTINO A LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO, MEDIANTE CRITERIO ÚNICO PRECIO, nº exp A/SUM-031125/2023

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. **Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.**
2. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
3. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
4. En los supuestos de rotura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata, informando del plazo estimado de normalización del suministro. En ningún caso será superior a tres meses y el proveedor tendrá obligación de sustituir el material objeto del contrato por otro de igual o superior calidad al adjudicado, previa conformidad de la Gerencia.
5. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
6. En su caso, todas las instrucciones y fichas técnicas vendrán en castellano.
7. En su caso, la fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.
8. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
9. Declaración responsable de la disponibilidad del interlocutor de contrato suficiente para garantizar el seguimiento de los compromisos contractuales.

Normativa general

10. Todo el material ofertado tendrá marcado CE de productos sanitarios, de acuerdo al Reglamento UE 2017/745.
11. Los dispositivos y materiales reflejados en este pliego, cumplirán los requisitos y condiciones señalados en el Anexo I de la Orden 827/2005 de 11 de mayo, de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que se establecen e implantan los procedimientos de seguridad y el sistema de vigilancia frente al accidente con riesgo biológico en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid (BOCM 17 de mayo).



**Comunidad
de Madrid**

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

12. Cumplimiento directiva EN-ISO 11135 “Esterilización de productos sanitarios Óxido de Etileno”, en los casos en los que proceda.
13. Cumplimiento de norma UNE 111-400, Jeringuillas hipodérmicas estériles de un solo uso, en los casos en que proceda.
14. Cumplimiento de norma UNE EN ISO 8537, Jeringuillas estériles para un solo uso, con o sin aguja, para insulina, en los casos en que proceda.

RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:

Almacén PAVONES	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid 913.016.415
Almacén COSLADA	Avda. de Madrid nº 11, C.S. Ciudad San Pablo 28822 - Coslada 916.714.488
Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid 913.352.595
Almacén MAJADAHONDA	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid) 916.026.974
Almacén LEGANÉS	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid) 915.129.311
Almacén ALBERTO PALACIOS	C/ Domingo de Párraga nº 48, C.S. San Andrés 28021 - Madrid 915.059.416



Comunidad
de Madrid

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
		100020	JERINGA 3 PIEZAS CONO LUER CONCENTRICO 5ML	<ul style="list-style-type: none"> Jeringa de 5-6ml de tres piezas: cuerpo, embolo y junta de estanqueidad Embolo de polipropileno con base circular para facilitar el empuje, siliconado con dos anillas y terminado en forma cónica para reducir el espacio muerto Cono luer, tipo catéter, concéntrico Escala serigrafiada, indeleble graduada en mililitros, fraccionada de 0,2 ml en 0,2ml. Marcas amplias cada 1ml y numerada de acuerdo con el Sistema internacional de medida. La jeringa no puede tener elementos que dificulten la visibilidad de la escala. Cuerpo de la jeringa será cilíndrico, de polipropileno transparente con aletas de sujeción en el cuerpo de la jeringa y con un tope para evitar la salida libre del embolo. Esterilizado con óxido de etileno Exento de látex, PVC y DEHP Envase unitario y estéril en el que aparecerá nº de lote, fecha de caducidad y símbolo para un solo uso. Adecuado a las normas UNE 111-400



**Comunidad
de Madrid**

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
		100019	JERINGA 3 PIEZAS CONO LUER CONCENTRICO 20ML	<ul style="list-style-type: none"> Jeringa de 20 ml de tres piezas: cuerpo, embolo y junta de estanqueidad Embolo de polipropileno con base circular para facilitar el empuje, siliconado con dos anillas y terminado en forma cónica para reducir el espacio muerto Cono luer, tipo catéter, concéntrico Escala serigrafiada, indeleble graduada en mililitros, fraccionada de 1 ml en 1 ml. Marcas amplias cada 5 ml y numerada de acuerdo con el Sistema internacional de medida. La jeringa no puede tener elementos que dificulten la visibilidad de la escala. Cuerpo de la jeringa será cilíndrico, de polipropileno transparente con aletas de sujeción en el cuerpo de la jeringa y con un tope para evitar la salida libre del embolo. Esterilizado con óxido de etileno Exento de látex, PVC y DEHP Envase unitario y estéril en el que aparecerá nº de lote, fecha de caducidad y símbolo para un solo uso. Adecuado a las normas UNE 111-400



**Comunidad
de Madrid**

Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

**ANEXO II
RELACION PRECIOS Y UNIDADES**

Lote	Código	Descripción del lote	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1	100020	JERINGA 3 PIEZAS CONO LUER CONCENTRICO 5ML	0,052500	1.017.800	53.434,50	21	64.655,75
2	100019	JERINGA 3 PIEZAS CONO LUER CONCENTRICO 20ML	0,074300	71.600	5.319,88	21	6.437,05
					58.754,38	12.338,42	71.092,80

POR EL ADJUDICATARIO

Fecha y firma:

EL VICECONSEJERO DE SANIDAD
P.D. (RESOLUCIÓN 342/2021, 13 DE Septiembre
EL GERENTE ADJUNTO DE GESTIÓN Y SERVICIOS
GENERALES
P.S. Resolución 47/2023, 11 de julio
EL DIRECTOR TÉCNICO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Expediente: A/SUM-031125/2023