

EXPEDIENTE:	GCASU2300019
OBJETO:	SUMINISTRO DE SISTEMA DE FIJACIÓN INTRAMEDULAR PARA FRACTURAS DE CADERA Y CLAVO FEMORAL TROCANTÉRICO DE TITANIO, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

### TABLÓN DE ANUNCIOS ELECTRÓNICO

Celebrada con fecha 27 de septiembre de 2023 la Mesa de Contratación ha comprobado la subsanación de incidencias en la documentación administrativa-técnica de las empresas que se relacionan a continuación, por tanto quedan admitidas a licitación:

Licitador NIF	Nombre/Razón social
A28218675	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
B05507389	PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.
B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.

La relación definitiva de empresas admitidas a este procedimiento es la siguiente:

Licitador NIF	Nombre/Razón social
A28218675	JOHNSON & JOHNSON, S.A.
B05507389	PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.
B82173451	STRYKER IBERIA, S.L.

Seguidamente se procede a la lectura de la valoración técnica de cumplimiento de PPT,

#### **Lote 1: Sistema de fijación intramedular para fracturas de cadera**

LICITADORES	CUMPLE	OBSERVACIONES
STRYKER IBERIA, S.L.	SI	
PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.	NO	No se solicita que el clavo corto tenga izquierda y derecha y se oferta dicha opción. En el clavo corto se solicita la longitud de 180 mm. Y no se oferta. Se solicita rango cervicodiafisario de 120° y no se oferta. No figura en la documentación técnica aportada el diámetro proximal del clavo se solicita 15,5 mm. No figura en la documentación técnica aportada la curvatura M-L en valgo de 4°. Se solicita que la longitud del tornillo cefálico esté comprendida entre 70 a 130 mm y se oferta de 70 a 120 mm. Para el clavo largo se solicita que el rango cervicodiafisario sea de 120° y no lo oferta. En la documentación aportada no se puede verificar el diámetro proximal del clavo que se solicita sea de 15,5 mm. Se solicita que el diámetro distal sea de 10, 11, 13 y 15 mm y no oferta de 13 y 15 mm. Se solicita que la longitud en el rango sea de 240 a 480 mm con incrementos de 20 mm. y oferta hasta 420 mm.

**Lote 2: Clavo femoral trocantérico de titanio**

LICITADORES	CUMPLE		OBSERVACIONES
JOHNSON & JOHNSON, S.A.	SI		
PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L.		NO	En la documentación técnica aportada no figura el diámetro proximal que se solicita de 15,66 mm. Se solicita 235 mm de longitud de clavo corto y oferta 240 mm de longitud. En la documentación técnica aportada no figura si el elemento de bloqueo cefálico viene preinsertado. Se solicita diámetro de la hoja espiral de 10,35 mm y se oferta de 10,5 mm. El tornillo cefálico se solicita de 10,35 mm y se oferta de 10,5 mm. Se solicita longitud de los pernos de bloqueo de 26 a 120 mm y se oferta de 26 a 85 mm. Se solicita que el tornillo cefálico este comprendido entre 70 y 130 mm y se oferta de 70 a 120 mm. Se solicita para el clavo largo diámetro distal de 14 mm y oferta hasta 12 mm. En la documentación técnica aportada no figura información de cuántos agujeros distales dispone el clavo largo y el radio de curvatura. Se solicita que el perno de bloqueo sea de 5 mm. y se oferta de 4,9 mm.

Quedando excluido del procedimiento PLANIFICACIÓN IQX CONRADO, S.L. para los lotes 1 y 2, por no cumplir con los requisitos exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Y para que conste, se expide y firma en San Sebastián de los Reyes, a 27 de septiembre de 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública a la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto 49/2003, de 3 de abril.

EL SECRETARIO DE LA MESA DE CONTRATACIÓN,

F. mado d g almen e po TORCAL OCHOA JOSE ALBERTO  
Fecha 2023 09 27 13 35

Fdo.: José Alberto Torcal Ochoa