

CONSULTA Nº 1

ASUNTO: DUDA: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA MEDICIÓN CUANTITATIVA Y NO INVASIVA DEL ÓXIDO NÍTRICO (FeNO)

La persona solicitante actúa como

Interesado/a Representante Autorizado/a para presentación (no es interesado/a ni representante)

Datos de la persona interesada

NIF/NIE:	B62014485	Razón social/Entidad:	Thermo Fisher Diagnostics				
Tipo de vía:			Nombre de vía:				
Número/Km:		Piso:		Puerta:		Código postal:	08940
Provincia:	Barcelona		Municipio:				
Otros datos de localización:							
e-mail:	es.idd@thermofisher.com		Teléfono 1:	651440003	Teléfono 2:		

Datos de la persona o entidad representante

NIF/NIE			Razón social/Entidad:				
Nombre:	Pablo		Apellido 1:	Gil	Apellido 2:	Lianes	
Tipo de vía:			Nombre de vía:				
Número/Km:		Piso:		Puerta:		Código postal:	
Provincia:			Municipio:				
Otros datos de localización:							
e-mail:			Teléfono 1:		Teléfono 2:		
En calidad de:							

Medio de notificación

Si selecciona notificación electrónica, debe tener una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Electrónicas de la Comunidad de Madrid. Puede darse de alta accediendo a [este enlace](#)

Relación de documentos que aportará junto a la solicitud (Estos documentos se adjuntarán después de enviar la solicitud a registro)

Expone

Duda con el el pliego de prescripciones técnicas (PPT) del expediente SUMINISTRO DE LOS MATERIALES Y EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA MEDICIÓN CUANTITATIVA Y NO INVASIVA DEL ÓXIDO NÍTRICO (FeNO)

Solicita

Solicito aclaración sobre si sería posible presentar una oferta de unun sensor pre calibrado de 100 y 300 determinaciones o es necesario presentar uno de 500 determinaciones. En relación a la información que aparece en la página 1 del PPT.

Expresamos la duda por este medio después de recibir una petición expresa por parte del departamento de Gestión de Compras GAE HCSC.

FECHA:

En	Madrid	a	22/08/2023
----	--------	---	------------

FIRMA

Huella digital de JUAN PATAU MILA - NIF 38790540M // Entidad: THERMO FISHER DIAGNOSTICS - CIF B62014485 // Nombre de reconocimiento(DN): PATAU MILA JUAN // Fecha: 22.08.2023 09:29:20

DESTINATARIO

DIRECCIÓN GENERAL / ORGANISMO:	Área de Gestión de Compras y Contratación Administrativa de Suministros (H. Clínico San Carlos)
CONSEJERÍA:	Consejería de Sanidad

Aclaración

Como efectivamente se indica en el Pliego de P. técnicas del PA 2023-0-202 se solicita de 100 o 300 determinaciones. En este sentido, si **ADEMÁS** tienen otras variantes (de 500 determinaciones), no supondría ningún problema a la hora de hacer la valoración de la oferta ya que, el precio unitario se calculará por determinación como se indica en la página 5 del dicho Pliego de P. técnicas.

Por lo tanto, es necesario presentar Sensor precalibrado para 100 o 300 mediciones para poder cumplir con las prescripciones del Pliego técnico, pudiendo a su vez añadir si lo estiman conveniente, alguna otra variante al mismo.

Documento firmado digitalmente por:SACRISTAN GOMEZ JESUS
Fecha:2023.08.24 10:13
Verificación y validez por CSV: [REDACTED]
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Jefe de Sección de Compras del Servicio de Suministros
D. Jesús Sacristán Gómez
