

OIARSO S.COOP (Bexen Medical)
salgado@bexenmedical.com

Como resultado de la revisión del cumplimiento de los requisitos técnicos del expediente de contratación HUH PASA SUM 2023/06 "Suministro de un Sistema de Llenado Semiautomatizado de Medicamentos Estériles para el Hospital Universitario del Henares", se han detectado las siguientes incidencias en la documentación aportada por su empresa.

INCIDENCIAS:

- En el Pliego de Prescripciones Técnicas –PPT-, cláusula QUINTA. - *Documentación Técnica a presentar en la oferta*, se recoge:

Los licitadores deberán efectuar su oferta técnica, indicando claramente si sus sistemas cumplen con los requerimientos técnicos de este pliego (cláusula 2), y presentar la documentación técnica que justifique su cumplimiento indicando la página y documento soporte.

No se ha presentado ningún documento con esta información.

- En la documentación técnica que han aportado, **no aparece información técnica relativa al software** de prescripción indicado en el nº de orden 1.2., que permita verificar el cumplimiento de lo requerido en el PPT.

Según se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se concede "*un plazo no superior a tres días naturales*" desde la recepción de este requerimiento para la corrección de la incidencia indicada.

La Jefe del Servicio de Suministros y Contratación Administrativa

Fdo.: Ana López Tascón.

