

A.M. Álvarez Díaz
Jefa Servicio de Farmacia

Página 1

BAXTER, S.L.	ExactaMix EM2400	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	13	<ul style="list-style-type: none"> • Posición de trabajo ergonómica (Puntación máxima 2 puntos) - Comodidad en la postura y manejo durante toda la jornada: 2 puntos - Postura de trabajo forzada: 0 puntos • Facilidad en el manejo (Puntación máxima 12 puntos) - Muy bueno: 12 puntos - Bueno: 8 puntos - Regular: 2 puntos - Malo: 0 puntos • Fácil limpieza (Puntación máxima 3 puntos) - SI 3puntos - No 0 puntos
OLARSO S.COOP.- BEXEN MEDICAL	MIBMIX	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	4	<ul style="list-style-type: none"> • Posición de trabajo ergonómica (Puntación máxima 2 puntos) - Comodidad en la postura y manejo durante toda la jornada: 2 puntos - Postura de trabajo forzada: 0 puntos • Facilidad en el manejo (Puntación máxima 12 puntos) - Muy bueno: 12 puntos - Bueno: 8 puntos - Regular: 2 puntos - Malo: 0 puntos • Fácil limpieza (Puntación máxima 3 puntos) - SI 3puntos - No 0 puntos
SANUSTECH	NutriMix KS-240	NO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	10	<ul style="list-style-type: none"> • Posición de trabajo ergonómica (Puntación máxima 2 puntos) - Comodidad en la postura y manejo durante toda la jornada: 2 puntos - Postura de trabajo forzada: 0 puntos • Facilidad en el manejo (Puntación máxima 12 puntos) - Muy bueno: 12 puntos - Bueno: 8 puntos - Regular: 2 puntos - Malo: 0 puntos • Fácil limpieza (Puntación máxima 3 puntos) - SI 3puntos - No 0 puntos

LISTADO INFORME TÉCNICO

ANEXO 27

PROCEDIMIENTO: 2023000051

TIPO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO (INV.)

EXPEDIENTE: SERVICIO FARMACIA

OBJETO: SISTEMAS AUTOMATIZADOS LLENADO

DURACIÓN: AÑO 2023

INFORME TÉCNICO EMITIDO POR:
FECHA: 14 de Septiembre del 2023

A.M. Álvarez Díaz
Jefa Servicio de Farmacia

FIRMA:

LOTE/Nº ORDEN

2/2


CODIGO

331993

ARTICULO

SISTEMA DE LLENADO PARA ELABORACION DE MEZCLAS INTAVENOSAS ESTERILES

NOMBRE PROVEEDOR	N.O.	REFERENCIA	MUESTRA	CUMPLE	PUNTUACIÓN	INFORME TÉCNICO - CRITERIOS CUYA CUANTIFICACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR: HASTA 6 PUNTOS
GRIFOLS MOVACO, S.A.		GRI FILL	NO	SI ✓ NO	6	<ul style="list-style-type: none"> • Posición de trabajo ergonómica (Puntuación máxima 1 puntos) - Comodidad en la postura y manejo durante toda la jornada: 1 puntos - Postura de trabajo forzada: 0 puntos • Facilidad en el manejo (Puntuación máxima 3 puntos) - Muy bueno: 3 puntos - Bueno: 2 puntos - Regular: 1 puntos - Malo: 0 puntos • Fácil limpieza (Puntuación máxima 2 puntos) - Si 2 puntos - No 0 puntos
B. BRAUN MEDICAL, SA		MF4060N	NO	SI ✓ NO	3	<ul style="list-style-type: none"> • Posición de trabajo ergonómica (Puntuación máxima 1 puntos) - Comodidad en la postura y manejo durante toda la jornada: 1 puntos - Postura de trabajo forzada: 0 puntos • Facilidad en el manejo (Puntuación máxima 3 puntos) - Muy bueno: 3 puntos - Bueno: 2 puntos - Regular: 1 puntos - Malo: 0 puntos • Fácil limpieza (Puntuación máxima 2 puntos) - Si 2 puntos - No 0 puntos

 <p>SERVICIO DE SUMINISTROS SUMC</p>	LISTADO INFORME TÉCNICO	ANEXO 27
--	-------------------------	----------

PROCEDIMIENTO: 2023000051 TIPO DE COMPRA: PROCEDIMIENTO ABIERTO (INV.) EXPEDIENTE: SERVICIO FARMACIA OBJETO: SISTEMAS AUTOMATIZADOS LLENADO DURACION: AÑO 2023
--

INFORME TÉCNICO EMITIDO POR:
 FECHA: 14 de Septiembre del 2023

A.M. Álvarez Díaz
 Jefa Servicio de Farmacia

FIRMA:

OJARSO S.COOP.- BEXEN MEDICAL	MIBMX	NO	SI NO	3	<ul style="list-style-type: none"> • Posición de trabajo ergonómica (Puntación máxima 1 puntos) <ul style="list-style-type: none"> - Comodidad en la postura y manejo durante toda la jornada: 1 puntos - Postura de trabajo forzada: 0 puntos • Facilidad en el manejo (Puntación máxima 3 puntos) <ul style="list-style-type: none"> - Muy bueno: 3 puntos - Bueno: 2 puntos - Regular: 1 puntos - Malo: 0 puntos • Fácil limpieza (Puntación máxima 2 puntos) <ul style="list-style-type: none"> - Si 2 puntos - No 0 puntos
-------------------------------	-------	----	----------	---	--