

**PERFIL DEL CONTRATANTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID****CONSEJERÍA DE SANIDAD - HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA**

Resolución de 24 de agosto de 2023, de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja, por la que se dispone la publicación de la corrección de errores en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Procedimiento abierto P.A.HCCR 22/2023-SU, cuyo objeto es el suministro e instalación de un Sistema de mamografía digital para el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Central de la Cruz Roja

**TEXTO**

Advertido error de transcripción en el Pliego de prescripciones técnicas (PPT) del P.A. HCCR-22/2023-SU, se procede a su subsanación en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid (página web: <https://www.contratos-publicos.comunidad.madrid/>).

La rectificación es la siguiente:

- 1) En la página 3, en el apartado del GENERADOR:

Donde dice:

“Rango mínimo de kV entre 22 y 49 kV”

Debe decir:

“Rango mínimo de kV entre 23 y 49 kV”.

- 2) En la página 4, en el apartado de SISTEMA SOPORTE CONJUNTO Y DISPOSITIVO DE COMPRESIÓN,

Donde dice:

“Distancia foco/detector no inferior a 660 mm”

Debe decir:

“Distancia foco/detector no inferior a 650 mm.”

Se mantienen las fechas de licitación del expediente al ser un error de transcripción.

Madrid, a 24 de agosto de 2023

EL DIRECTOR GERENTE

