

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-64 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Salguero Bodes, Jefe de Sección del Servicio de Cardiología.
Dr. Sarnago Cebada, Responsable de Unidad de Hemodinámica.

Fecha: 26 de octubre del 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2023-0-64 para el "SUMINISTRO DE CATETERES GUIA ANGIOPLASTIA PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE" por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TÉCNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.** cumple con las especificaciones del pliego.

IZASA HOSPITAL SL: Presenta un catéter guía MARCH (Referencia distribuidor APT5XXXXXXX-G) en cuya ficha técnica se especifica que posee una luz de 0.070" para un catéter guía de 6F que no llega a las 0.071", solicitado en el PPT.

Lote 2:

- La oferta presentada por **CORDIS MEDICAL SPAIN SLU** cumple con las especificaciones del pliego.

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.: Presenta un catéter guía Convey en cuya ficha técnica se especifica que posee una luz interna de 0.071" para un catéter guía de 6F que no llega a > 0.071" con un catéter guía de ≥ 6 Fr, como se solicita en el PPT.

Lote 3:

- La oferta presentada por **y TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.** cumple con las especificaciones del pliego.

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.: Presenta un catéter extensor Guidezilla con recubrimiento hidrofílico exclusivamente de 25cm y no de > 40cm como se solicita en el PPT.

IZASA HOSPITAL SLU: Presenta un catéter extensor Expressman con recubrimiento hidrofílico exclusivamente de 35cm y no > 40cm como se solicita en el PPT.

MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.: Presenta un catéter extensor Telescope con recubrimiento hidrofílico exclusivamente de 25cm y no > 40cm como se solicita en el PPT

Lote 4:

SIN OFERTAS

Lote 5:

- La oferta presentada por **ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A.** **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 6:

- Las ofertas presentadas por **TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.** y **TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.** **cumplen** con las especificaciones del pliego

Lote 7:

- La oferta presentada por **WORLD MEDICA, S.L.** **cumple** con las especificaciones del pliego.

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.: Presenta el catéter Mamba Flex cuyo extremo distal presenta un diámetro externo pequeño de 0.71mm que equivalen a 2.13 French y no los 2.6 French que se especifica en el pliego.

Lote 8:

- La oferta presentada por **TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.** **cumple** con las especificaciones del pliego.

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A.: Presenta el catéter Mamba Flex cuyo extremo distal no presenta la espiral de nylon externo que se especifica en el pliego para avanzar en zonas tortuosas a través de sistema de torsión.

Lote 9:

- La oferta presentada por **WORLD MEDICA, S.L.** **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 10:

- La oferta presentada por **IZASA HOSPITAL SLU** **cumple** con las especificaciones del pliego.

Lote 11:

- La oferta presentada por **BIOTRONIK SPAIN, S.A.** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 12:

- La oferta presentada por **CORDIS MEDICAL SPAIN SLU** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

| LOTE | DESCRIPCION ARTICULO | NOMBRE PROVEEDOR | CUMPLIMIENTO PPT | PUNTOS TECNICOS |
|------|---|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 | CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA | IZASA HOSPITAL SLU | NO | |
| | | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | SI | 30 |
| 2 | CATÉTER GUÍA PARA ANGIOPLASTIA DE GRAN SOPORTE CON LUZ INTERNA MAYOR DE LA HABITUAL | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. | NO | |
| | | CORDIS MEDICAL SPAIN SLU | SI | 30 |
| 3 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CON EXTENSION | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. | NO | |
| | | IZASA HOSPITAL SLU | NO | |
| | | MEDTRONIC IBÉRICA, S.A. | NO | |
| | | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | SI | 30 |
| 4 | CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA PARA USAR SIN INTRODUTOR | SIN OFERTAS | | |
| 5 | GUIA ALTO SOPORTE DE 0,018" | ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A. | SI | 30 |
| 6 | MICROCATETER PARA TRATAMIENTO DE OCLUSIONES CRONICAS | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | SI | 30 |
| | | TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. | SI | 30 |

| LOTE | DESCRIPCION ARTICULO | NOMBRE PROVEEDOR | CUMPLIMIENTO PPT | PUNTOS TECNICOS |
|------|---|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 7 | MICROCATETER PARA TRATAMIENTO DE OCLUSIONES CRONICAS CON ESPECIAL CAPACIDAD DE EMPUJE | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. | NO | |
| | | WORLD MEDICA, S.L. | SI | 30 |
| 8 | MICROCATETER PARA AVANCE EN LA CORONARIA A TRAVÉS DE SISTEMA DE TORSIÓN | BOSTON SCIENTIFIC IBERICA S.A. | NO | |
| | | TELEFLEX MEDICAL, S.A.U. | SI | 30 |
| 9 | MICROCATETER PARA AVANCE EN CORONARIAS TORTUOSAS | WORLD MEDICA, S.L. | SI | 30 |
| 10 | MICROCATETER DE PERFIL CÓNICO | IZASA HOSPITAL SLU | SI | 30 |
| 11 | MICROCATETER DE DOBLE LUZ PARA RECRUZAR GUÍAS | BIOTRONIK SPAIN, S.A. | SI | 30 |
| 12 | SISTEMA DE ACCESO RADIAL PARA USAR SIN INTRODUTOR | CORDIS MEDICAL SPAIN SLU | SI | 30 |

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Fdo.: Dr. Salguero Bodes
Jefe de Sección del Servicio de Cardiología

Fdo.: Dr. Sarnago Cebada
Responsable Unidad Hemodinámica

EXPEDIENTE: 2023-0-64

| CATETERES GUIA ANGIOPLASTIA PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMICA | | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
|--|--|--|
| LOTE | CONCEPTO | PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION |
| 1 | <p>CATETER GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Diámetros de 5 a 8 Fr.....20 PUNTOS</p> <p>2. Curvas específicas para acceso radial 10 PUNTOS</p> | <p>MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 20 puntos</p> <p>2.- 10 puntos</p> |
| 2 | <p>CATÉTER GUÍA PARA ANGIOPLASTIA DE GRAN SOPORTE CON LUZ INTERNA MAYOR DE LA HABITUAL</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Curvas específicas para acceso radial 30 PUNTOS</p> | <p>CORDIS MEDICAL SPAIN SLU ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 30 puntos</p> |
| 3 | <p>CATETER GUIA DE ANGIOPLASTIA CON EXTENSION</p> <p>TOTAL PUNTOSHASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. 5 Tamaños disponibles 5, 5.5, 6, 7 y 8Fr20 PUNTOS</p> <p>2. Varilla metálica plana10 PUNTOS</p> | <p>TELEFLEX MEDICAL, S.A.U....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 20 puntos</p> <p>2.- 10 puntos</p> |
| 4 | <p>CATETER GUÍA DE ANGIOPLASTIA PARA USAR SIN INTRODUTOR</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Disponer de dilatador y recubrimiento hidrofílico.... 30 PUNTOS</p> | <p>SIN OFERTAS</p> |

EXPEDIENTE: 2023-0-64

| CATETERES GUIA ANGIOPLASTIA PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMICA | | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
|--|---|---|
| LOTE | CONCEPTO | PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION |
| 5 | <p>GUIA ALTO SOPORTE DE 0.018"</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Disponer de diferentes configuraciones y longitudes de punta, dentro de las exigidas (se valorará proporcionalmente).....HASTA 30 PUNTOS</p> | <p>ABBOTT MEDICAL ESPAÑA, S.A....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 30 puntos</p> |
| 6 | <p>MICROCATETER PARA TRATAMIENTO DE OCLUSIONES CRONICAS</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Diámetro externo proximal de 2,6 Fr.....20 PUNTOS</p> <p>2. Diámetro interno distal de >0.017" 10 PUNTOS</p> | <p>TELEFLEX MEDICAL, S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 20 puntos</p> <p>2.- 10 puntos</p> <p>TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L...TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 20 puntos</p> <p>2.- 10 puntos</p> |
| 7 | <p>MICROCATETER PARA TRATAMIENTO DE OCLUSIONES CRONICAS CON ESPECIAL CAPACIDAD DE EMPUJE</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Trenzado de acero inoxidable en espiral 30 PUNTOS</p> | <p>WORLD MEDICA, S.L.....TOTAL PUNTOS:30</p> <p>1.- 30 puntos</p> |

EXPEDIENTE: 2023-0-64

| CATETERES GUIA ANGIOPLASTIA PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMICA | | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
|--|---|--|
| LOTE | CONCEPTO | PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION |
| 8 | <p>MICROCATETER PARA AVANCE EN LA CORONARIA A TRAVÉS DE SISTEMA DE TORSIÓN</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Recubrimiento hidrofílico distal de al menos 60 cm 30 PUNTOS</p> | <p>TELEFLEX MEDICAL, S.A.U....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. 30 puntos</p> |
| 9 | <p>MICROCATETER PARA AVANCE EN CORONARIAS TORTUOSAS</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Punta radiopaca sin marcador metálico..... 30 PUNTOS</p> | <p>WORLD MEDICA, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 30 puntos</p> |
| 10 | <p>MICROCATETER DE PERFIL CÓNICO</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Estructura trenzada de acero inoxidable 30 PUNTOS</p> | <p>IZASA HOSPITAL SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 30 puntos</p> |
| 11 | <p>MICROCATETER DE DOBLE LUZ PARA RECRUZAR GUÍAS</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Marcas de señalización de salida a 95 y 105 cm.....30 PUNTOS</p> | <p>BIOTRONIK SPAIN, S.A.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 30 puntos</p> |

| EXPEDIENTE: 2023-0-64 | | |
|--|---|---|
| CATETERES GUIA ANGIOPLASTIA PARA LA UNIDAD DE HEMODINAMICA | | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE |
| LOTE | CONCEPTO | PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION |
| 12 | <p>SISTEMA DE ACCESO RADIAL PARA USAR SIN INTRODUTOR</p> <p>TOTAL PUNTOS.....HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. Disponible en longitudes de 90 y de 100 cm.....30 PUNTOS</p> | <p>CORDIS MEDICAL SPAIN SLU.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- 30 puntos</p> |