

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

**INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2023-0-44 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.**

**Elaborado por:**

Dr. Galindo Izquierdo, Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia y  
Dra. De la Fuente Bitaine, Coordinadora de la Unidad de Reproducción Asistida

**Fecha:** 20 de septiembre de 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente **2023-0-44** **INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE BIOPSIA POR LÁSER PARA DGP PARA LA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN HUMANA DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE** por las empresas, se emite el siguiente

**INFORME TECNICO**

**Lote 1:**

- La oferta presentada por **EQUIPOS MEDICOS BIOLOGICOS CASTILLA, S.L** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	LASER PARA DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL	EQUIPOS MEDICOS BIOLOGICOS CASTILLA, S.L	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

Madrid, a fecha de firma

Firmado por DE LA FUENTE BITAINE LAURA - DNI el  
día 20/09/2023 con un certificado emitido por AC Sector  
Público

Dra. De la Fuente Bitaine

Coordinadora Unidad Reproducción Asistida

EXPEDIENTE: 2023-0-44

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE BIOPSIA POR LÁSER PARA DGP PARA LA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN HUMANA DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>LÁSER PARA BIOPSIA EMBRIONARIA Y DGP</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>Calidad de la cámara digital integrada en megapíxeles (MPX) ..... hasta 30 Puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ≥ 3 MPX.....30 Puntos</li> <li>➤ &lt; 3 MPX.....15 Puntos</li> </ul> <p>(se considerará únicamente la puntuación mayor de los apartados anteriores, siendo 30 puntos el máximo aplicable).</p>	<p>EQUIPOS MEDICOS BIOLOGICOS CASTILLA, S.L.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>Calidad de la cámara digital integrada en megapíxeles (MPX)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ≥ 3 MPX.....30 Puntos</li> </ul>