

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE TROMBINA POR TROMBOGRAFÍA AUTOMÁTICA ESTANDARIZADA (CAT) PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD MEDIANTE CRITERIO ÚNICO. El proyecto PI 19/00772 objeto de este contrato está financiado por el Instituto De Salud Carlos III (ISCIII) y la Unión Europea. Expediente PNSP 02-2023

ÍNDICE

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1. Objeto del contrato.....	2
1.2. Legislación.....	2
1.3. Plazo de ejecución	3

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

2.1. Requisitos y características	3
2.2. Unidades.....	4

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE GENERACIÓN DE TROMBINA POR TROMBOGRAFÍA AUTOMÁTICA ESTANDARIZADA (CAT) PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD MEDIANTE CRITERIO ÚNICO. El proyecto PI 19/00772 objeto de este contrato está financiado por el Instituto De Salud Carlos III (ISCIII) y la Unión Europea. Expediente PNSP 02-2023

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1-OBJETO DEL CONTRATO.

Este contrato tiene por objeto el suministro de reactivos para determinar el potencial de generación de trombina por trombografía automática estandarizada (CAT), para la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario La Paz (en adelante, FIBHULP), cuyas características se especifican en el presente pliego.

1.2- LEGISLACIÓN.

Los productos presentados a este procedimiento, deberán cumplir la legislación vigente que sea de aplicación.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal, quedando el contratista sometido a la normativa nacional y europea en materia de protección de datos, siendo ésta una obligación contractual esencial (211.1.f LCSP).

1.3.- PLAZO DE EJECUCIÓN

- **Duración del contrato:** será como máximo de 6 meses a contar desde la formalización del contrato por ambas partes, salvo que se complete el suministro con anterioridad a esta fecha, dándose por extinguido a partir de ese momento el contrato.

- **Plazo de ejecución:** el material se solicitará a la empresa proveedora según necesidad de los mismos. El plazo máximo de entrega será de 10 días hábiles a contar desde la solicitud del pedido al proveedor.

- **Prórroga:** no procede.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SUMINISTRO

2.1. REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS:

- **LOTE 1: 86194 – PPP- REAGENT LOW:** Contiene factor tisular (1 pM) y fosfolípidos (4 μ M). Cada envase contiene 20 unidades x 1 mL.
- **LOTE 2: 86222 - MP REAGENT:** Contiene fosfolípidos (4 μ M). Cada envase contiene 20 unidades x 1 mL.
- **LOTE 3: 86196 - PRP REAGENT:** Contiene factor tisular (1 pM). Cada envase contiene 20 unidades x 1 mL.
- **LOTE 4: 86192 - THROMBIN:** Se usa en paralelo con cada muestra cuyo potencial de generación de trombina se quiere evaluar. Posee una concentración de trombina conocida y constant (alrededor de 600 nM). Permite la estandarización del método. Convierte la señal fluorescente en unidades de trombina. Corrige las diferencias individuales del color del plasma. Es necesario utilizarlo para cada muestra a testar. Cada envase contiene 20 unidades x 1 mL.

- **LOTE 5: 86197 - FLUCA KIT:** Contiene un sustrato fluorógeno específico [Z-Gly-Gly-Arg-AMC (ZGGR-AMC)] y tampón con calcio. Cada envase contiene: 20 viales con 1,6 ml de Fluo-Buffer, 1 vial con 0,8 ml de fluo-sustrato.

2.2. UNIDADES:

Concepto	Unidades
LOTE 1: 86194 - PPP REAGENT LOW	3 unidades
LOTE 2: 86222 - MP REAGENT	3 unidades
LOTE 3: 86196- PRP REAGENT	3 unidades
LOTE 4: 86192 - THROMBIN CALIBRATOR	3 unidades
LOTE 5: 86197 - FLUCA KIT	6 unidades

Madrid, a 30 de agosto de 2023

POR EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,

D. Juan José Ríos Blanco

Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación

CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA