

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2022-0-138 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Lagares Gómez-Abascal, Servicio de Neurocirugía

Fecha: a 24 de octubre 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente 2022-0-138 para el "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN QUIRÓFANO HIBRIDO MIXTO PARA NEUROCIRUGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA (AREA CABEZA Y CUELLO) PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE " por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO

Lote 1:

- La oferta presentada por **PHILIPS IBÉRICA, S.A. SIEMENS HEALTHCARE S.L.U.** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	QUIROFANO HÍBRIDO MIXTO PARA NEUROLOGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y OTORRINOLARINGOLOGIA (ÁREA CABEZA Y CUELLO)	PHILIPS IBÉRICA, S.A.	SI	30
		SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U	SI	22

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por: LAGARES GOMEZ-ABASCAL ALFONSO
Fecha: 2023.10.24 15:26

Fdo.: Dr. Lagares Gómez-Abascal

Jefe de Servicio de Neurocirugía



EXPEDIENTE: 2022-0-138

QUIRÓFANO HIBRIDO MIXTO PARA NEUROCIRUGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y OTORRIOLARINGOLOGIA (AREA CABEZA Y CUELLO)		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>QUIROFANO HIBRIDO MIXTO PARA NEUROCIRUGIA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y OTORRIOLARINGOLOGIA</p> <p>TOTAL: PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de navegación de columna por realidad aumentada integrado con el sistema de angiografía con cámaras incluidas en la carcasa del detector y posibilidad de fusionar la imagen de CBCT hecha en el propio Angiógrafo sin marcadores invasivos.....8 Puntos 2. Posibilidad de reposicionamiento sin dosis tras movimientos de la mesa longitudinales, transversales y en altura, cambios de FOV y SID..... 3 Puntos 3. Detector menor tamaño de pixel real <200µm..... 2 Puntos 4. Programa de análisis del flujo en el aneurisma y en el vaso antes y después de utilizar un divisor de flujo mediante medidas cuantificables..... 5 Puntos 5. Monitores TV. En la oferta se incluyen Monitores a ambos lados del paciente en quirófano > 55"..... 2 Puntos 	<p>PHILIPS IBÉRICA, S.A.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Si Dispone..... 8 PUNTOS 2.- Si Dispone..... 3 PUNTOS 3.- Detector de 154 µm..... 2 PUNTOS 4.- Si Dispone..... 5 PUNTOS 5.- Monitor de 58"2 PUNTOS 6.- Si Dispone.....2 PUNTOS 7.- Si Dispone.....2 PUNTOS 8.- Capacidad calórica 6,4MHU.....3 PUNTOS 9.- Capacidad de disipación 1.750 kHU/min...3 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2022-0-138

QUIRÓFANO HIBRIDO MIXTO PARA NEUROCIRUGIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y OTORRIOLARINGOLOGIA (AREA CABEZA Y CUELLO)

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
	<p>6. Capacidad de realizar una adquisición CBCT en dos fases (retardo elegido por el usuario) con una única inyección de contraste y en un único protocolo..... 2 Puntos</p> <p>7. Inclusión de un ingeniero durante al menos 4 horas semanales in situ en el Hospital para dar soporte en el servicio..... 2 Puntos</p> <p>8. Mayor capacidad calórica del ánodo real >5MHU..... 3 Puntos</p> <p>9. Mayor capacidad de disipación real >1500 HU/min..... 3 Puntos</p>	<p>SIEMENS HEALTHCARE SLU.....TOTAL PUNTOS: 22</p> <p>1.- No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>2.- Si Dispone..... 3 PUNTOS</p> <p>3.- Detector de 154 µm..... 2 PUNTOS</p> <p>4.- Si Dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>5.- Monitor de 58"2 PUNTOS</p> <p>6.- Si Dispone.....2 PUNTOS</p> <p>7.- Si Dispone.....2 PUNTOS</p> <p>8.- Capacidad calórica 6,93MHU.....3 PUNTOS</p> <p>9.- Capacidad de disipación 2.025 kHU/min...3 PUNTOS</p>