

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE 2022-0-146 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:

Dr. Ferrero Herrero, Servicio de Cirugía General
 Dr. Tejerizo García, Servicio de Ginecología
 Dr. Gámez García, Servicio de Cirugía Torácica
 Dr. Muñoz Guijosa, Servicio de Cirugía Cardíaca
 Dr. Rodríguez Antolín, Servicio de Urología
 Dr. Gutiérrez Díaz, Servicio de Cirugía Maxilofacial
 Dr. García Fernández, Servicio de Otorrinolaringología
 Dra. Cabezón Hedro, Servicio de Cirugía Plástica
 Dr. Lagares Gómez- Abascal, Servicio de Neurocirugía
 Dr. Gómez Fraile, Servicio de Cirugía Pediátrica
 Dra. Moliner Robredo, Subdirectora médica del Área Quirúrgica
 Dr. Artillo Rembado, Subdirector médico del Área Materno-Infantil

Fecha: a 25 de octubre del 2023

Revisada la documentación técnica de las ofertas presentadas en expediente **2022-0-146** para el **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN** por las empresas, se emite el siguiente

INFORME TÉCNICO



Lote 1:

- La oferta presentada por **GETINGE GROUP SPAIN SLU** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 2:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA y OLYMPUS IBERIA S.A.U.** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 3:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA, OLYMPUS IBERIA S.A.U. y STRYKER IBERIA SL** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 4:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 5:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 6:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA y OLYMPUS IBERIA S.A.U.** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 7:

- La oferta presentada por **B.BRAUN SURGICAL, SA y KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 8:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 9:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA** cumple con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **OLYMPUS IBERIA S.A.U. IBERICA** NO cumple con las especificaciones del pliego.

No oferta los videoendoscopios solicitados en la página 29 del PPT.

Lote 10:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA** cumple con las especificaciones del pliego.

Lote 11:

- La oferta presentada por **KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA y STRYKER IBERIA SL** cumple, con las especificaciones del pliego.

Lote 12:

- La oferta presentada por **B.BRAUN SURGICAL, SA y KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA** cumple con las especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento y puntos técnicos:

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
1	Mesas quirúrgicas de altas prestaciones y especial para Traumatología	GETINGE GROUP SPAIN SLU	SI	30
2	Torre de cirugía 4K-3D para Urgencias Cirugía General	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	0
		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	SI	30
3	Torre de cirugía 4K para Ginecología	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	0
		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	SI	30
		STRYKER IBERIA SL	SI	30

LOTE	DESCRIPCION ARTICULO	NOMBRE PROVEEDOR	CUMPLIMIENTO PPT	PUNTOS TECNICOS
4	Torre de cirugía 4K-3D para Ginecología	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	30
5	Torre de cirugía 4K-3D para Cirugía Torácica	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	30
6	Torre de cirugía 4K para Cirugía Torácica y Cardíaca	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	3
		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	SI	30
7	Torre de cirugía 4K-3D para Urología	B.BRAUN SURGICAL, SA	SI	30
		KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	30
8	Torre de exoscopia 4K-3D para Cirugía Maxilofacial	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	30
9	Torre de endoscopia 4K para ORL	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	30
		OLYMPUS IBERIA S.A.U.	NO	-
10	Torre de exoscopia 4K-3D para Cirugía Plástica	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	30
11	Torre de endoscopia 4K para Neurocirugía	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	30
		STRYKER IBERIA SL	SI	15
12	Torre de endoscopia 4K-3D para Cirugía Pediátrica	B.BRAUN SURGICAL, SA	SI	15
		KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA	SI	30

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

Firmado digitalmente por: MOLINER ROBREDOS MARIA CONCEPCION
Fecha: 2023.10.25 16:18

Firmado digitalmente por: ARTILLO REMBADO SANTIAGO
Fecha: 2023.10.26 08:18

Fdo.: Dra. Moliner Robredo
SUBDIRECTORA MÉDICA DEL ÁREA QUIRÚRGICA

Fdo.: Dr. Artillo Rembado
SUBDIRECTOR MÉDICO DEL ÁREA MATERNO-INFANTIL

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
1	<p>MESAS QUIRÚRGICAS DE ALTAS PRESTACIONES Y ESPECIAL PARA TRAUMATOLOGÍA</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> LA MESA QUIRÚRGICA DISPONE DE MOVIMIENTO AUTÓNOMO DE LA COLUMNA SIN NECESIDAD DE CARRO O NINGÚN ELEMENTO EXTERNO 10 PUNTOS EN CASO DE SER NECESARIO, LA MESA QUIRÚRGICA TIENE LA POSIBILIDAD DE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE PACIENTE SOBRE DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN TRAUMATOLÓGICA IGUAL O SUPERIOR A 250 KG (ADJUNTAR MANUAL DE USO ESPECÍFICO DEL DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN PARA SU VERIFICACIÓN) 10 PUNTOS EN CASO DE SER NECESARIO LA MESA QUIRÚRGICA TIENE LA POSIBILIDAD DE UNA CAPACIDAD DE CARGA DE PACIENTE SOBRE PLACA DE RESPALDO DE FIBRA DE CARBONO IGUAL O SUPERIOR A 250 KG TANTO EN POSICIÓN NORMAL COMO INVERSA (ADJUNTAR MANUAL DE USO ESPECÍFICO DE LA PLACA DE RESPALDO DE CARBONO PARA SU VERIFICACIÓN) 5 PUNTOS CRITERIO ESPECÍFICO PARA LA MESA QUIRÚRGICA ESPECIAL PARA TRAUMATOLOGÍA: POSIBILIDAD DE QUE LA ALTURA ALCANZADA SEA IGUAL O SUPERIOR A 1270 MM SIN COLCHONETAS (ADJUNTAR MANUAL DE USO PARA SU VERIFICACIÓN) ... 5 PUNTOS 	<p>GETINGE GROUP SPAIN SLU ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Si Dispone..... 10 PUNTOS Carga de 250 KG..... 10 PUNTOS Carga de 250 KG..... 5 PUNTOS Altura de 1.270mm.....5 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
2	<p>TORRE DE CIRUGÍA 4K-3D PARA URGENCIAS CIRUGÍA</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. CABEZAL DE CÁMARA 4K AUTOCLAVABLE..... 10 PUNTOS</p> <p>2. PROCESADOR CON PANTALLA TÁCTIL..... 10 PUNTOS</p> <p>3. VIDEOLAPAROSCOPIO 3D CON MANEJO EN FORMATO JOYSTICK Y PUNTA FLEXIBLE 5 PUNTOS</p> <p>4. INSUFLADOR CON SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMO INTEGRADO 5 PUNTOS</p>	<p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA ... TOTAL PUNTOS: 0</p> <p>1. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>2. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>3. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>4. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>OLYMPUS IBERIA S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1.- Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2.- Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3.- Si Dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>4.- Si Dispone..... 5 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.		Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
3	TORRE DE CIRUGÍA 4K PARA GINECOLOGÍA	KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA....TOTAL PUNTOS: 0
	TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS	1.- Si dispone..... 0 PUNTOS
	1. CABEZAL DE CÁMARA 4K AUTOCLAVABLE..... 20 PUNTOS	2.- Si dispone..... 0 PUNTOS
	2. PROCESADOR CON PANTALLA TÁCTIL..... 5 PUNTOS	3.- Si dispone..... 0 PUNTOS
	3. INSUFLADOR CON SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMO INTEGRADO..... 5 PUNTOS	OLYMPUS IBERIA S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 30
		1.- Si dispone..... 20 PUNTOS
		2.- Si dispone..... 5 PUNTOS
		3.- Si dispone..... 5 PUNTOS
		STRYKER IBERIA SL.....TOTAL PUNTOS: 30
		1.- Si dispone..... 20 PUNTOS
		2.- Si dispone..... 5 PUNTOS
		3.- Si dispone..... 5 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
4	<p>TORRE DE CIRUGÍA 4K-3D PARA GINECOLOGÍA</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VIDEOLAPAROSCOPIOS CON RESOLUCIÓN 4K-3D QUE PERMITAN LA VISUALIZACIÓN POR FLUORESCENCIA CON DIFERENTES MODOS DE VISIÓN..... 10 PUNTOS 2. PROCESADOR DE IMAGEN QUE PERMITA LA GESTIÓN DE DOS IMÁGENES SIMULTÁNEAS PROCEDENTES DE DIFERENTES MÓDULOS PARA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS HÍBRIDAS. MODO SUPERPOSICIÓN..... 8 PUNTOS 3. INSUFLADOR CON CAPACIDAD DE ALTO FLUJO PERMANENTE DE 50L/MIN CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR PARÁMETROS DE FLUJO/PRESIÓN, ON/OFF, ETC.)..... 5 PUNTOS 4. SISTEMA DE GRABACIÓN DE FOTO/VIDEO INTEGRADO EN EL PROCESADOR DE IMAGEN 4 PUNTOS 5. FUENTE DE LUZ, SIN TECNOLOGÍA LÁSER, CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR INTENSIDAD DE LUZ, ON/OFF, ETC)..... 3 PUNTOS 	<p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA..... TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si Dispone..... 10 PUNTOS 2. Si Dispone..... 8 PUNTOS 3. Si Dispone..... 5 PUNTOS 4. Si Dispone..... 4 PUNTOS 5. Si Dispone..... 3 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
5	<p>TORRE DE CIRUGÍA 4K-3D PARA CIRUGÍA TORÁCICA</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. VIDEOMEDIASTINOSCOPIO LISO SIN PESTAÑA EN LA PUNTA 15 PUNTOS</p> <p>2. VIDEOLAPAROSCOPIOS CON RESOLUCIÓN 4K-3D QUE PERMITAN LA VISUALIZACIÓN POR FLUORESCENCIA CON DIFERENTES MODOS DE VISIÓN 5 PUNTOS</p> <p>3. PROCESADOR DE IMAGEN QUE PERMITA LA GESTIÓN DE DOS IMÁGENES SIMULTÁNEAS PROCEDENTES DE DIFERENTES MÓDULOS PARA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS HÍBRIDAS 3 PUNTOS</p> <p>4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES QUE PERMITA UNA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN, EL CONTRASTE Y FILTROS CROMÁTICOS PARA DETECCIÓN DE PATRONES VASCULARES..... 3 PUNTOS</p> <p>5. INSUFLADOR CON CAPACIDAD DE ALTO FLUJO PERMANENTE DE 50L/MIN CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR PARÁMETROS DE FLUJO/PRESIÓN, ON/OFF, ETC.) 2 PUNTOS</p> <p>6. SISTEMA DE GRABACIÓN DE FOTO/VIDEO INTEGRADO EN EL PROCESADOR DE IMAGEN..... 1 PUNTO</p> <p>7. FUENTE DE LUZ, SIN TECNOLOGÍA LÁSER, CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR INTENSIDAD DE LUZ, ON/OFF, ETC) 1 PUNTO</p>	<p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA..... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Si Dispone..... 15 PUNTOS</p> <p>2. Si Dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>3. Si Dispone..... 3 PUNTOS</p> <p>4. Si Dispone..... 3 PUNTOS</p> <p>5. Si Dispone..... 2 PUNTOS</p> <p>6. Si Dispone..... 1 PUNTO</p> <p>7. Si Dispone..... 1 PUNTO</p>

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
6	<p>TORRE DE CIRUGÍA 4K PARA CIRUGÍA TORÁCICA Y CARDIACA</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. INSUFLADOR CON SISTEMA DE EVACUACIÓN DE HUMO INTEGRADO 10 PUNTOS</p> <p>2. CABEZAL DE CÁMARA 4K AUTOCLAVABLE 8 PUNTOS</p> <p>3. BOTÓN EN CABEZAL DE CÁMARA PARA ENFOQUE AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO CONTINUO 5 PUNTOS</p> <p>4. ZOOM Y ENFOQUE MOTORIZADO A TRAVÉS DE BOTONERA EN EL CABEZAL PARA OPTIMIZAR Y MEJORAR LA VISUALIZACIÓN ... 4 PUNTOS</p> <p>5. POSIBILIDAD DE BLOQUEO DE LA ÓPTICA EN EL CABEZAL DE CÁMARA PARA EVITAR GIROS CON EL CABLE DE LUZ 3 PUNTOS</p>	<p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA TOTAL PUNTOS: 3</p> <p>1. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>2. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>3. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>4. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>5. Si Dispone..... 3 PUNTOS</p> <p>OLYMPUS IBERIA S.A.U..... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2. Si Dispone..... 8 PUNTOS</p> <p>3. Si Dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>4. Si Dispone..... 4 PUNTOS</p> <p>5. Si Dispone..... 3 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
7	<p>TORRE DE CIRUGÍA 4K-3D PARA UROLOGÍA</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VIDEOLAPAROSCOPIOS 4K-3D Y QUE PERMITAN LA VISUALIZACIÓN POR FLUORESCENCIA CON DIFERENTES MODOS DE VISIÓN ... 9 PUNTOS 2. PROCESADOR DE IMAGEN QUE PERMITA LA GESTIÓN DE DOS IMÁGENES SIMULTÁNEAS PROCEDENTES DE DIFERENTES MÓDULOS PARA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS HÍBRIDAS ... 7 PUNTOS 3. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES QUE PERMITA UNA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN, EL CONTRASTE Y FILTROS CROMÁTICOS PARA DETECCIÓN DE PATRONES VASCULARES ... 6 PUNTOS 4. INSUFLADOR CON CAPACIDAD DE ALTO FLUJO PERMANENTE DE 50L/MIN CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR PARÁMETROS DE FLUJO/PRESIÓN, ON/OFF, ETC) ... 4 PUNTOS 5. SISTEMA DE GRABACIÓN DE FOTO/VIDEO INTEGRADO EN PROCESADOR DE IMAGEN ... 2 PUNTOS 6. FUENTE DE LUZ, SIN TECNOLOGÍA LÁSER, CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR INTENSIDAD DE LUZ, ON/OFF, ETC) ... 2 PUNTOS 	<p>B.BRAUN SURGICAL, SA..... TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si Dispone..... 9 PUNTOS 2. Si Dispone..... 7 PUNTOS 3. Si Dispone..... 6 PUNTOS 4. Si Dispone..... 4 PUNTOS 5. Si Dispone..... 2 PUNTOS 6. Si Dispone..... 2 PUNTOS <p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si Dispone..... 9 PUNTOS 2. Si Dispone..... 7 PUNTOS 3. Si Dispone..... 6 PUNTOS 4. Si Dispone..... 4 PUNTOS 5. Si Dispone..... 2 PUNTOS 6. Si Dispone..... 2 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
8	<p>TORRE DE EXOSCOPIA 4K-3D PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CAPTURADOR DE IMÁGENES (VIDEO Y FOTO) INTEGRADO EN PROCESADOR DE VIDEO ... 10 PUNTOS 2. PROCESADOR AMPLIABLE A OTRAS TECNOLOGÍAS MEDIANTE MÓDULOS (FULLHD, VIDEO ENDOSCOPIOS FLEXIBLES) ... 5 PUNTOS 3. PROCESADOR COMPATIBLE CON VIDEOENDOSCOPIOS 4K-3D Y QUE PERMITAN LA VISUALIZACIÓN DE LA FLUORESCENCIA ... 10 PUNTOS 4. FILTROS ELECTRÓNICOS QUE MEJOREN LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN Y QUE PERMITAN DIFERENCIAR PATRONES VASCULARES ... 5 PUNTOS 	<p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si Dispone..... 10 PUNTOS 2. Si Dispone..... 5 PUNTOS 3. Si Dispone..... 10 PUNTOS 4. Si Dispone..... 5 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
9	<p>TORRE DE ENDOSCOPIA 4K PARA ORL TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. POSIBILIDAD DE ACTUALIZACIÓN POR SOFTWARE A TECNOLOGÍA 3D 10 PUNTOS</p> <p>2. PROCESADOR DE IMAGEN QUE PERMITA LA GESTIÓN DE DOS IMÁGENES SIMULTÁNEAS PROCEDENTES DE DIFERENTES MÓDULOS PARA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS HÍBRIDAS ... 10 PUNTOS</p> <p>3. MONITORES CON TECNOLOGÍA 3D 5 PUNTOS</p> <p>4. FUENTE DE LUZ, SIN TECNOLOGÍA LÁSER, CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR INTENSIDAD DE LUZ, ON/OFF, ETC) 5 PUNTOS</p>	<p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2. Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3. Si Dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>4. Si Dispone..... 5 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
10	<p>TORRE DE EXOSCOPIA 4K-3D PARA CIRUGÍA PLÁSTICA</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PROCESADOR DE IMAGEN QUE PERMITA LA GESTIÓN DE DOS IMÁGENES SIMULTANEAS PROCEDENTES DE DIFERENTES MÓDULOS PARA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS HÍBRIDAS ... 10 PUNTOS 2. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES QUE PERMITA UNA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN, EL CONTRASTE Y FILTROS CROMÁTICOS PARA DETECCIÓN DE PATRONES VASCULARES ... 10 PUNTOS 3. SISTEMA DE GRABACIÓN DE FOTO/VIDEO INTEGRADO EN PROCESADOR DE IMAGEN ... 5 PUNTOS 4. FUENTE DE LUZ, SIN TECNOLOGÍA LÁSER, CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE LA UNIDAD DE CONTROL DE VIDEOEXOSCOPIO (MODIFICAR INTENSIDAD DE LUZ, ON/OFF, ETC) ... 5 PUNTOS 	<p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si Dispone.....10 PUNTOS 2. Si Dispone..... 10 PUNTOS 3. Si Dispone..... 5 PUNTOS 4. Si Dispone..... 5 PUNTOS

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
11	<p>TORRE DE ENDOSCOPIA 4K PARA NEUROCIRUGÍA</p> <p>TOTAL PUNTOS..... HASTA 30 PUNTOS</p> <p>1. POSIBILIDAD DE ACTUALIZACIÓN POR SOFTWARE A TECNOLOGÍA 3D..... 10 PUNTOS</p> <p>2. PROCESADOR DE IMAGEN QUE PERMITA LA GESTIÓN DE DOS IMÁGENES SIMULTÁNEAS PROCEDENTES DE DIFERENTES MÓDULOS PARA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS HÍBRIDAS 10 PUNTOS</p> <p>3. MONITORES CON TECNOLOGÍA 3D 5 PUNTOS</p> <p>4. FUENTE DE LUZ, SIN TECNOLOGÍA LÁSER, CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR INTENSIDAD DE LUZ, ON/OFF, ETC) 5 PUNTOS</p>	<p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <p>1. Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>2. Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3. Si Dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>4. Si Dispone..... 5 PUNTOS</p> <p>STRYKER IBERIA SL..... TOTAL PUNTOS: 15</p> <p>1. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>2. Si Dispone..... 10 PUNTOS</p> <p>3. No Dispone..... 0 PUNTOS</p> <p>4. Si Dispone..... 5 PUNTOS</p>

EXPEDIENTE: 2022-0-146

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MESAS QUIRÚRGICAS Y TORRES DE CIRUGÍA PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN.

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE	CONCEPTO	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
12	<p>TORRE DE ENDOSCOPIA 4K-3D PARA CIRUGÍA PEDIÁTRICA</p> <p>TOTAL PUNTOS HASTA 30 PUNTOS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. VIDEOMEDIASTINOSCOPIO LISO SIN PESTAÑA EN LA PUNTA..... 15 PUNTOS 2. VIDEOLAPAROSCOPIOS CON RESOLUCIÓN 4K-3D QUE PERMITAN LA VISUALIZACIÓN POR FLUORESCENCIA CON DIFERENTES MODOS DE VISIÓN 5 PUNTOS 3. PROCESADOR DE IMAGEN QUE PERMITA LA GESTIÓN DE DOS IMÁGENES SIMULTÁNEAS PROCEDENTES DE DIFERENTES MÓDULOS PARA REALIZACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS HÍBRIDAS 3 PUNTOS 4. SISTEMA DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES QUE PERMITA UNA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN, EL CONTRASTE Y FILTROS CROMÁTICOS PARA DETECCIÓN DE PATRONES VASCULARES 3 PUNTOS 5. INSUFLADOR CON CAPACIDAD DE ALTO FLUJO PERMANENTE DE 50L/MIN CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR PARÁMETROS DE FLUJO/PRESIÓN, ON/OFF, ETC.) 2 PUNTOS 6. SISTEMA DE GRABACIÓN DE FOTO/VIDEO INTEGRADO EN EL PROCESADOR DE IMAGEN..... 1 PUNTO 7. FUENTE DE LUZ, SIN TECNOLOGÍA LÁSER, CON POSIBILIDAD DE MANEJO DESDE EL CABEZAL DE CÁMARA (MODIFICAR INTENSIDAD DE LUZ, ON/OFF, ETC) ... 1 PUNTO 	<p>B.BRAUN SURGICAL, SA..... TOTAL PUNTOS: 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No Dispone..... 0 PUNTOS 2. Si Dispone..... 5 PUNTOS 3. Si Dispone..... 3 PUNTOS 4. Si Dispone..... 3 PUNTOS 5. Si Dispone..... 2 PUNTOS 6. Si Dispone..... 1 PUNTO 7. Si Dispone..... 1 PUNTO <p>KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA ... TOTAL PUNTOS: 30</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Si Dispone..... 15 PUNTOS 2. Si Dispone..... 5 PUNTOS 3. Si Dispone..... 3 PUNTOS 4. Si Dispone..... 3 PUNTOS 5. Si Dispone..... 2 PUNTOS 6. Si Dispone..... 1 PUNTO 7. Si Dispone..... 1 PUNTO