

A/SUM-024333/2023 denominado "Adquisición de Ecógrafos Portátiles con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud"

INFORMACIÓN Y ACLARACIONES

A continuación se da respuesta a las preguntas planteadas por los interesados en este procedimiento de licitación:

Pregunta 1ª Atendiendo a la siguiente información del PPT, en su punto 3: "cumplir los criterios de conectividad DICOM que apliquen y que se detallan en la tabla anexa de conectividad", ¿dónde se encuentra la tabla anexa mencionada?

Respuesta 1ª Se ha producido un error y en su lugar debería decir, "cumplir los criterios de conectividad DICOM que apliquen y ya detallados en este apartado"

En el mismo apartado 3 se indica lo siguiente:

- El sistema será compatible con el estándar DICOM 3.0 para intercambio de imágenes e incluirá la licencia completa de software. Deberá permitir como mínimo las siguientes funcionalidades DICOM:
 - Modality Worklist SCU.
 - Basic greyscale print SCU.
 - Storage SCU/SCP.
 - Modality Performed Procedure Step (MPPS).
 - Storage Commitment SCU.
 - Query/Retrieve SCU
 - Verification SCU/SCP.
 - DICOM Key Object Selection Document

El equipo deberá cumplir de forma nativa, sin necesidad de equipamiento o aplicaciones externas, con la norma DICOM 3.0. El uso de estos servicios en el equipo no deberá suponer la compra de licencias adicionales o actualizaciones ya que deberán estar incorporadas en el equipo de manera permanente.

Madrid, 18/09/2023