



Gerencia Asistencial
de Atención Primaria
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.



ADENDA AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Expediente: A/SUM-021737/2023

Denominación: Adquisición de Ecógrafos de Consola con destino a los Centros Sanitarios de Atención Primaria del Servicio Madrileño Salud

Advertidos errores materiales en el pliego de prescripciones técnicas, en la **Cláusula 1. Características del contrato:**

En apartado 3 Requisitos conectividad de los ecógrafos de consola

Donde dice:

- Si se requiere un software destinado a ser instalado en equipos informáticos externos (PC), para el pos procesado de las imágenes, se valorará:

...

- o cumplir los criterios de conectividad DICOM que apliquen y que se detallan en la tabla anexa de conectividad.

...

Debe decir:

- Si se requiere un software destinado a ser instalado en equipos informáticos externos (PC), para el pos procesado de las imágenes, se valorará:

...

- o cumplir los criterios de conectividad DICOM que apliquen y ya detallados en este apartado.

...

Y para que así conste, se firma en Madrid:

LA GERENTE ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA
Resolución 342/2021, de 13 de septiembre
(BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021)

Firmado digitalmente por: LOPEZ DIAZ-UFANO M. LUISA
Fecha: 2023.09.20 07:14

