

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES Nº 75/2024 Y Nº 76/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS INTERPUESTOS RESPECTIVAMENTE CONTRA LA ADJUDICACION DE LOS LOTES 8 Y 9 DEL EXPEDIENTE 2022-0-143.

Elaborado por:

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

Dr. Cortes Guerrero, Servicio de Anestesia y Reanimación
Dra. Martín Delgado, Servicio de Medicina Intensiva

Fecha: 7 de marzo de 2024

La empresa PHILSION TECHNOLOGIES, S.L. interpuso recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación de los lotes nº 8 (nº de recurso 030/2024) y nº 9 (nº de recurso 031/2024) expediente 2022-0-143 **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESFIBRILADORES, ELECTROCARDIOGRAFOS, EQUIPOS DE ANESTESIA, ECÓGRAFOS, ECOCARDIOGRAFOS, VENTILADORES, EQUIPOS DE ALTO FLUJO, BASE HUMIDIFICADORA, ASISTENTE DE TOS Y RESPIRADORES, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE”**.

A la vista de dichos recursos el Tribunal Administrativo de Contratación Pública con fecha 29 de febrero de 2024 emite las resoluciones estimatorias nº 75/2024 para el recurso interpuesto contra el lote 8 y la nº 76/2024 para el interpuesto contra el lote 9. El informe técnico de dichos lotes queda como sigue.

INFORME TECNICO

Informe técnico del Lote 8, conforme a la resolución nº 75/2024 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública:

- La oferta presentada por **FUJIFILM SONOSITE IBERICA S.L., GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U., PHILSON TECHNOLOGIES S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

Informe técnico del Lote 9, conforme a la resolución nº 76/2024 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública:

- La oferta presentada por **FUJIFILM SONOSITE IBERICA, S.L, PHILSON TECHNOLOGIES S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA no cumple** con las especificaciones del pliego.
En su oferta no indica, autonomía de al menos 3 horas, según se solicita en Características técnicas, apartado de tecnología, pág. 22 del PPT.

- La oferta presentada por **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.** no cumple con las especificaciones del pliego.
Oferta autonomía hasta 2.30 horas, se solicita autonomía de al menos 3 horas,
Características técnicas, apartado de tecnología, pág. 22.
En su oferta no indica, sistema sellado e impermeabilizado con grado de protección IP22 para una correcta desinfección del equipo., apartado tecnología pág. 22 PPT.

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

MANUEL
CORTÉS
GUERRERO -

Firmado digitalmente
por MANUEL CORTÉS
GUERRERO -

Fecha: 2024.03.08
11:08:27 +01'00'

Fdo: Dr. Cortés Guerrero
JEFE DE Sº ANESTESIA Y REANIMACION

FIRMADO

MARTIN
DELGADO
MARIA CRUZ

Firmado
digitalmente por
MARTIN DELGADO
MARIA CRUZ -

Fecha: 2024.03.08
09:12:31 +01'00'

Fdo: Dra. Martín Delgado
JEFA DE Sº MEDICINA INTENSIVA

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES Nº 75/2024 Y Nº 76/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS INTERPUESTOS RESPECTIVAMENTE CONTRA LA ADJUDICACION DE LOS LOTES 8 Y 9 DEL EXPEDIENTE 2022-0-143

CRITERIOS DE VALORACION LOTE		CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA		
LOTE 8: ECÓGRAFO USO UNIDADES CRÍTICAS	PUNTOS A VALORAR	LICITADORES	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	TOTAL PUNTOS
8.1. Ecógrafo básico UCI/anestesia				
1.- Módulo de ECG integrado	2,50 PUNTOS	FUJIFILM SONOSITE IBERICA, S.L.	1.- SI DISPONE..... 2,50 PUNTOS	29,00
2.- Pantalla Auxiliar-Interface táctil capacitiva de al menos 9" independiente de la pantalla de visualización para que facilite la limpieza del equipo sin contaminar ni manchar la zona de imagen	2,00 PUNTOS		2.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS	
3.- Más de 3 puertos USB.	2,00 PUNTOS		3.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS	
4.- Rotación del monitor para uso en formato vertical y horizontal. Posibilidad de imagen de campo extendido (vista panorámica)	1,50 PUNTOS		4.- SI DISPONE..... 1,50 PUNTOS	
5.- Imagen trapezoidal	1,00 PUNTO		5.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
6.- Programa para valorar microcirculación.	1,00 PUNTO		6.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
7.- Software automático para trazado cálculos de distensibilidad y colapsabilidad de vena cava.	1,00 PUNTO		7.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
8.- Software para el cálculo automático de la integral velocidad tiempo.	1,00 PUNTO	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	8.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	22,00
9.- Software para el cálculo automático de la fracción de eyección en tiempo real.	1,00 PUNTO		9.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
10.- Software para cálculo automático de las líneas B para aplicación en pulmón	1,00 PUNTO		10.- NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS	
11.- Zoom con presentación en pantalla completa.	1,00 PUNTO		11.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
8.2. Ecógrafo UCI avanzado			12.- SI DISPONE..... 2,50 PUNTOS	
12.- Módulo de ECG integrado	2,50 PUNTOS		13.- NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS	
13.-Pantalla Auxiliar-Interface táctil capacitiva de al menos 9" independiente de la pantalla de visualización para que facilite la limpieza del equipo sin contaminar ni manchar la zona de imagen	2,00 PUNTOS		14.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS	
14.-Más de 3 puertos USB.	2,00 PUNTOS		15.- SI DISPONE..... 1,50 PUNTOS	
15.- Rotación del monitor para uso en formato vertical y horizontal. Posibilidad de imagen de campo extendido (vista panorámica)	1,50 PUNTOS		16.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
16.- Imagen trapezoidal	1,00 PUNTO		17.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
17.- Programa para valorar microcirculación.	1,00 PUNTO		18.- NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS	
18.- Software automático para trazado cálculos de distensibilidad y colapsabilidad de vena cava.	1,00 PUNTO		19.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
19.- Software para el cálculo automático de la integral velocidad tiempo.	1,00 PUNTO		20.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
20.- Software para el cálculo automático de la fracción de eyección en tiempo real.	1,00 PUNTO		21.-NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS	
21.- Software para cálculo automático de las líneas B para aplicación en pulmón	1,00 PUNTO	22.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
22.- Zoom con presentación en pantalla completa.	1,00 PUNTO	PHILSON TECHNOLOGIES S.L.	1.- SI DISPONE..... 2,50 PUNTOS	26,00
			2.- NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS	
			3.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS	
			4.- SI DISPONE..... 1,50 PUNTOS	
			5.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
			6.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
			7.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS	
		8.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		9.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		10.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		11.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		12.- SI DISPONE..... 2,50 PUNTOS		
		13.- NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS		
		14.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS		
		15.- SI DISPONE..... 1,50 PUNTOS		
		16.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		17.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		18.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		19.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		20.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		21.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		
		22.- SI DISPONE..... 1,00 PUNTOS		

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES Nº 75/2024 Y Nº 76/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS RECURSOS INTERPUESTOS RESPECTIVAMENTE CONTRA LA ADJUDICACION DE LOS LOTES 8 Y 9 DEL EXPEDIENTE 2022-0-143

CRITERIOS DE VALORACION LOTE	CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA
------------------------------	---------------------------------

LOTE 9: ECOGRAFO USO ANESTESIA	PUNTOS A VALORAR	LICITADORES	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	TOTAL PUNTOS
1.- Módulo de ECG integrado	5,00 PUNTOS	FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL	EXCLUSIÓN TÉCNICA	
2.- Pantalla Auxiliar-Interface táctil capacitiva de al menos 9" independiente de la pantalla de visualización para que facilite la limpieza del equipo sin contaminar ni manchar la zona de imagen	4,00 PUNTOS			
3.- Más de 3 puertos USB.	4,00 PUNTOS			
4.- Rotación del monitor para uso en formato vertical y horizontal. Posibilidad de imagen de campo extendido (vista panorámica)	3,00 PUNTOS	FUJIFILM SONOSITE IBERICA, S.L.	1.- SI DISPONE..... 5,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE..... 4,00 PUNTOS 3.- SI DISPONE..... 4,00 PUNTOS 4.- SI DISPONE..... 3,00 PUNTOS 5.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 6.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 7.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 8.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 9.- NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS 10.- NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS 11.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS	26,00
5.- Imagen trapezoidal	2,00 PUNTOS			
6.- Programa para valorar microcirculación.	2,00 PUNTOS			
7.- Software automático para trazado cálculos de distensibilidad y colapsabilidad de vena cava.	2,00 PUNTOS			
8.- Software para el cálculo automático de la integral velocidad tiempo.	2,00 PUNTOS	GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	EXCLUSIÓN TÉCNICA	
9.- Software para el cálculo automático de la fracción de eyección en tiempo real.	2,00 PUNTOS			
10.- Software para cálculo automático de las líneas B para aplicación en pulmón	2,00 PUNTOS	PHILSON TECHNOLOGIES S.L.	1.- SI DISPONE..... 5,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE..... 4,00 PUNTOS 3.- SI DISPONE..... 4,00 PUNTOS 4.- NO DISPONE..... 0,00 PUNTOS 5.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 6.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 7.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 8.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 9.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 10.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS 11.- SI DISPONE..... 2,00 PUNTOS	27,00
11.- Zoom con presentación en pantalla completa.	2,00 PUNTOS			

Madrid, a fecha de firma

MANUEL
CORTÉS
GUERRERO

Firmado digitalmente por
MANUEL CORTÉS
GUERRERO -
Fecha: 2024.03.08
11:09:18 +01'00'

FDO: DR. CORTES GUERRERO

JEFE Sº ANESTESIA Y REANIMACION

MARTIN DELGADO
MARIA CRUZ -

Firmado digitalmente por
MARTIN DELGADO
MARIA CRUZ -
Fecha: 2024.03.08
09:13:16 +01'00'

FDO: DRA. MARTIN DELGADO

JEFA DE Sº DE MEDICINA INTENSIVA