

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN Nº 104/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA ADJUDICACION DEL LOTE 21 DEL EXPEDIENTE 2022-0-143.

Elaborado por:

Dra. Martín Delgado, Servicio de Medicina Intensiva
Dr. Cortes Guerrero, Servicio de Anestesia y Reanimación

Fecha: a 26 de marzo de 2024.

La empresa **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.**, interpuso recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del lote nº 21 (nº de recurso 040/2024) expediente 2022-0-143 **“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESFIBRILADORES, ELECTROCARDÍOGRAFOS, EQUIPOS DE ANESTESIA, ECÓGRAFOS, ECOCARDÍOGRAFOS, VENTILADORES, EQUIPOS DE ALTO FLUJO, BASE HUMIDIFICADORA, ASISTENTE DE TOS Y RESPIRADORES, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE”**.

A la vista del recurso el Tribunal Administrativo de Contratación Pública con fecha 14 de marzo de 2024, emítela resolución nº 104/2024, por la que estima parcialmente el recurso interpuesto por **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U.** contra el lote 21, *“anulando la adjudicación y ordenando la retroacción del procedimiento al momento de solicitar a Mindray, aclaración sobre el criterio técnico en liza”*, (relativo al flujo inspiratorio máximo (200l/min), exigido por el PPT, en la página 40, como dato técnico de rendimiento).

INFORME TECNICO

Lote 21:

En cumplimiento de la resolución nº 104/20244 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública se ha procedido a valorar nuevamente todas las ofertas quedando de la siguiente manera:

- La oferta presentada por **DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMÉDICAS DIREX S.L., DRÄGER MEDICAL., GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA S.A.U., GETINGE GROUP SPAIN S.L.U., MEDTRONIC IBÉRICA S.A., NIHON KOHDEN IBERICA S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.
- **MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L.,**
Una vez revisada la documentación presentada por la empresa **MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L** en relación a la aclaración solicitada sobre el cumplimiento *relativo al flujo inspiratorio **máximo (200/min)** exigido por el PPT en la página 40, como dato técnico de rendimiento.*

“1º) Página 1 de la Ficha Técnica donde se indica “Flujo” hace referencia al rango de selección de flujo inspiratorio que el usuario puede seleccionar para que en combinación con otros parámetros (Volumen, rampa, presión, pausa, frecuencia, etc..) pueda componer el patrón ventilatorio deseado en cada modo ventilatorio. NO siendo éste parámetro el Flujo inspiratorio Máximo requerido por el PPT”

2º) Página 2 de la Ficha Técnica, donde se indica PIF (flujo inspiratorio máximo) hace referencia al flujo máximo que el ventilador puede suministrar al paciente bajo cualquier circunstancia ventilatoria (modos controlados, espontáneos, asistidos, en presencia de fugas, VNI, etc..). Es como literalmente se indica, Flujo máximo inspiratorio, y tiene un valor de hasta 300 l/min. Siendo éste parámetro el que se corresponde inequívocamente al solicitado en el pliego Técnico.”

Ante la declaración responsable y aclaración sobre el criterio técnico cuestionado, consideramos que no hay contradicción en los parámetros declarados, y que la empresa **MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L., cumple** con las especificaciones del pliego.

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

MANUEL
CORTÉS
GUERRERO -

Firmado digitalmente
por MANUEL CORTÉS
GUERRERO -

Fecha: 2024.04.01
08:10:01 +02'00'

Fdo: Dr. Cortés Guerrero
JEFE DE Sº ANESTESIA Y REANIMACION

MARIA CRUZ
MARTIN
DELGADO -

Firmado digitalmente
por MARIA CRUZ MARTIN
DELGADO -

Fecha: 2024.03.26
16:18:31 +01'00'

Fdo: Dra. Martín Delgado
JEFA DE Sº MEDICINA INTENSIVA

LOTE 21: VENTILADOR AVANZADO ADULTO CON SISTEMA DE MONITORIZACIÓN MECÁNICA AVANZADO

DESCRIPCIÓN	PUNTOS A VALORAR	LICITADORES	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	TOTAL PUNTOS
1.- Inclusión de sensores auxiliares (EtCO2, módulos de presión esofágica, etc.) en la oferta.	15,00 PUNTOS	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIOMÉDICAS DIREX S.L.	1.- SI DISPONE... 15,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE....15,00 PUNTOS	30,00
		DRÄGER MEDICAL	1.- SI DISPONE.... 15,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE....15,00 PUNTOS	30,00
		GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.	1.- SI DISPONE...15,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE...15,00 PUNTOS	30,00
2.- Disponibilidad de elementos de simulación (virtual o simulador físico) sobre la plataforma de ventilación para facilitar el aprendizaje en su uso.	15,00 PUNTOS	GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.	1.- SI DISPONE... 15,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE....15,00 PUNTOS	30,00
		MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	1.- SI DISPONE... 15,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE....15,00 PUNTOS	30,00
		MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L.	1.- SI DISPONE.... 15,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE....15,00 PUNTOS	30,00
		NIHON KOHDEN IBERICA, S.L.	1.- SI DISPONE.... 15,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE....15,00 PUNTOS	30,00