

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCION Nº 88/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA ADJUDICACION DEL LOTE 25 DEL EXPEDIENTE 2022-0-143

Elaborado por:

Dr. Sayas Catalán, Jefe de Sección del Servicio de Neumología
Dra. Ramos Casado, Responsable de la UCI Pediátrica

Fecha: a 2 de abril de 2024.

La empresa HOSPITAL HISPANIA, S.L. interpuso recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación del lote nº 25 (nº de recurso 35/2024) expediente 2022-0-143 para el “OBJETO: **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESFIBRILADORES, ELECTROCARDÍOGRAFOS, EQUIPOS DE ANESTESIA, ECÓGRAFOS, ECOCARDÍOGRAFOS, VENTILADORES, EQUIPOS DE ALTO FLUJO, BASE HUMIDIFICADORA, ASISTENTE DE TOS Y RESPIRADORES, PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE**”.

A la vista de dicho recurso el Tribunal Administrativo de Contratación Pública con fecha 7 de marzo de 2024 emite resolución estimatoria nº 88/2024, ordenando “la retroacción de actuaciones a los efectos de admitir la oferta de HOSPITAL HISPANIA, S.L. y su posterior valoración y clasificación para continuar el procedimiento”.

INFORME TECNICO

Lote 25:

En cumplimiento de la resolución nº 88/2024 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública se ha procedido a valorar nuevamente todas las ofertas quedando de la siguiente manera:

- La oferta presentada por **HELIANTHUS MEDICAL, S.L.**, **cumple** con las especificaciones del pliego.
- La oferta presentada por **HOSPITAL HISPANIA, S.L.** **no cumple** con las especificaciones del pliego por lo siguiente:
 - En el PPT se establece en la página 46 que el equipo debía incluir :
“Sistema de interfase mediante gafas nasales (con al menos tres tallas disponibles, que permitan hasta 60 lpm y material que impida o disminuya la condensación a ese nivel, libre de látex), conexión a traqueostomía e interfase con conexión a mascarilla.”

En la memoria técnica incluida en el sobre 3.1 de la oferta se establece como disponible la conexión a traqueotomía, como puede comprobarse en la siguiente imagen tomada de la página 2 de dicha memoria técnica en la que se describe el equipo ofertado, Bonhawa:

- Gafas nasales con tres tallas disponibles, que permiten hasta 80 L/min. de flujo, conexión a traqueostomía e interfase con conexión a mascarilla

Sin embargo, como se puede comprobar en las siguientes imágenes, tomadas de la página 1 del documento 14 “listado de fungibles y accesorios” no consta ningún tipo de interfase de traqueotomía o de mascarilla ofertado. Todo el fungible relacionado en este listado corresponde, o bien a los sistemas de tubuladura o cámara de agua, o bien a cánulas nasales.



SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD – HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

EXPT: 2022-0-143

OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DESFIBRILADORES, ELECTROCARDIOGRAFOS, EQUIPOS DE ANESTESIA, ECOGRAFOS, ECOCARDIOGRAFOS, VENTILADORES, EQUIPOS DE ALTO FLUJO, BASE HUMIFICADORA, ASISTENTE DE TOS Y RESPIRADORES PARA EL NUEVO BLOQUE TÉCNICO Y DE HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LISTADO DE FUNGIBLES Y ACCESORIOS ASOCIADOS AL EQUIPO

Fungibles:

Referencia	Descripción	Formato de venta	Consumo de unidades por tratamiento	Tiempo de uso recomendado	Si el fungible es exclusivo y nombre de la casa comercial	Si es posible la reutilización	Plazos medios de caducidad	Precio con IVA
EWC01	Cámara de agua	Unitario	1	7 días	No	No	2 años	11,00 €
EBC01	Circuito respiratorio calefactado	Unitario	1	7 días	No	No	2 años	38,00 €
WCA01	Adaptador cámara de agua	Unitario	1	7 días	Si, Telesair, Inc.	No	2 años	31,00 €
PC0026-1	Cánula nasal pequeña	Unitario	1	7 días	No	No	2 años	37,00 €
PC0026-2	Cánula nasal mediana	Unitario	1	7 días	No	No	2 años	37,00 €
PC0026-3	Cánula nasal grande	Unitario	1	7 días	No	No	2 años	37,00 €
O2M	Línea de oxígeno 2 metros	Unitario	1	7 días	No	Si	2 años	3,00 €
AF3	Filtro de aire	Pack de 3 uds.	1	1 mes	No	Si	2 años	27,00 €

Avda. del Camino de lo Cortao, 6 local 3 - 28703 San Sebastián de los Reyes – Madrid
Tel 902 095000 Fax 91 358 9592 - licitaciones@hospital-hispania.com - CIF B-59078071

Registro Mercantil de Barcelona. Tomo 11165, Libro 702, Sección 3.ª, Folio 032, Hoja nº 12.933. Inscripción 1.ª

El uso a través de traqueotomía se considera imprescindible ya que se usa habitualmente, tanto en pediatría como en cuidado de adultos, especialmente en el manejo de pacientes en proceso de decanulación. No queda acreditada la disponibilidad de interfaces de traqueotomía en el equipamiento que ofrece el fabricante.

- La oferta presentada por **MARTIN VECINO S.L., no cumple** con las especificaciones del pliego.

Se solicita conexión a mascarilla y en la documentación presentada (listado de fungibles, de accesorios y ficha técnica) no consta la posibilidad de conexión.

- La oferta presentada por **MASIMO EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA**, **no cumple** con las especificaciones del pliego.
 - Las gafas de tamaño S no aceptan más de 30lpm y las de tamaño L no aceptan más de 50 lpm.
 - El sensor de FiO2 es un sensor de flujo colocado en la toma de O2, no un sensor de medición directa de FiO2. El PPT establece "Sensor de oxígeno con medición de FiO2 en tiempo real". En este caso se mide el flujo de entrada de gas, asumiendo que es el oxígeno, y se calcula la FiO2, se ha comprobado en banco mediante la introducción de gas/oxígeno.
 - No consta compatibilidad con conexión a mascarilla en ficha técnica (no compatible por diseño).
- La oferta presentada por **MEDTRONIC IBÉRICA S.A.**, **no cumple** con las especificaciones del pliego.

En la ficha técnica presentada no consta conexión a traqueotomía, sólo gafas nasales.
- La oferta presentada por **TEHCAREMAR, S.L.**, **no cumple** con las especificaciones del pliego.
 - En la documentación presentada existe un manual de instrucciones sólo en inglés, no ha presentado ni un manual ni ficha técnica completa en español, y sólo un folleto informativo.
 - No consta modo pediátrico, sólo "low flow", y sin establecer límites de flujo.

De las ofertas presentadas, **que cumplen** con los requisitos mínimos técnicos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuación completa de cada oferta según los criterios establecidos de adjudicación que son evaluables mediante aplicación de fórmulas automáticas.

FIRMADO

SAYAS CATALAN
JAVIER -

Firmado digitalmente por SAYAS
CATALAN JAVIER -
DN: cn=SAYAS CATALAN JAVIER
-
c=ES,
email=jsayascatl@gmail.com
Fecha: 2024.04.03 08:22:05 +02'00'

Firmado por RAMOS
CASADO MARIA VICTORIA -
***7408** el día
02/04/2024 con un
certificado emitido por
AC FNMT Usuarios

Fdo. : Dr. Sayas Catalán
Jefe de Sección de Neumología

Fdo: Dra. Ramos Casado
Responsable UCI PEDIATRICA

INFORME TÉCNICO EMITIDO EN VIRTUD DE LA RESOLUCION Nº 88/2024 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION PUBLICA CORRESPONDIENTE AL RECURSO INTERPUESTO CONTRA LA ADJUDICACION DEL LOTE 25 DEL EXPEDIENTE 2022-0-143

CRITERIOS DE VALORACION LOTE		CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA		
LOTE 25: EQUIPO DE ALTO FLUJO BASADO EN TURBINA AUTÓNOMA	PUNTOS A VALORAR	LICITADORES	PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION	TOTAL PUNTOS
1.- Sistema que no precisa de cableado externo ni conexiones de sondas o cables eléctricos al circuito del paciente.	15,00 PUNTOS	HELIANTHUS MEDICAL, S.L.	1.- SI DISPONE.....15,00 PUNTOS 2.- SI DISPONE.....15,00 PUNTOS	30,00
		HOSPITAL HISPANIA, S.L.	EXCLUSION TECNICA	
		MARTIN VECINO, S.L.	EXCLUSION TECNICA	
2.- Sistema de auto-desinfección interna, automatizado.	15,00 PUNTOS	MASIMO EUROPE LTD. SUCURSAL EN ESPAÑA	EXCLUSION TECNICA	
		MEDTRONIC IBÉRICA, S.A.	EXCLUSION TECNICA	
		TECHCAREMAR, S.L.	EXCLUSION TECNICA	

Madrid, a fecha de firma

Fdo.: Dr. SAYAS CATALAN
J. SECCION NEUMOLOGIA

Fdo: Dra. RAMOS CASADO
Responsable UCI PEDIATRICA

SAYAS CATALAN
JAVIER -

Firmado digitalmente por SAYAS CATALAN JAVIER -
DN: cn=SAYAS CATALAN JAVIER, c=ES,
email=rsayascatl@gmail.com
Fecha: 2024.04.03 08:22:37 +02'00'

Firmado por
RAMOS CASADO
MARIA VICTORIA
- ***7408** el
día 02/04/2024